



Kielce, dnia 15.12.2023 r.

Znak sprawy: EZ/252/2023/SL

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na *Zakup spirometru dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych I Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”*

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 informuje, iż w drodze postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) została wyłoniona najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania przez firmę:

MES Spółka z. o.o.

Ul. Zawila 56

30-390 Kraków

REGON 350205633

NIP 6770004379

Za cenę brutto: 12 582,00 zł

Streszczenie ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Cena oferty brutto
2	Cedical Sp. z o.o. ul. Jerozolimskie 200 lok. 213A, 02-486 Warszawa REGON 385803249 NIP 9522204982	12 420,00 zł
1	MES Spółka z. o.o. Ul. Zawila 56 30-390 Kraków REGON 350205633 NIP 6770004379	12 582,00 zł

Oferta *Cedical Sp. z o.o.* nie spełnia wymagań Zaproszenia do składania ofert, gdyż oferowany przedmiot zamówienia jest niezgodny z opisem zdefiniowanym w Załączniku nr 2 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia.

W katalogach przesłanych przez Wykonawcę Cedical Sp. z o.o.:

- brak potwierdzenia w pełni zakresów pomiarowych spirometru
- Wykonawca nie potwierdził wszystkich krzywych przepływu- objętości
- brak potwierdzenia minutowej wentylacji BF, BR



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



- brak szczegółowych informacji na temat wszystkich możliwości zmiany konfiguracji raportów
- brak informacji na temat pulsoksymetru (pkt. 20)

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sylvia Lasa
INSPEKTOR

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwisniewska