



EZ/224/2023/ES

Kielce dn. 20.12.2023r

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) na Sukcesywne dostawy różnego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, nr EZ/224/2023/ES

Działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r poz. 1605 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 7, 16, 20

Na podstawie art 305 KK &1 (po nowelizacji z dn 1 X 2023) i art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję co działa na szkodę interesu publicznego.

Zamawiający w pakietach 7,16 i 20 umieścił produkty nietożsame, o różnym przeznaczeniu i funkcjonalności leczniczej, dostępne u różnych wykonawców (np. w pakiecie 7-Zestaw do kaniulacji żył centralnych, Zestaw do wprowadzenia cewnika Swana – Ganza, Cewnik do kontrpulsacji wewnątrzortalnej, Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej, w pakiecie 16 - Cewnik do żył centralnych, Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego, Sonda żołądkowo-dwunastnicza, w pakiecie 20- Cewnik do żył centralnych, Zestaw do połączonego znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego, Igła do neurostymulatora o podwyższonej echogeniczności).

Przyjęto jasne założenia na temat występowania w określonych sytuacjach tożsamości czasowej, tożsamości przedmiotowej, tożsamości podmiotowej określonych zamówień, które, za każdym razem muszą występować łącznie, zgodnie z art. 32 ust. 1 pzp, „Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością” (...). Jako jedno zamówienie, o którym mowa w art. 32 pzp, należy traktować takie zamówienie, które łącznie spełnia trzy kryteria:

- tożsamość przedmiotowa zamówienia (usługi, towary, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), - warunek niespełniony

- tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie),-

- tożsamość podmiotowa (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę). - warunek niespełniony, krąg wielu wykonawców możliwy do uzyskania dla poszczególnych produktów w czasie trwania umowy.

Urząd Zamówień Publicznych z dnia 11.08.2010 r. (znak: UZP/DP/O-WBA/32750/15097/10), zgodnie z którym „w sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówienia ..., powinien starać się pogrupować je według kryterium podobnego przeznaczenia i możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę (...) Natomiast zamówienia, które mają różne przeznaczenie i nie zachodzi możliwość ich wykonania przez jednego wykonawcę, co do zasady powinny być traktowane jako zamówienia odrębne”. W przypadku braku stworzenia zamówienia odrębnego na pozycje w pakietach 7,16 i 20, w związku z powyższym prosimy o niezwłoczne usunięcie pakietów 7,16 i 20 jako niezgodnych z ustawą PZP.

Odpowiedź: Zamawiający ma prawo opisać zamówienie tak, aby spełniało jego oczekiwania i wymagania. Określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem Zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.

Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 80/07, w którym "Izba stwierdziła, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez innego Wykonawcę nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum. Podobnie KIO w wyroku z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1024/08 „Zamawiający, działając w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w SWZ i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji (UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzecznicy nr 3, Warszawa 2009, s. 40). „Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa, lub o podwyższonych parametrach, o ile jest w stanie swoje wymagania usprawiedliwić obiektywnymi okolicznościami” (wyrok KIO z dnia 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 236/08, UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzecznicy nr 1, Warszawa 2008, s.40).

Pytanie 2

Dot. projektowych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień zawartych w projekcie umowy poprzez określenie wartości kar umownych w stosunku procentowym do wartości niezrealizowanego w terminie zamówienia. Odgórne kwotowe określenie wysokości kar umownych może prowadzić do sytuacji, że zastrzeżone kary umowne będą rażąco wygórowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dot. projektowych postanowień umowy

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4


Dot. Pakietu nr 10 - Zestawy infuzyjne do pompy PLUM 360:

Formularz cenowy - zał. nr 2 do SWZ - Prosimy o dostosowanie formularza cenowego dla Wykonawcy, który jest podmiotem zagranicznym i którego, wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Prosimy o zastąpienie ceny jednostkowej brutto oraz wartości zamówienia brutto, ceną jednostkową netto i wartością zamówienia netto.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacja o powstaniu obowiązku podatkowego zawarta jest w punkcie 6 Formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca winien dostosować nazwy kolumn 8 i 9 w formularzu asortymentowo-cenowym do złożonego oświadczenia oraz w formularzu ofertowym wskazać wartość oferty netto.

Pytanie nr 5

Dot. projektowych postanowień umowy

Z uwagi na to, że jesteśmy podmiotem zagranicznym prosimy Zamawiającego o zgodę na podpisanie ewentualnej, przyszłej umowy w sposób elektroniczny. Taka forma podpisu znacznie przyspieszy procedurę i pozwoli uniknąć długiego czasu podpisu umowy z powodu wysyłki za granicę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Prosimy o zgodę na przedstawienie referencji dostawy/dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku o łącznej wartości zrealizowanych zamówień netto minimum: 110 000,00 zł. Jesteśmy podmiotem zagranicznym, obowiązek podatkowy powstaje po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie referencji w kwocie netto jednakże w dokumencie wykaz dostaw winien wskazać wartość brutto zrealizowanych dostaw (netto + właściwa stawka podatku Vat).

Pytanie nr 7

Dot. Wzór umowy § 6, ust. 1

Czy w przypadku oferty, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy poprzez pozostawienie jedynie wynagrodzenia netto?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy do treści złożonej oferty, w której obowiązek podatkowy będzie ciążył na Zamawiającym.

Pytanie nr 8

Dot. Wzór umowy § 9, ust. 1

Oferowany towar (zadanie nr 10) jest sprzętem jednorazowego użytku na który nie udzielamy gwarancji. Prosimy o odstąpienie od wymogu. W razie stwierdzenia zasadnych wad, braków lub niezgodności towaru z umową zobowiązujemy się do ich usunięcia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. Gwarancja na produkt jednorazowy upływa w momencie jego zużycia, jednakże występują sytuacje iż pomimo posiadania przez produkt prawidłowego terminu przydatności do użycia, produkty posiadają wady występujące w danej partii produkcyjnej, która uniemożliwia ich prawidłowe użytkowanie. W takich przypadkach mają zastosowanie postanowienia umowy w zakresie gwarancji na produkt.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku podmiotu zagranicznego kary umowne opisane w par. 10 umowy naliczane były od kwot/wartości netto? Jeżeli tak, prosimy o dostosowanie wzoru umowy.

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie nr 10

Wzór umowy § 10, ust. 2, lit. b

Czy Zamawiający dopuści karę umowną za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową w wysokości 100 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Wzór umowy § 10, ust. 2, lit. c

Czy Zamawiający dopuści karę umowną za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową w wysokości 50 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Wzór umowy § 10, ust. 2, lit. d

Czy Zamawiający dopuści karę umowną w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami Producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięczny okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 50 zł za stwierdzone uchybienie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Dot. Pakietu nr 17 poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 17 w pozycji 3 dopuści dotychczas używaną przez szpital jednorazową linie pacjenta do urządzenia Hotline HL-90 o długości 240cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dot. Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 13, sterylne smoczki do karmienia noworodków przedwcześnie urodzonych o różnej wadze urodzeniowej i gotowości do poboru pokarmów oraz noworodków donoszonych, w kształcie anatomicznym - profilowanym i okrągłym-stożkowym, szybkość przepływu sygnowana kolorem nakrętki, wykonane z ekologicznego lateksu, TPE lub silikonu.

Oferowane sterylne smoczki posiadają wszystkie wymagane literą prawa deklaracje zgodności i certyfikaty o dopuszczeniu do podaży pokarmów w oddziałach neonatologii i pediatrii. Oferowane sterylne smoczki pakowane są pojedynczo w papierowo-foliowe opakowanie, które gwarantuje Zamawiającemu rzeczywiste jednorazowe zastosowanie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie SWZ.

Pytanie nr 15

Dot. Pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę Hubera z kolorowymi skrzydełkami (zależności od rozmiaru), karbowanymi, o wymiarach 16x19mm. Zestaw przedłużający składa się z igły Hubera 90 ° połączonej z linią przedłużającą wykonaną z PVC bez zawartości DEHP, o długości 15 cm zakończoną złączem typu luer lock. Rozmiary 19G, 20G, 22G o długości kaniuli 15,20,25,30 mm. Igła Hubera jest urządzeniem przeznaczonym do systemu infuzyjnego do wprowadzenia w przegrodę portu implantowanego podskórnym i infuzji płynów do portu. Dostępne warianty modelu z bezlateksowym portem do iniekcji (Y) oraz bez portu.





Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiającemu nie odpowiada zaproponowany opis.

Pytanie nr 16

Dot. Pakietu nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków o opisie:

- Bezigłowy przyrząd do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem oraz butelek
- Dwuświatłowy
- Przeznaczone do wielokrotnych aspiracji
- Wyposażone w hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzający (bakteryjny) 0,2 μ m z możliwością zamknięcia klapką
- Możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin
- Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających
- Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie
- Możliwość stosowania z lekami cytostatycznymi
- Specjalne zakończenie kolca biorczego umożliwiającego całkowite opróżnienie butelki/fiolki
- Płaska powierzchnia membrany
- Dezynfekcja membrany poprzez przetarcie gazikiem z alkoholem
- Bez lateksu, PCV oraz DEHP
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-folia

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiającemu nie odpowiada zaproponowany opis.

Pytanie nr 17

Dot. Pakietu nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z filtrem antybakteryjnym 0,1 μ m bez zastawki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie SWZ.

Pytanie nr 18

Dot. Pakietu nr 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel o rozmiarach:

| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ |
|---------|---------|
| 000 | 40 |
| 00 | 50 |
| 0 | 60 |
| 1 | 70 |
| 2 | 80 |
| 3 | 90 |
| 4 | 100 |
| 5 | 110 |
| 6 | 120 |

Odpowiedź: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 19

Dot. Pakietu nr 12 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem walcowatym z balonikiem kontrolnym jak na zdj o rozmiarach:

| ID | OD | DŁUGOŚĆ |
|--------|---------|---------|
| 2.5 mm | 3.5 mm | 150 mm |
| 3.0 mm | 4.2 mm | 170 mm |
| 3.5 mm | 4.9 mm | 185 mm |
| 4.0 mm | 5.5 mm | 205 mm |
| 4.5 mm | 6.2 mm | 225 mm |
| 5.0 mm | 6.9 mm | 245 mm |
| 5.5 mm | 7.5 mm | 275 mm |
| 6.0 mm | 8.2 mm | 285 mm |
| 6.5 mm | 8.8 mm | 295 mm |
| 7.0 mm | 9.6 mm | 305 mm |
| 7.5 mm | 10.2 mm | 315 mm |
| 8.0 mm | 10.9 mm | 325 mm |
| 8.5 mm | 11.5 mm | 325 mm |
| 9.0 mm | 12.1 mm | 325 mm |





Odpowiedź: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 20

Dot. Pakietu nr 12 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem z dwoma znacznikami głębokości w postaci 2 półpięścieni, z wyciągalnym łącznikiem 15mm, o wymiarach jak poniżej:

| ID | OD | DŁUGOŚĆ |
|--------|---------|---------|
| 2.5 mm | 3.5 mm | 150 mm |
| 3.0 mm | 4.2 mm | 170 mm |
| 3.5 mm | 4.9 mm | 185 mm |
| 4.0 mm | 5.5 mm | 205 mm |
| 4.5 mm | 6.2 mm | 225 mm |
| 5.0 mm | 6.9 mm | 245 mm |
| 5.5 mm | 7.5 mm | 275 mm |
| 6.0 mm | 8.2 mm | 285 mm |
| 6.5 mm | 8.8 mm | 295 mm |
| 7.0 mm | 9.6 mm | 305 mm |
| 7.5 mm | 10.2 mm | 315 mm |
| 8.0 mm | 10.9 mm | 325 mm |
| 8.5 mm | 11.5 mm | 325 mm |
| 9.0 mm | 12.1 mm | 325 mm |



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurkę intubacyjną z mankietem z dwoma znacznikami głębokości w postaci dwóch pierścieni, łącznik 15mm trwale połączony z rurką. Pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ.

Pytanie nr 21

Dot. Pakietu nr 12 poz. 6

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „wewnętrzna powierzchnia typu satin slip” oraz dostępnej wersji z przewodnicą?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 22

Pakiet nr 12, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie osobno przewodnicy?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 23

Dot. Pakietu nr 12 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z mankietem z wyciągalnym łącznikiem 15mm o wymiarach jak poniżej:

| ID | OD | DŁUGOŚĆ |
|--------|--------|---------|
| 3.0 mm | 5.3 mm | 185 mm |
| 3.5 mm | 5.8 mm | 195 mm |
| 4.0 mm | 6.3 mm | 215 mm |
| 4.5 mm | 6.8 mm | 240 mm |
| 5.0 mm | 7.3 mm | 256 mm |
| 5.5 mm | 7.8 mm | 286 mm |
| 6.0 mm | 8.4 mm | 295 mm |
| 6.5 mm | 9.0 mm | 301 mm |
| 7.0 mm | 9.6 mm | 315 mm |

Odpowiedź: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 24

Dot. Pakietu nr 12 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem pakowana zbiorczo w kartonie po 200szt o wymiarach:

| ID | OD | DŁUGOŚĆ |
|---------|---------|---------|
| 2.5 mm | 3.5 mm | 150 mm |
| 3.0 mm | 4.2 mm | 170 mm |
| 3.5 mm | 4.9 mm | 185 mm |
| 4.0 mm | 5.5 mm | 205 mm |
| 4.5 mm | 6.2 mm | 225 mm |
| 5.0 mm | 6.9 mm | 245 mm |
| 5.5 mm | 7.5 mm | 275 mm |
| 6.0 mm | 8.2 mm | 285 mm |
| 6.5 mm | 8.8 mm | 295 mm |
| 7.0 mm | 9.6 mm | 305 mm |
| 7.5 mm | 10.2 mm | 315 mm |
| 8.0 mm | 10.9 mm | 325 mm |
| 8.5 mm | 11.5 mm | 325 mm |
| 9.0 mm | 12.1 mm | 325 mm |
| 9.5 mm | 12.7 mm | 325 mm |
| 10.0 mm | 13.6 mm | 325 mm |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 25

Dot. Pakietu nr 12 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu pakowaną zbiorczo w kartonie po 200szt o wymiarach:

| ID | OD | DŁUGOŚĆ |
|---------|---------|---------|
| 2.0 mm | 2.9 mm | 150 mm |
| 2.5 mm | 3.5 mm | 150 mm |
| 3.0 mm | 4.2 mm | 170 mm |
| 3.5 mm | 4.9 mm | 185 mm |
| 4.0 mm | 5.5 mm | 205 mm |
| 4.5 mm | 6.2 mm | 225 mm |
| 5.0 mm | 6.9 mm | 245 mm |
| 5.5 mm | 7.5 mm | 275 mm |
| 6.0 mm | 8.2 mm | 285 mm |
| 6.5 mm | 8.8 mm | 295 mm |
| 7.0 mm | 9.6 mm | 305 mm |
| 7.5 mm | 10.2 mm | 315 mm |
| 8.0 mm | 10.9 mm | 325 mm |
| 8.5 mm | 11.5 mm | 325 mm |
| 9.0 mm | 12.1 mm | 325 mm |
| 9.5 mm | 12.7 mm | 325 mm |
| 10.0 mm | 13.6 mm | 325 mm |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26

Dot. Pakietu nr 12 poz. 9

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „dwa okienka dystalne”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27

Dot. Pakietu nr 12 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu o wymiarach:

| ID | OD | DŁUGOŚĆ |
|---------|---------|---------|
| 2.0 mm | 2.9 mm | 150 mm |
| 2.5 mm | 3.5 mm | 150 mm |
| 3.0 mm | 4.2 mm | 170 mm |
| 3.5 mm | 4.9 mm | 185 mm |
| 4.0 mm | 5.5 mm | 205 mm |
| 4.5 mm | 6.2 mm | 225 mm |
| 5.0 mm | 6.9 mm | 245 mm |
| 5.5 mm | 7.5 mm | 275 mm |
| 6.0 mm | 8.2 mm | 285 mm |
| 6.5 mm | 8.8 mm | 295 mm |
| 7.0 mm | 9.6 mm | 305 mm |
| 7.5 mm | 10.2 mm | 315 mm |
| 8.0 mm | 10.9 mm | 325 mm |
| 8.5 mm | 11.5 mm | 325 mm |
| 9.0 mm | 12.1 mm | 325 mm |
| 9.5 mm | 12.7 mm | 325 mm |
| 10.0 mm | 13.6 mm | 325 mm |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28

Dot. projektowych postanowień umowy

Prosimy Zamawiającego zmianę zapisów § 10 ust. 2 tak, aby otrzymał następujące brzmienie:

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 0,5 %, wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,



c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0.5% wartości brutto wadliwego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w umowie,

d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcznym okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 0.5% wartości brutto towaru niezgodnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły punkcyjne w rozmiarze 0,9x90mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30

Dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igły punkcyjne w rozmiarze 1,1x90mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31

Dot. Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igły punkcyjne w rozmiarze 0,7x40mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ.

Pytanie nr 32

Dot. Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igły punkcyjne w rozmiarze 22Gx40mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1 – 5

Czy Zamawiający dopuści igły z widocznym oznaczeniem daty, rozmiaru oraz numeru katalogowego bez polskiego opisu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga opisu produktu na opakowaniu w języku polskim.

Pytanie nr 34

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego § 3 Realizacja umowy, ust 2.

Wykonawca oświadcza iż dostarczony towar będzie miał co najmniej 12 miesięczny okres przydatności do użycia W odniesieniu do części 21: Opaski identyfikacyjne nie posiadają terminu ważności, Producent zaleca przechowywanie ich przez 6 miesięcy u Klienta końcowego natomiast nie podaje oficjalnego terminu ważności. W związku z powyższym Wykonawca prosi o skreślenie z umowy § 3 art.2 ponieważ nie dotyczy dla części 21.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. Gwarancja na produkt upływa w momencie jego zużycia, jednakże występują sytuacje iż pomimo posiadania przez produkt prawidłowego terminu przydatności do użycia, produkty posiadają wady występujące w danej partii produkcyjnej, która uniemożliwia ich prawidłowe użytkowanie. W takich przypadkach mają zastosowanie postanowienia umowy w zakresie gwarancji na produkt.

Pytanie nr 35

Dot. § 2 Termin, art. 2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obowiązywania umowy o okres maksymalnie 12 miesięcy w przypadku, gdy asortyment wskazany w załączniku nr ..., nie zostanie w pełni wykorzystany w podstawowym okresie obowiązywania umowy. Utrzymanie tego zapisu skutkowało by znacznym wzrostem cen zakupu. Nie możemy zagwarantować, że przez okres 3 lat Producent nie podwyższy cen katalogowych. Czy Zamawiający może zrezygnować z § 2 ust. 2 w zamian za korzystniejsze warunki cenowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Do wadium : Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą. Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37

Dot. Pakietu nr 21

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferując np. 1 kasetę 300 sztuk należy odpowiednio przeliczyć wymaganą ilość kaset?

Odpowiedź: Wykonawca winien wstawić cenę za kasetę bez względu na ilość opasek w kasecie z uwzględnieniem minimalnej ilości sztuk opasek wymaganych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 38

Dot. Pakietu nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaski Zebra 25x178mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

Dot. Pakietu nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opaski Zebra 25x279mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę sposobu naliczania kar umownych na 1% wartości niezrealizowanego zamówienia (wymiany, realizacji zamówienia) za każdy dzień zwłoki. Kwotowe określenie kary umownej jest rażąco wygórowane i może okazać się niewspółmierne do poniesionej winy.




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41

Dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na pułapki wodne pakowane po 10 szt. z przeliczeniem ilości do 20 opakowań i 4 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę konfekcjonowania. Wykonawca winien zmodyfikować formularz asortymentowo-cenowy i podać cenę jednostkową za sztukę i przeliczyć stosowne ilości. Natomiast Zamawiający będzie zamawiał towar w dostępnych opakowaniach.

Pytanie nr 42

Dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na linię do próbkowania gazów pakowaną po 20 szt. z przeliczeniem ilości do 10 opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Edyta Stefańska
mgr Edyta Stefańska
inspektor

