



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 3 stycznia 2024 r.

Znak sprawy: EZ/259/2023/AS

Dotyczy: „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni” Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach .

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie terminu dostawy – 8 tygodni od podpisania umowy dla poz. 20-22 oraz 4 tygodnie dla pozostałego asortymentu?

Odpowiedź:

W celu większej elastyczności umowy Zamawiający modyfikuje brzmienie punktu IV ppkt. c) Zaproszenia oraz § 4 pkt.1 wzoru umowy wydłużając termin dostawy asortymentu do 15 dni roboczych.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści szczotkę o długości 19cm oraz fi 40mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i jednocześnie modyfikuje brzmienie Załącznika nr 2 do Zaproszenia pkt 1 „specjalistyczna, dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego dł. od 19 cm do 20 cm - śr. 8 mm / okrąg od 40 mm do 45 mm - włosie klasy medycznej”.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści szczotkę o długości włosia 80mm ?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i jednocześnie modyfikuje brzmienie Załącznika nr 2 do Zaproszenia pkt 11 „szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonana ze skręconego drutu, średnica 5mm, dług. włosia szczotki 80mm, długość całkowita 405mm”.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści są wiążące i stanowią jej integralną część. Należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


mgr Anna Sitek
INSPEKTOR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach


Bartosz Stemplewski