




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce, dnia 06.02.2024 r.

Znak sprawy: EZ/20/2024/MK

*Do wszystkich zainteresowanych*

Dotyczy: „Zakup wraz z dostawą aparatu do oscylacji wymuszonych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb I Kliniki Pediatrii IOCHD Odcinek Pulmonologiczno-Alergologiczny Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii WSZZ w Kielcach”

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1- dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści „Fala wymuszenia oscylacji dla dzieci złożoną z częstości nienakładających się wzajemnie i w zakresie od 7 Hz do 41 Hz, złożoną z co najmniej 7 różnych częstości”?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

INSPEKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*Magdalena Kuszewska*  
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*mgr Edyta Kupaśniewska*