

EZ/15/2024/ES

Kielce dn. 07.02.2024r

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) na Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 w powiązaniu z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r poz. 1605 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 5 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujników w kolorze cielistym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr 5 poz. 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu identyfikacji czujnika (co sprowadza się tylko do wyświetlania jego nazwy na ekranie) z uwagi na to, że parametry te spełnia wyłącznie jeden wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr 5 poz. 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu identyfikacji czujnika (co sprowadza się tylko do wyświetlania jego nazwy na ekranie) z uwagi na to, że parametry te spełnia wyłącznie jeden wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr 11

Proszę o dopuszczenie w pakiecie 11 - Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (IAP) z przetwornikiem wyposażony w linię płuczącą z przesuwną klemą zaciskową i aparatem kroplowym z wbudowanym filtrem cząstkowym, 2 x kraniki trójdrożne, łącznik typu „T” na linii płuczącej, dren do podłączenia cewnika Foley’a zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren z gumowym łącznikiem do podłączenia zestawu do zbiórki moczu, strzykawka L/L 50- 60 ml. Zestaw kompatybilny z monitorami poprzez przewód z wtykiem typu „RJ”. Dodatkowo w zestawie zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej składający się z komory pomiarowej (bez wew. komór wstępnych i pośrednich) o dokładności pomiaru min. 1 ml do 20 ml i pojemności 500 ml z przezroczystymi ściankami ułatwiającymi dokładny odczyt i wizualizację moczu, workiem o pojemności 2 l, filtr hydrofobowy w komorze i worku, drenu z odpowietrzaniem o dł. 150 cm ze spiralą antyzałamaniową, portu bezigłowego do pobierania próbek moczu w łączniku, uniwersalny system mocujący, do 7 dni u pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dot. umowy § 10 ust. 1 pkt 2 b)-d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za dzień zwłoki w wykonaniu umowy do 0,1 % wartości niezrealizowanej części umowy netto?

Ustalenie wielkości kar umownych na obecnym poziomie – 100 zł i 200 zł za dzień zwłoki, jest nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia i ewentualnego naruszenia zobowiązania wykonawcy. Biorąc po uwagę, iż dostawy realizowane będą sukcesywnie a zamawiający może nie zrealizować 100% wartości umowy, kary umowne na aktualnym poziomie mogą być nieadekwatne do wielkości naruszenia oraz prowadzić do nadmiernego obciążenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dot. umowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia umowy: W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar/odsetek ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dot. umowy

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej? Jeśli tak proszę o dodanie postanowienia do umowy, określającego, iż za datę podpisania umowy uznaje się złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Dot. Pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czujnik w kolorze beżowym pediatryczny dla dzieci o wadze 15-40kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czujnik w kolorze beżowym pediatryczny dla dzieci o wadze od 10kg do 50kg.

Pytanie 9

Dot. Pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czujnik pediatryczny dla dzieci o wadze 1-15kg bez dodatkowych krążków w opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Dot. Pakietu nr 10, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę bez znaczników?


Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Dot. Pakietu nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 2,0 mm (6Fr) o dł. 25,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Pytanie 12

Dot. Pakietu nr 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 3,3 mm (10Fr) o dł. 34,0 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Dot. Pakietu nr 10, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach: 2,0 mm / 25,5 cm; 4,0 mm / 34,0 cm; 4,7 mm / 34,0 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 14

Dot. Pakietu nr 10, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę ze znacznikami głębokości od 10 cm w odstępach co 1 cm (od 10 cm do 60 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza prowadnicę ze znacznikami głębokości od 10cm w odstępach co 1cm do 60cm w rozmiarze 15Ch/70cm.

Pytanie 15

Dot. Pakietu nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie narzędzia do usuwania zszywek skórnych pasujące do zszywek w pozycji nr 1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Dot. Pakietu nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę bez znaczników:

ROZMIAR	SREDNICA	DLUGOSC CALKOWITA	DLUGOSC ROBOCZA	ROZMIAR RURKI
6 Fr	2,0 mm	310 mm (± 10)	250 mm (± 5)	od 2,0 do 4,0

Odpowiedź: Zamawiający wymaga prowadnicy ze znacznikami.

Pytanie 17

Dot. Pakietu nr 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę bez znaczników:

10 Fr	3,3 mm	390 mm (± 10)	350 mm (± 5)	od 4,5 do 6,5
-------	--------	---------------------	-----------------------	---------------

Odpowiedź: Zamawiający wymaga prowadnicy ze znacznikami.

Pytanie 18

Dot. Pakietu nr 10, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wyłącznie prowadnicę bez znaczników

14 Fr	4,7 mm	390 mm (± 10)	355 mm (± 5)	od 7,0 do 10,0
-------	--------	---------------------	-----------------------	----------------

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do :

ROZMIAR	SREDNICA O.D.	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	ROZMIAR RURKI	SKALOWANIE
15 Fr	5,0 mm	800 mm	od 6,5 do 10,0	10 – 60 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

Dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający w pak 4 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Narzędzie do usuwania zszywek skórnych z poz. 1, zagięte ergonomiczne uchwyty, odporny na uszkodzenia materiał, silne i wytrzymałe szczęki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie asortymentu z punktu 6 w ilości będącej wielokrotnością liczby 10?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy w Pakiecie nr 2 poprzez zwiększenie ilości z 5szt na 10szt.

Pytanie 22

Dot. Pakietu nr 5 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści biologicznie czyste czujniki do pulsoksymetru Nellcor?


Dostarczamy na rynku polskim czujniki od 18 lat i bardzo rzadko wymóg czujnika sterylnego ma uzasadnienie, natomiast niewątpliwie ogranicza konkurencję do jednego oferenta, tym samym podnosi koszt usługi.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujników sterylnych ze względu na specyfikę zastosowania u dzieci wczesnie urodzonych, które są bardzo wrażliwe na czynniki zewnętrzne.

Pytanie 23

Dot. Pakietu nr 5 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych wykonanych z materiału włókninowego typu 3M.



Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu 22.

Pytanie 24


Dot. Pakietu nr 5

Prosimy o dopuszczenie czujników kalibrowanych cyfrowo, z dokładnością (± 4) w zakresie od 70% do 100%.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25

Dot. Pakietu nr 5


Prosimy o dopuszczenie konfekcjonowania 1 op = 25 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jednocześnie informuje iż będzie kupował na sztuki.

Pytanie 26

Dot. Pakietu nr 5 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych wykonanych z materiału włókninowego typu 3M.



Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu 22.

Pytanie 27

Dot. Pakietu nr 5

Prosimy o dopuszczenie czujników kalibrowanych cyfrowo, z dokładnością (± 4) w zakresie od 70% do 100%.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 28

Dot. Pakietu nr 5

Prosimy o dopuszczenie konfekcjonowania 1 op = 25 szt.

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu 25.

Pytanie 29

Dot. Pakietu nr 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu "W integralnym opakowaniu wraz z czujnikiem 6 szt. sterylnych, przezroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika".

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga w integralnym opakowaniu wraz z czujnikiem 6szt sterylnych przezroczystych krążków ponieważ przedłużają one żywotność czujnika.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Należy je uwzględnić w treści składanych ofert. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

W załączeniu Zmodyfikowany Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 2

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie, Zmawiający działając w oparciu o art. 286 ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

NOWE TERMINY:




Termin składania ofert: 12.02.2024 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 12.02.2024r r. godz. 10:00

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ Termin związania ofertą, nadając mu nowe brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12.03.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail edyta.stefanska@wszkielce.pl


DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwadnicewska

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Stefańska
inspektor

NOWY!!! FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

zał.nr ... do umowy

Pakiet nr 2 - Oprzyrządowanie do neuromonitoringu

-P-	Producent*	Nazwa Handlowa / Nr katalogowy	Opis	Ilość	j.m.	stawka % Vat	cena jednostkowa brutto	wartość zamówienia brutto	Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			Elektroda 4-kanalowa, naklejana na rurki intubacyjne, rozmiar 6-7mm. Produkt sterylny, jednorazowy. Opakowanie zbiorcze 10szt.	10	szt			0,00 zł	
2			Elektroda 4-kanalowa, naklejana na rurki intubacyjne, rozmiar 7 - 9mm, powierzchnia elektrody min. 32 x 37 mm. W komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna, produkt sterylny, jednorazowy. Opakowanie zbiorcze 10szt.	250	szt			0,00 zł	
3			Mikro sonda bipolarna do tarczycy - widelec prosta (długość robocza 4.5cm, dł. całkowita 15cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, sterylna, jednorazowa. Opakowanie zbiorcze 10szt.	40	szt			0,00 zł	
4			Sonda bipolarna widelec prosta (dł. Robocza 4.5cm, dł. całkowita 15cm, do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowalny	3	szt			0,00 zł	
5			Sonda bipolarna koncentryczna prosta (dl. Robocza 4,5cm, dl. całkowita 15cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowalny	1	szt			0,00 zł	
5			Sonda bipolarna do anoplastyki - korowa (kulki śr. 2mm, rozstaw 8mm), rozmiar 45/155/3000. Produkt sterylny, jednorazowy.	10	szt			0,00 zł	
7			Przewód do sondstymulacyjnych bipolarnych, produkt autoklawowalny	4	szt			0,00 zł	
8			Przewód przyłączeniowy do 4-kanalowej elektrody SELECT.Produkt wielorazowy, nieautoklawowany.	6	szt			0,00 zł	
razem wartość brutto								0,00 zł	

* Uzupełnić

** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".