



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 16.02.2024 r.

Znak sprawy: EZ/18/2024/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) pn. „Zakup i dostawa wózków reanimacyjnych i defibrylatorów na potrzeby Oddziałów/Klinik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje, iż omyłkowo udzielił błędnej odpowiedzi na poniższe pytania:

PYTANIA DO PAKIETU NR 2

Pytanie 69

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.38- Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru pulsu 30-300 uderzeń na minutę z rozdzielczością 1 uderzenie na minutę ?

Było:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Winno być:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 70

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.39- Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru pulsu 30 do 300/min dokładność $\pm 2\%$ lub 1 u/min (większa z wartości) oraz dokładność saturacji SpO2 0 do 100% +/-3%?

Było:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Winno być:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych
Tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.slowinska@wszkielce.pl