



Kielce 22.02.2024 r.

znak sprawy EZ/22/2024/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 1605) Przedmiotem zamówienia jest „*Sukcesywne dostawy testów do wykrywania materiału genetycznego wirusów wraz z dzierżawą aparatu do izolacji i detekcji kwasów nukleinowych dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1- dotyczy formularza asortymentowo-cenowego pkt 1.5 barkodowe identyfikowanie odczynników oraz próbek.

Czy Zamawiający dopuści aparat, który identyfikuje odczynniki za pomocą chipów RFID?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2- dotyczy formularza asortymentowo-cenowego pkt 1.13 odprowadzanie ścieków płynnych do kanalizacji.

Czy Zamawiający dopuści aparat, który ma możliwość odprowadzania części ścieków do kanalizacji gdyż aparat dzieli je na takie, które mogą być do niej oddane i takie, które nie powinny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3- dotyczy formularza asortymentowo-cenowego pkt 7.5 dedykowana do zestawów odczynnikowych kontrola, pozwalająca na wykonanie oznaczeń na trzech poziomach (ujemna, niskododatnia i wysokodatnia).

Czy Zamawiający dopuści aby testy jakościowe miały tylko kontrolę dodatnią i ujemną? Natomiast testy ilościowe posiadały taką kontrolę jaką wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4- dotyczy załącznika nr 2 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy

Zgodnie z pytaniem odnoszącym się do zawarcia umowy dzierżawy w miejsce umowy użyczenia zwracamy się prośbą do Zamawiającego o możliwość dodania pozycji wyszczególniające koszty dzierżawy analizatora.

Odpowiedź: Zamawiający w formularzu-asortymentowo cenowym wyszczególnił pozycję dotyczącą kosztów dzierżawy.

Pytanie 5- Dotyczy SWZ pkt. 12. c

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wskazywania w przedmiotowych środkach dowodowych zapisów potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w parametrach granicznych i w to

miejsce wyrazi zgodę na przedstawienie oświadczenia, że potwierdzamy spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, zgodnie z zapisami SWZ.


Pytanie 6- Dotyczy SWZ pkt. 12. C

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych folderów i katalogów załączyć oświadczenie do oferty o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego? Jednocześnie Wykonawca podaje w ofercie adres strony internetowej, na której znajdują się wymagane dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 7- dotyczy przedmiotu dzierżawy

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczytnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu? Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).



Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy załącznik 3 par.3 ust.10

Wprowadzone modyfikacje i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
 Magdalena Kuszewska
 INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
 DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
 mgr Edyta Kwaśniewska
 Dział Zamówień Publicznych
 tel. 41/30-33-516 fax. 41/366-00-14
 e-mail. magdalena.kuszewska@wszckielce.pl

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
 w Kielcach
 Bartosz Stemplewski