



Kielce 09.04.2024 r.

EZ/52/2024/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na „**Sukcesywne dostawy zużywalnych elementów do zestawów automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w Postępowaniu.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do ofertowania w pakiecie nr 3 zestawu do automatycznego wstrzykiwacza Optistar, w skład którego wchodzi: 2x wkład 60ml, łącznik spiralny z trójnikiem o długości 250 cm z jednym zaworkiem oraz 2x ostrze typu spike.

Informujemy, iż ostrza typu spike oraz napełniacze typu J spełniają tę samą, równoważną funkcję - umożliwiają napełnienie strzykawki, stosowane są w pracowniach zamiennie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści dreny kompatybilne z wkładem do wstrzykiwacza Optistar Elite o długości 150 cm z trójnikiem i dwoma zastawkami wstrzymującymi? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie zgodnie z SWZ. Dreny o długości 150 cm są za krótkie.

Pytanie nr 3

Pytanie 2 - dot. wzoru umowy, § 10 Kary umowne, pkt 2 ppkt a):

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu § 10 Kary umowne, pkt 2 ppkt a) jak niżej:


a) „w razie ~~niestarannego~~ **lub** niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości **100,00 zł** za stwierdzone uchybienie”

Uzasadnienie:

Wyrażenie „niestaranne wykonanie dostaw” jest niejednoznaczne i może zależeć od subiektywnej oceny osoby przyjmującej towar i nie jest wystarczająco precyzyjne, aby na takiej podstawie nakładać na Wykonawcę ww. karę.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Należy je uwzględnić w treści składanych ofert. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie, Zmawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: 12.04.2024 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 12.04.2024 r. godz. 09:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ Termin związania ofertą, nadając mu nowe brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.05.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wioleta.strozyk@wszkielce.pl

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stepiński