



Kielce, 12.04.2024 r.

Znak sprawy: EZ/70/2024/RŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na **Zakup i dostawa toru endoskopowego – 1 kpl dla potrzeb Kliniki Otorinolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach**, znak sprawy: EZ/70/2024/RŁ.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w szczególności: wózka endoskopowego, który nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla którego stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika lub naturalnego zużycia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3


Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zwolnienia Wykonawcy z kar umownych za zwłokę w usunięciu wad w przypadku przekroczenia terminów określonych w umowie, pod warunkiem dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż naprawiany?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje brzmienie §7 ust. 5 wzoru umowy Załącznik nr 3 do Zaproszenia w następujący sposób:

W przypadku gdy naprawa przekroczy termin, o którym mowa w §7 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach. **W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego postanowienie §8 ust. 1 pkt 2 lit c. nie stosuje się.**

Pytanie nr 4

(dot. wzoru umowy §7 ust. 9) Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji dostępności części zamiennych do okresu 5 lat licząc od daty sprzedaży. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.



Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje brzmienie §7 ust. 9 wzoru umowy Załącznik nr 3 do Zaproszenia w następujący sposób:

Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres do 8 lat.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu na usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru do 8 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje brzmienie §7 ust. 2 wzoru umowy Załącznik nr 3 do Zaproszenia w następujący sposób:

2. W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 8 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji lub,
- b) przesłania decyzji o odmowie reklamacji z uwzględnieniem powyższych terminów

Pytanie nr 6

(Dot. §8 ust. 1 pkt. 2 ppkt. b) wzoru umowy) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową do 200,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik numer 3 do Zaproszenia

Pytanie nr 7

(Dot. §8 ust. 1 pkt. 2 ppkt. c) wzoru umowy) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi do 100,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik numer 3 do Zaproszenia

Pytanie nr 8

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży łączną maksymalną wysokość kar umownych z 30% do 20% wartości umowy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik numer 3 do Zaproszenia

Pytanie nr 9

Czy w związku z ogólnościową mobilizacją do ochrony środowiska naturalnego, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w wersji elektronicznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Renata Łastowska
Inspektor

Łastowska

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwasniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Bartosz Stemplewski