

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 16.04.2024 r.

Znak sprawy: EZ/68/2024/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) na „**Sukcesywne dostawy jednorazowych zestawów operacyjnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1- dotyczy pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza serwety samoprzylepnej o wymiarach 200 cm x 320, natomiast dopuszcza pozostałe parametry.

Pytanie 2- dotyczy pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki wykonaną z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocnioną hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 3- dotyczy pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z niepiaskowanej folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocnioną chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4- dotyczy pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę głową wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O, o chłonności wzmocnienia min. 680%?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5- dotyczy pozycji 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby zestawy pakowane były w opakowanie pośrednie typu dispenser.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6- dotyczy pozycji 2, 3

Czy Zamawiający dopuści osłony na kończyne wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7- dotyczy pozycji 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 35x120cm z 1 taśmą mocującą 10x50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8- dotyczy pozycji 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 30x80cm z 1 taśmą mocującą 10x50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9- dotyczy pozycji 4

Czy Zamawiający dopuści torbę do przechwytywania płynów o wymiarach 50cm x 50cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy. Torba wykonana z przezroczystej folii polietylenowej 0.065 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10- dotyczy pozycji 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm?


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pytanie 11- dotyczy pozycji

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, wyk. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 110/100 kPa wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H₂O
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z niepiaskowanej folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m²

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12- dotyczy Pakiet 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby zestawy pakowane były w opakowanie pośrednie typu dispenser.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13- dotyczy pozycji 1

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem 75cm x 190cm wykonana z nieprzemakalnej folii ze wzmocnieniem z włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze min. 75g/m²

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem 75 x 90cm w kolorze zielonym wykonana z nieprzemakalnej folii ze wzmocnieniem z włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze min. 82g/m²

1 osłona ortopedyczna na kończyne 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończyne 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5(+/-0,5) g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm (+/- 1 cm)). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 (+/-0,5) g/m². Odporność na rozerwanie na sucho powyżej 273 kPa, na mokro powyżej 280 kPa, odporność na penetrację płynów powyżej 172 cm H₂O.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Opakowania typu papier-folia z wymaganymi informacjami i oznaczeniami na opakowaniu. Zestaw w kolorze zielonym, zapakowany w podwójne opakowanie – wewnętrzne foliowe i zewnętrzne transportowe – karton.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14- dotyczy pozycji 2

Czy można zaoferować osłonę na nogę w rozmiarze 32 x 120cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 57,5(+/-0,5) g/m² z 2 foliowymi taśmami mocującymi w rozmiarach 10cm x 50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 15- dotyczy pozycji 3

Czy można zaoferować osłonę na nogę w rozmiarze 24 x 80cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 57,5(+/-0,5) g/m² z 1 foliową taśmą mocującą w rozmiarach 10cm x 50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16- dotyczy pozycji 4

Czy można zaoferować sterylną torbę do zbiórki płynów wykonaną z folii o grubości 50µm. Torba posiada wycięcie "U" otoczone dzieloną taśmą samoprzylepną zakończoną zakładkami bez kleju (fingerlifty) oraz poziomą taśmę samoprzylepną. Worek wyposażony w sztywnik służący do modelowania, zawór do odprowadzania płynów oraz sito do pobierania tkanek; torba posiada perforację, która umożliwi zastosowanie w różnych procedurach chirurgicznych. Wymiar całkowity torby 60 cm x 90 cm. Opakowanie



jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17- dotyczy pozycji 5

Czy można zaoferować sterylne osłonę na przewody o wymiarach 16 x 250 cm, zakończoną kartonem, z foliową taśmą lepłą na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie 18- dotyczy Zestawu do artroskopii

Czy można zaoferować zestaw następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem 75cm x 190cm wykonana z nieprzemakalnej folii ze wzmocnieniem z włókna polipropylenowej o łącznej gramaturze min. 75g/m²

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem 75 x 90cm w kolorze zielonym wykonana z nieprzemakalnej folii ze wzmocnieniem z włókna polipropylenowej o łącznej gramaturze min. 82g/m²

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep ?

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włókna polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 (+/-0,5)g/m².

Odporność na rozzerwanie na sucho powyżej 170 kPa, na mokro powyżej 180 kPa, odporność na penetrację płynów min. 129 cm H₂O.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Opakowania typu papier-folia z wymaganymi informacjami i oznaczeniami na opakowaniu. Zestaw w kolorze zielonym, zapakowany w podwójne opakowanie – wewnętrzne foliowe i zewnętrzne transportowe – karton.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 1- dotyczy pozycji 6 i 7

Czy można zaoferować kieszenie w rozmiarach 38cm x 40cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski