

Kielce, dn. 16.04.2024r

EZ/71/2024/ES

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: „Zakup i dostawa zestawów cewników naczyniowych permanentnych dla Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

### Odpowiedzi na pytania

#### Pytanie nr 1

##### Pytanie do zadania nr 8 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik równoważny 15,5F wykonany w technologii typu ENDEXO – materiał odporny na odkładanie się skrzeplin, zakładany metodą Seldingera

Długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm, 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 35/40cm do wyboru przez Zamawiającego



- końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,
  - osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły,
  - posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,
  - końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu
  - Cewnik posiada otwory boczne, zmniejszające ryzyko przyssania.
- o przepływie

BioFlo DuraMax- cewnik do dializ 25 cm

Srednie ciśnienie VS natężenie przepływu:

Żyłne			Techniczne		
200 ml/min	300 ml/min	400 ml/min	200 ml/min	300 ml/min	400 ml/min
59	90	134	59	86	125


Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielalny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.


#### Pytanie 2

Czy zamawiający wydzieli z zadania nr 1 poz. Nr 1 i dopuści następujące parametry;

Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o długości cewnika do mufki:



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



15,19,23,27,31,35,42, 50cm i wersja z ramionami zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min. Symetryczna, taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczepienia. Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylniej poniżej 1%. Dookoła cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przysiania końcówki do ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
mgr Edyta Stefańska  
inspektor