



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 17.04.2024r.

Znak sprawy: EZ/73/2024/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) na „**Zakup i dostawę videolarinoskopu z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 2 Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach zadania pn. Inwestycje w ochronie zdrowia**”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1- dotyczy pozycji 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 13 baterii 3,6V pozwalająca na pracę co najmniej przez 250 minut?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdzam:
Krzysztof Bidas
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa