

Znak sprawy: EZ/57/2024/RŁ

Kielce, 17.04.2024

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Kliniki Otorynolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, znak sprawy: EZ/57/2024/RŁ.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA + PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Pytanie nr 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania WZIERNIK NOSOWY MODEL WIEDENSKI DŁUGOŚĆ. 130 MM TRĄBKA SZEROKA DŁUGOŚĆ TRĄBKI 38 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 poz.4

Czy zamawiający dopuści do postępowania WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 12 MM DŁ 135 MM?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 poz. 4

Czy zamawiający dopuści do postępowania WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 13 MM DŁ 152 MM?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 poz.5

Czy zamawiający dopuści do postępowania WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 13 MM DŁ 182 MM?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 poz. 6

Czy zamawiający dopuści do postępowania WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 15 MM DŁ 172 MM?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 poz. 7

Czy zamawiający dopuści do postępowania WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 18 MM DŁ 172 MM?

Odpowiedź: : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 poz. 8

Czy zamawiający dopuści do postępowania WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 20 MM DŁ 182 MM?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 8 poz. 9

Czy zamawiający dopuści do postępowania WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 20 MM DŁ 222 MM?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 poz. 10

Czy zamawiający dopuści do postępowania WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ.140 MM 5 1/2".ZŁĄCZE NIEROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 40 MM, SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 poz. 11

Czy zamawiający dopuści do postępowania WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁUGOŚĆ 140 MM 5 1/2"ZŁĄCZE NIEROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 55 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 poz. 12

Czy zamawiający dopuści do postępowania WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 140 MM ZŁĄCZE NIEROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 75 MM, SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 poz. 17

Czy zamawiający dopuści do postępowania KLESZCZYKI, HARTMANN-WULLSTEIN CZĘŚĆ ROBOCZA 0,8 x 6,0 MM . DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 85 MM 3?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 poz. 20

Czy zamawiający dopuści do postępowania KONCÓWKA SSĄCA TYP ZOELLNER ŚREDNICA 0,7 MM?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 poz. 21

Czy zamawiający dopuści do postępowania KONCÓWKA SSĄCA TYP ZOELLNER ŚREDNICA 0,9 MM?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 poz. 22


Czy zamawiający dopuści do postępowania KONCÓWKA SSĄCA TYP ZOELLNER ŚREDNICA 1,2 MM?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 poz. 26

Czy zamawiający dopuści do postępowania KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP JACOBSON ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 130 MM.DELIKATNE?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 17 poz. 29

Czy zamawiający dopuści do postępowania SONDA TYP BOWMAN DŁUGOŚĆ 135MM 5 FIGURA 1/2 ŚREDNICA 0,9 + 1,1MM, POSREBRZANA?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 poz.30

Czy zamawiający dopuści do postępowania PINCETA ANATOMICZNA TYP TROELTSCH ODGIĘTA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 110 MM ZĄBKOWANA?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający określając średnicę wziernika usznego ma na myśli średnicę zewnętrzną czy wewnętrzną?

Odpowiedź: Wziernik uszny ma wskazaną średnicę wewnętrzną.

Pytanie nr 20

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości **50,00 zł**, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru**

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **50,00 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru**

d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia każdorazowo w wysokości **50,00 zł** za stwierdzone uchybienie.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie ze wzorem umowy, Załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 przedłuża termin składania ofert do Zaproszenia.

Nowy termin składania ofert: 19.04.2024 r. do godz. 09.00

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Renata Lastowska
Inspektor
Lastowska

Z-ca Kierownika

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Krzysztof Bilis

Dział Zamówień Publicznych

tel.: 41/36-71-269

e-mail: renata.lastowska@wszkielce.pl