



Kielce, dnia 17.04.2024r

Znak sprawy: EZ/73/2024/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) na „**Zakup i dostawę videolaryngoskopy z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 2 Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach zadania pn. Inwestycje w ochronie zdrowia**”.

OPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści ofertę a wideolaryngosko UeScope UED-A, o bardzo zbliżonych parametrach podanych poniżej?

1. Urządzenie fabrycznie nowe – (niepowystawowe).
2. Urządzenie przeznaczone do trudnych intubacji.
3. Włączany i wyłączany jednym przyciskiem wbudowanym w monitor.
4. Monitor dotykowy HD, kolorowy, LCD o przekątnej 3”, z bezprzewodowym udostępnianiem obrazu na inny ekran.
5. Ekran z możliwością obrotu w osi pionowej 110 °, poziomej 270 °, z automatycznym obracaniem obrazu.
6. Rękojeść jednorazowa, sterylna, zintegrowana z łyżką, będąca osłoną wielorazowego toru wizyjnego (minimalizacja dezynfekcji oraz ograniczenie ryzyka zakażeń krzyżowych).
7. Kamera CMOS wbudowana w tor wizyjny.
8. Kamera osłonięta jednorazową łyżką z powłoką anti-fog (przeciw parowaniu).
9. Źródło światła LED wbudowane wspólnie z obiektywem kamery w toru wizyjnego.
10. Informacja o stanie naładowania baterii wyświetlana na ekranie.
11. Wizualny alarm niskiego stanu naładowania baterii.
12. Bateria wbudowana w monitor.
13. Bateria 3,7V pozwalająca na pracę co najmniej przez 210 minut.
14. Ochrona przed wodą i kurzem: tor wizyjny IPX7, monitor IPX3.
15. Masa urządzenia: monitor 158 gram, tor wizyjny 92 gramy
16. Wymiary maksymalne (z łyżką nr 4) 190 x 80 x 150 mm, monitor 85 x 63 x 20 mm.
17. Urządzenie przystosowane do użycia z łyżkami jednorazowymi
18. Dostępne rozmiary łyżek: od 0 do 4
19. Wszystkie łyżki o wąskim profilu ułatwiającym trudne intubacje.
20. łyżki montowane na zatrzask. Jedno kliknięcie stanowi bezpieczne połączenie łyżki z urządzeniem.
21. Gwarancja 24 miesiące.
22. Instrukcja obsługi w j. polskim.
23. Karta gwarancyjna, paszport techniczny i autoryzowany serwis na terenie Polski.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie opisu przedmiotu, a jest wnioskiem o jego zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 30 do 45 dni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych ze 100 zł na 30 zł za każdy dzień zwłoki określone w § 8 ust. 1 pkt. 2) ppkt. B i C ? Aktualnie określony poziom kar jest niewspółmiernie wysoki do wartości zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania ofert na „Zakup i dostawę videolaryngoskopu z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 2 Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach zadania pn. Inwestycje w ochronie zdrowia”.

Nowy termin składania ofert:

Termin składania ofert: 19.04.2024r.godz. 9:00

Zatwierdzam:
Bartosz Stemplewski
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach