



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dnia¹⁸04.2024 r.

Znak sprawy: EZ/19/2024/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) na „*Zakup i sukcesywna dostawa implantowanych urządzeń do elektroterapii serca na potrzeby Zespołu Pracowni Radiologii Zabiegowej, Hemodynamiki i Elektrokardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZZ w Kielcach*”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dot. Załącznik nr 3 do SWZ projektowane postanowienia umowy

Pytanie do § 10 Kary umowne 6 ust. 1 pkt. 2) - W celu miarkowania kar wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych: a) (...) b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotem użyczenia – w wysokości z 800,00 zł na 400,00 zł, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotu użyczenia stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości z 600,00 zł na 300 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia każdorazowo w wysokości z 500,00 zł na 250,00 zł za stwierdzone uchybienie.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści introducery o długości maksymalnej 23 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wójcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl