



Kielce 23.04.2024 r.

EZ/69/2024/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na „**Sukcesywne dostawy odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do morfologii krwi i barwienia preparatów mikroskopowych dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w Postępowaniu.

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 1 i 2:

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające wymagane parametry-katalogi, opisy, specyfikacje techniczne- posiadały odnośniki w miejscach- jakiego punktu dotyczą. Nie wszystkie parametry posiadają opis w ulotkach, katalogach lub specyfikacjach technicznych, np. rok produkcji, wyposażenie dodatkowe, warunki serwisu itp. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby parametry, które nie posiadają potwierdzenia w katalogach, ulotkach, opisach technicznych posiadały potwierdzenie w osobnych oświadczeniach- z odpowiednim odnośnikiem jakiego punktu dotyczą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 1 Opis parametrów wymaganych, pkt 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli parametrów krwi obwodowej w ilości uwzględniającej ważności fiolki na opakowaniu?.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 1:

Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowo m.in. drukarki. W opisie Zamawiający zaznaczył, że dostarczony sprzęt ma nie powodować dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy kompletności dostarczonego sprzętu, a nie dostarczania materiałów zużywalnych do drukarki (takich jak tonery, bębny itp.).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 1 i 2:



Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów fabrycznie nowych. Ze względu na to, że analizatory specjalistyczne tego typu są sprowadzane na potrzeby konkretnego zamówienia- prosimy o wyrażenie zgody na instalację analizatorów w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy lub w przypadku takiej woli Zamawiającego w terminie późniejszym (np. gdyby Zamawiający sam chciał zainstalować je później).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 2:

Zamawiający wymaga możliwości zdalnego dostępu do dzierżawionego urządzenia. Ze względu na to, że analizator do barwienia rozmazów jest analizatorem prostym w obsłudze z prostym interfejsem- nie posiadającym takiej możliwości- prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora do barwienia rozmazów bez możliwości zdalnego podłączenia z serwisem

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 6 dot. Załącznika nr 3 do SWZ:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 dot. Załącznika nr 1 do SWZ

Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tego pakietu, do których Wykonawca przystępuje?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego § 3 ust. 6:

W przypadku udzielenia zamówienia na dwa pakiety jednemu Wykonawcy uprzejmie prosimy o doprecyzowanie poprzez zastąpienie wyrażenia „*dwa aparaty hematologiczne lub jedno urządzenie do automatycznego barwienia preparatów rozmazów krwi obwodowej*” zwrotem „*dwa aparaty hematologiczne i jedno urządzenie do automatycznego barwienia preparatów rozmazów krwi obwodowej*”.

Odpowiedź: Tak, zgodnie z wzorem umowy. Zamawiający ma prawo modyfikacji umowy w zależności od pakietu/ów, na które zostanie udzielone zamówienie.

Pytanie nr 9 dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego § 3 ust. 11 lit. a):

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych (informowanie o potencjalnych zagrożeniach) i w sprawach dotyczących działań logistycznych, na wskazany w § 3 ust. 11 lit. a) adres e-mail w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z § 3 ust. 11 wzoru umowy.

Pytanie nr 10

Prosimy o wykreślenie zapisu „wraz z załączonym potwierdzeniem realizacji dostawy”, gdyż dokument ten w chwili dostawy jest już w posiadaniu Zamawiającego i nie ma konieczności dostarczania go wraz z fakturą. Dokument dostawy jest dostarczany wraz z towarem.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Należy je uwzględnić w treści składanych ofert. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wioleta.strozyk@wszkielce.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Edyta Stowińska
SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517
e-mail. wioleta.strozyk@wszkielce.pl

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski