


Wojewódzki Szpital Zespolony w  
Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Znak: EZ/82/2024/MK

Kielce 21.04.2024r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

*Dotyczy: „Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu autoimmunologii oraz dzierżawa analizatorów wraz z niezbędnym sprzętem dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.*

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r poz. 1605) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga wpięcia do LIS analizatora do technik ELISA oraz automatu do inkubacji i odczytu testów blot? Jeśli tak, prosimy o podanie nazwy dostawcy LIS u Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją poniżej.**

*Na podstawie art. 137 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r poz. 1605) Zamawiający modyfikuje treść SWZ załącznik nr 2b do SWZ -Wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne dla automatu do inkubacji i odczytu testów BLOT oraz automatycznego analizatora do techniki ELISA poprzez dodanie kolejnej pozycji L.p w tabeli tj.: „Wpięcie do LIS. Nazwa dostawcy LIS to Filab firmy Fimed”.*

### Pytanie 2

Prosimy o podanie, jakiej częstotliwości udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości Zamawiający wymaga dla wyspecyfikowanych parametrów.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości raz w roku.**

### Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie udziału zewnętrznej kontroli jakości badań tylko dla parametrów dostępnych aktualnie na rynku/ u dostawców wymienionej usługi?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

## ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający, działając w oparciu o art.137 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r poz. 1605), przesuwa termin składania i otwarcia ofert.



**Wojewódzki Szpital Zespolony w  
Kielcach**  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



**Nowe terminy otwarcia i składania ofert:**

Termin składania ofert: 29.05.2024r godz 10.00

Termin otwarcia ofert: 29.05.2024r godz. 10.30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść **pkt. 25 SWZ- Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie:

*„Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **26.08.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.*

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust.4 ustawy Pzp informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ poprzez przekazanie w dniu 17.05.2024r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „ogłoszenia o zmianie”.

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust.5 ustawy Pzp udostępnia zmianę treści SWZ na stronie prowadzonego postępowania wraz z ogłoszeniem o zmianie: **Dz.U.S:97/2024-297461-2024.**

Wprowadzone modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

*Magdalena Kuszewska*  
INSPEKTOR

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach

*Bartosz Stemplewski*

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

*mgr Edyta Kwaśniewska*