

Kielce, 22.05.2024 r.

EZ/79/2024/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na „Dostawę pomp insulinowych dla III Oddziału Chorób Dziecięcych, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w Postępowaniu.

Pytanie nr 1 - Załącznik Nr 2.3 do SWZ – dot. pkt 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia gwarancji:

- 48 miesięczną gwarancję na pompę i pilota (zgodnie z Załącznikiem 3.2)
- 12 miesięczną gwarancję na pozostałe elementy dostarczane w zestawie wraz z pompą (aplikator kaniuli, baterie (akumulatory) do pompy i pilota, ładowarka do pilota i baterii pompy wraz z kablem do ładowarki)?

Obie gwarancje liczone są od dnia realizacji procedury NFZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 48 miesięczną gwarancję na pompę i pilota i 12 miesięczną gwarancję na pozostałe elementy dostarczane w zestawie.

Pytanie nr 2 - Załącznik Nr 2.3 do SWZ – dot. pkt 10

Czy Zamawiający dopuści dokładność bolusa szybkiego podawanego prosto z pompy, w przypadku braku pilota i szybkiego bolusa podawanego z pilota bez odblokowania pilota i wchodzenia w funkcje bolusa, która wynosi 0,1 j./bolus?

Ponadto nasz system oferuje dokładność 0,025j/bolus pozostałych bolusów – prostego, złożonego i przedłużonego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dokładność bolusa szybkiego podawanego z pompy, w przypadku braku pilota i szybkiego bolusa podawanego z pilota bez odblokowania pilota, która wynosi 0,1 j.

Pytanie nr 3 - Załącznik Nr 2.3 do SWZ – dot. pkt 14

Nasz system stale monitoruje i wyświetla na ekranie pilota sterującego procentowy poziom naładowania baterii pompy i baterii pilota. Dodatkowo włącza się alarm dźwiękowy przy rozładowaniu baterii na poziomie 95%. Czy Zamawiający dopuszcza takie


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dodatkowy alarm dźwiękowy przy rozładowaniu baterii na poziomie 95%.

Pytanie nr 4 - Załącznik Nr 2.3 do SWZ – dot. pkt 15 i 24

Nasz program do szczytywania danych z pompy nie wymaga dodatkowego czytnika, wystarczy tylko kabel USB dołączony do zestawu dla pacjenta oraz przekazujemy dodatkowy kabel do poradni diabetologicznej prowadzącej terapię.

Ile kabli USB Zamawiający wymaga do dostarczenia dla poradni/oddziału wraz z dostawą pomp do placówki przy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia 2 sztuk kabli USB.



Pytanie nr 5 - Załącznik Nr 2.3 do SWZ – dot. pkt 27

Czy Zamawiający dopuści zmianę w zapisie w parametrach wymaganych „Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia” na „Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz szkolenie techniczne przy podłączeniu pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. ”?

Prosimy o zmianę w zapisie zdania: „podłączenie pompy” na „szkolenie techniczne przy podłączeniu pompy” ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. Z uwagi na podanie insuliny w momencie podłączenia pompy obok pożądaných efektów terapeutycznych możliwe jest wystąpienie różnego rodzaju niepożądanych działań. Ważnym elementem podczas podłączenia pompy insulinowej pacjentowi jest odpowiednia wiedza, doświadczenie w leczeniu cukrzycy za pomocą pomp insulinowych, ale co najważniejsze uprawnienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które posiada lekarz i pielęgniarka. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego - Aneks 6 str. 124 podłączenie pompy insulinowej uważa się jako rozpoczęcie terapii a co za tym idzie udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zmianę w zapisie zdania "podłączenie pompy" na "szkolenie techniczne przy podłączeniu pompy".

Pytanie nr 6 - Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści pompę bezdrenową z parametrem dotyczącym ochrony przed wodą równą opadowi deszczu z czterech różnych kierunków pod kątem 15° czyli IPX2. W parametrach wymaganych wpisano IPX3, czyli ochronę przed wodą równą opadowi deszczu z różnych kierunków pod kątem 60°. Chcielibyśmy podkreślić, że zarówno IPX2, IPX3, czy nawet wyższy parametr IPX4 nie zapewnia pompie wodoszczelności a jedynie ochronę przed zachlapaniem. Prosimy o dopuszczenie pompy bezdrenowej z parametrem IPX2.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści lepszą dokładność dawkowania bolusa czyli 0,01 powyżej 0,2 j ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 - Dotyczy PPU § 3 pkt. 4a) dla Pakietu nr 3

Czy Wykonawca zgodzi na dostarczenie przez Wykonawcę jednego egzemplarza instrukcji obsługi zamiast dwóch ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9: Dotyczy PPU § 3 pkt. 4b) dla Pakietu nr 3

Prosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia paszportu urządzenia, ponieważ producent nie zapewnia paszportu dla przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

tel. 41/36-71-301

fax. 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Pytanie nr 10:

Oferowana pompa insulinowa zawiera wymienną bazę, która zgodnie z instrukcją użytkowania wymaga wymiany co 6 miesięcy. Mając na uwadze zamierzony okres użytkowania pompy (co najmniej 4 lata), konieczne jest zapewnienie systematycznej wymiany bazy u pacjenta. Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §3 projektowanych postanowień umowy nowego ust. 2a w brzmieniu następującym:

„2a. Dodatkowe akcesoria do pompy insulinowej, które muszą być planowo wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi Wykonawca dostarczy bezpłatnie w okresie udzielonej gwarancji dla każdej pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii) bezpośrednio do pacjenta, za potwierdzeniem protokołu wymiany podpisanym przez pacjenta.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Należy je uwzględnić w treści składanych ofert. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie, Zmawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: 27.05.2024 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 27.05.2024 r. godz. 09:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ Termin związania ofertą, nadając mu nowe brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.06.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wioleta.strozyk@wszkielce.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Krzysztof Bidas

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

