



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce, dnia 18.06.2024 r.

Znak sprawy: EZ/119/2024/ESŁ

*Do wszystkich zainteresowanych*

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) pn. „Zakup osłon radiologicznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”*

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1

Pkt. 23 Prosimy o dopuszczenie okularów o wadze 71g

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

#### Pytanie 2

Pkt. 23 Prosimy o dopuszczenie okularów o wadze 90g.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 3

Pkt. 27 Prosimy o dopuszczenie wymiarów wieszaka mobilnego o wymiarach 1355x665x1600mm (dł. x szer. x wys.)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 4

Pkt. 28-30 Prosimy o dopuszczenie średnicy kółek max. 60mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 5

Pkt.. 30 Prosimy o dopuszczenie ochrony parawanu mobilnego o ochronności 1,0mmPb.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach

Bartosz Stemplewski

Dział Zamówień Publicznych  
mgr Sebastian Szaniawski

Dział Zamówień Publicznych  
Tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14  
e-mail: [edyta.slowinska@wszkielce.pl](mailto:edyta.slowinska@wszkielce.pl)