

Kielce, dnia 19.06.2024 r.

Znak sprawy: EZ/119/2024/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) pn. „Zakup osłon radiologicznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_2

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z warunku przedstawienia karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dla odzieży radiologicznej? Taki dokument wystawiany jest głównie dla substancji chemicznych stwarzających zagrożenie przy ich użytkowaniu. Odzież radiologiczna nie jest substancją niebezpieczną – nie stwarza zagrożenia dla użytkownika, a więc można ją bezpiecznie używać.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W karcie zawarte są informacje o materiałach, z których są wykonane, jak również zagrożenia wynikające ze stosowania osłon. Dla użytkownika istotne są informacje użytkowania w np. fartuchy wykonane z gumy ołowiowej po podgrzaniu (pozostawienie fartucha przy grzejniku) mogą się topić emitując trujące opary. Dla Szpitala ważna jest informacja o sposobie utylizacji osłon radiologicznych.

Pytanie nr 7

(poz. 1-6, 8-10, 11-13, 14-15, 16-18, 19-20)

Czy zamawiający odstąpi od wymogu przedmiotowego środka dowodowego w postaci: karty charakterystyki substancji niebezpiecznej wystawiona przez producenta dla odzieży do ochrony radiologicznej z poz. 1-6, 8-10, 11-13, 14-15, 16-18, 19-20, wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Odpowiedź: Nie, jak w SWZ.

Pytanie nr 8

(poz. 1-6, 8-10, 11-13, 14-15, 16-18, 19-20)

Czy zamawiający dopuści osłony wykonane z materiału bezołowiowego, winylowego?


Odpowiedź: Nie, jak w SWZ.

Pytanie nr 9

(poz. 1-6, 8-10, 11-13, 14-15, 16-18, 19-20)

Czy zamawiający wymaga możliwość wyboru z palety minimum 14 kolorów jednolitych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, jak w SWZ.



ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w celu wypełnienia dyspozycji art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

- termin składania ofert: **24.06.2024 r. - godz. 9:00**
- termin otwarcia ofert: **24.06.2024 r. - godz. 9:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ *Termin związania ofertą*, nadając mu nowe brzmienie: „*Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23.07.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert*”.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA