

Kielce,¹⁶07.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Znak sprawy EZ/131/2024/MW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na „*Zakup i sukcesywna dostawa leczniczych i technicznych środków koniecznych do wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych koronarografii i koronaroplastyki w Zespole Pracowni Radiologii Zabiegowej, Hemodynamiki i Elektrokardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZZ w Kielcach*”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu i przedłuża termin składania ofert.

Pytanie nr 1 do Pakietu nr 3

Czy zamawiający w pakiecie 3 wymaga koszulek zbrojnych z widocznym zbrojeniem zapobiegającym jej załamaniu na całej jej długości ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 do Umowy


Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 (Kary umowne)

- a) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową w wysokości 20,00 zł, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- b) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 20,00 zł, licząc za każde 1 dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- c) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia każdorazowo w wysokości 10,00 zł za stwierdzone uchybienie.

Pragniemy nadmienić, iż kary określone w umowie są niewspółmierne do przedmiotu zamówienia i przekraczają kilkakrotnie wartość towaru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 3 do Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie balonu nacinającego z zakresem średnic: 1,5; 2,00; 2,5; 3,0; 3,5 mm, o długościach: 6, 8, 10, 12, 15 mm, z nitinolowym nacinającym opłotem umieszczonym na balonie, bez wymagania możliwości wykonania kissing balloon?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 do Umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 2:

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej części umowy**, o którym mowa w § 6 ust. 1,
- b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową - w wysokości **50,00 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **50,00 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia każdorazowo w wysokości **50,00 zł** za stwierdzone uchybienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Z-CADYREKTORA
ds. leczenia
Krzysztof Eidas