

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, 21.08.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Znak sprawy EZ/160/2024/MW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na „*Zakup i sukcesywna dostawa leczniczych i technicznych środków koniecznych do wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych koronarografii i koronaroplastyki w Zespole Pracowni Radiologii Zabiegowej, Hemodynamiki i Elektrokardiologii Świątokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZ w Kielcach*”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu:

Pytanie nr 1 do Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie balonu nacinającego z zakresem średnic: 1,5; 2,00; 2,5; 3,0; 3,5 mm, o długościach: 6, 8, 10, 12, 15 mm, z nitinolowym nacinającym opłotem modyfikującym blaszkę miażdżycową umieszczonym na balonie, bez wymagania możliwości wykonania kissing balloon?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 2 do Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie balonu nacinającego z zakresem średnic: 1,5; 2,00; 2,5; 3,0; 3,5 mm, o długościach: 6, 8, 10, 12, 15 mm, z nitinolowym nacinającym opłotem modyfikującym blaszkę miażdżycową umieszczonym na balonie, RBP 20 atm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 3 do Pakietu nr 1


Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuści Cewnik balonowy typu „Scoring Baloon” – nacinający cewnik balonowy posiadający nitinolowe elementy nacinające, oplatające cały balon, ułożone helikalnie w celu skoncentrowania siły ogniskowej, przecięcia zwąznień i leczenia restenozy w stencie oraz skutecznej modyfikacji blaszki miażdżycowej, z RBP 16atm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 4 do Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1, pkt.6 jako układ ostrzy miał na myśli helikalnie ułożone elementy



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



nacinające, oplatające cały balon?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający miał na myśli helikalnie ułożone elementy nacinające, oplatające cały balon.

Pakiet nr 5 do Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści Cewnik balonowy typu „Scoring Baloon” – nacinający cewnik balonowy posiadający helikalnie ułożone elementy nacinające, oplatające cały balon, o RBP 16atm oraz przedziale średnic balonu 2,0; 2,5; 3,0; 3,5?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie referencji na dostawy sprzętu medycznego określonego w SWZ, w ramach jednej umowy, do sieci prywatnych placówek medycznych świadczących usługi w ramach kontraktu z NFZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIELCE
Dział Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wojcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl