

Kielce, dnia 06.09.2024 r.

Znak sprawy: EZ/158/2024/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) pn. Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 2 dopuści jednorazową kaniulę do hydrodysekcji 27G spłaszczoną w płaszczyźnie pionowej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

(pakiet 3, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści kaniulę zagiętą pod kątem 45 st, 9 mm od końca?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

(pakiet 3, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści kaniulę posiadającą kąt 8 mm od końca?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie ze wzorem umowy.



Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wartości ograniczenia opisanego w § 3 ust. 7 Projektu umowy, do 20% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w §10 ust. 1 pkt 2) lit a) Projektu umowy, do 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w §10 ust. 1 pkt 2) lit b) Projektu umowy do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w §10 ust. 1 pkt 2) lit c) Projektu umowy do 0,1% wartości brutto towaru niezgodnego z umową, licząc za każde 1 dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w §10 ust. 1 pkt 2) lit d) Projektu umowy do 0,1% wartości brutto dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych opisanych do 20% wartości umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 12

Czy zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1 dopuści Wiskoelastyczną kaniulę jednorazowego użytku, sterylnie zapakowaną, 25G, 0,5 x 22 mm, zagiętą, do utrzymania i formowania komory przedniej i tylnej?

Odpowiedź:


Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Czy zamawiający w Pakiecie 3 poz. 2 dopuści Jednorazową kaniulę do hydrodysekcji 27G, końcówka zwężona, spłaszczona w płaszczyźnie poziomej, 27G, 04 x 22 mm, sterylnie zapakowaną?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



Pytanie 14

dot. zał 2a, aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej(...):

Czy Zamawiający dopuści aparat w którego konfiguracji nie będzie 2 wielorazowych pęset, 2 wielorazowych nożyczek, 2 igieł fletowych, w związku z zaferowaniem jednorazowych narzędzi?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, w odpowiedniej ilości do paków.

Pytanie 15

dot. zał 2a, aparat do zabiegów witrektomii tylnej i przedniej(...):

Czy Zamawiający dopuści aparatu z zakresem prędkości noża 100-20 000 cięć/min bowiem w pakiecie 5 poz. 3 wymaga dostarczenia zestawów z nożem o prędkości cięć 20 000?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

do Pakietu 5 poz. 1 oraz poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez sączków oraz w którym zamiast strzykawki 2 ml będzie strzykawka 3 ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

do Pakietu 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez sączków oraz w którym zamiast strzykawki 2ml i sondy do lasera 25G będą strzykawka 3ml i sonda do lasera 23G ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

do Pakietu 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez kaniuli 25G, sączka, fartucha L z ręcznikiem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19


do Pakietu 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

1x cystotom 27G, 1x fartuch L, 1x fartuch S, 5x gaziki 8x8 cm, 1x kaniula 25G, 1x kaniula 27G, 1x kaniula do hydrodysekcji 27G, 1x kasetka wraz z systemem drenów, 1x kubek plastikowy 60 ml, 1x nóż do paracentezy 1,2 mm, 1x nóż Slit 2,2 mm, 1x obłożenie na stolik 140x140 cm, 1x obłożenie pacjenta 100x120 cm z workiem odpływowym, 1x opatrunek na oko, 1x osłonka na tip 0,9 mm, 1x plastikowa osłonka na oko, 2x podłokietniki 61x72 cm, 2x ręcznik papierowy, 1x sączek, 1x strzykawka 10 ml luer lock, 2x strzykawka 3 ml luer lock, 1x tip do fakoemulsyfikacji zagięty 30st

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 20

dot. zapisów 3 ust. 2 umowy w zakresie pakietu nr 5 poz. 1-4 (zestawy operacyjne)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności w zakresie asortymentu zawartego w pakiecie nr 5 poz. 1-4 (zestawy operacyjne) z 12 miesięcy do $\frac{3}{4}$ ich nominalnego terminu ważności ze względu na proces sterylizacji w/w wyrobów medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §3 ust. 7 umowy poprzez przyjęcie, że minimalny poziom zamówień wynosi 80% wartości umowy?

Uzasadnienie:

Zasadnym jest przyjęcie, że Zamawiający zamówi towary o wartości minimum 80% wartości umowy – wielkość ta umożliwi oszacowanie opłacalności przedsięwzięcia i prawidłowe skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody na zmianę.

Pytanie 22

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §7 umowy poprzez przyjęcie, że kwota waloryzacji nie będzie pomniejszana o wzrost wynagrodzenia dokonany w trybie §13 ust. 3?

Uzasadnienie:

Klauzula waloryzacyjna powinna przewidywać możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy niezależnie pod postanowień dotyczących zmiany wynagrodzenia z powodu innych okoliczności.

Odpowiedź:

Klauzula waloryzacyjna zaprojektowana przez Zamawiającego została wypracowana w oparciu o współpracę kilku merytorycznych komórek, pozostając nadto w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a w tym stanowiskami Urzędu Zamówień Publicznych. Z tych przyczyn, Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 23

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §9 ust. 2 umowy tak, aby termin usunięcia wad był liczony od dnia doręczenia reklamowanego towaru do Wykonawcy?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do wad jakościowych lub niezgodności towaru z umową, jeśli naocznie go nie zbada. Zasadnym jest, aby termin na usunięcie takich wad lub niezgodności biegł od momentu dostarczenia reklamowanych wyrobów do Wykonawcy. Dostarczenie reklamowanych towarów powinno być obowiązkiem Zamawiającego.

Odpowiedź:


Zamawiający odmawia wyrażenia zgody na zmianę.

Pytanie 24

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 9 ust. 3 umowy w następującym brzmieniu: „Jeżeli Wykonawca nie usunie uznanych przez siebie wad, braków albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2, reklamację poczytuje się za uznaną a Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Wykonawca zwróci Zamawiającemu różnicę w cenie towarów. Zapis §10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”?

Uzasadnienie:

- Reklamacja powinna być uznana tylko w sytuacji, gdy okaże się zasadna, nie można bowiem wykluczyć sytuacji, że reklamacja okaże się nieuzasadniona;



- Wykonanie zastępcze powinno być dopuszczalne, jeśli Wykonawca uzna reklamację, a mimo to nie dostarczy wyrobów wolnych od wad lub zgodnych z umową. Co więcej, w przypadku wykonania zastępczego Wykonawca powinien być zobowiązany wyłącznie do zwrotu różnicy w cenie towarów. Nie wie on, jakie inne koszty może ponieść Zamawiający, czy będą one potrzebne, zasadne i racjonalne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 25

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §10 umowy poprzez:

- 1) Przyjęcie, że kary umowne za odstąpienie od umowy będą naliczane od wartości jeszcze niezrealizowanej części umowy;
- 2) Obniżenie kar umownych wskazanych w §10 ust. 2 pkt 2) ppkt b)-d) o połowę;
- 3) Wykreślenie kary umownej wskazanej w §10 ust. 1 pkt 2) ppkt e,
- 4) Obniżenie górnego limitu naliczania kar umownych do 20% wartości umowy;
- 5) Ustanowienie limitu naliczania kar umownych dla danej zwłoki w wysokości 2.000 zł dla danej zwłoki?

Uzasadnienie:

- Kara umowna za odstąpienie powinna być naliczana od wartości jeszcze niezrealizowanej części umowy. W przeciwnym wypadku kara będzie taka sama, niezależnie od tego, czy Wykonawca zrealizuje ją w 1% czy 99%, a więc byłoby to dla niego krzywdzące;

- Nakładanie kar umownych w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest zbyt daleko idącą ingerencją Zamawiającego w relacje Wykonawcy z podwykonawcą;

- Górny limit naliczania kar umownych oraz same kary umowne powinny zostać obniżone do wartości bardziej odpowiadającej ewentualnej szkodzie, jakiej można doznać Zamawiający

- Konieczne jest ustanowienie osobnego limitu naliczania kar umownych dla danej zwłoki, tak aby suma kar nie przekroczyła wartości umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 26

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w § 4 ust. 2 projektu umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „Z momentem protokolarnego przekazania Przedmiotu użyczenia, na Biorącego w użyczenie przechodzi ryzyko jego utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.”?

Uzasadnienie:

Zasadnym jest wyraźne sprecyzowanie momentu, w którym na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu będącego przedmiotem użyczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie ze wzorem umowy (§ 2 ust. 1 ppkt d) wzoru umowy użyczenia dla Pakietu nr 5 przedmiot użyczenia „posiada ubezpieczenie”).

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

