

EZ/164/2024/RŁ

Kielce dn. 13.09.2024 r

Do wszystkich zainteresowanych

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320) Przedmiotem zamówienia jest „**Wyposażenie meblowe i inne dodatkowe wyposażenie, akcesoria medyczne i niemedyyczne przeznaczone do wszystkich pomieszczeń dla inwestycji pn. „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem”**”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udostępnia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 - komputer stacjonarny z zainstalowaną kartą WIFI 802.1ac?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada umywalki i zlewozmywaki przeznaczone do zabudów wymienionych w zestawieniu asortymentowo- cenowym ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, posiada umywalki oraz zlewozmywaki.

1. Zlewozmywak jednokomorowy ORION Symbol SKO 011T KUCHINOX,

2. Umywalkę ceramiczną wpuszczaną w blat Geberit VariForm, owalna z półką z otworem na baterię, nr art 500.712.01.02

Pytanie nr 3

Pom. 0.15 pozycja DK1 – Zamawiający wymaga długości 1,8 metra blatu typu Trespa? Wg naszej wiedzy i doświadczenia w tego rodzaju pomieszczeniach nie ma potrzeby montażu tak wysokiej jakości blatów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie blatu Postforming (plyta wiórowa laminowana), zmywalnego, odpornego na środki do dezynfekcji, o grubości min. 32 mm, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie nr 4

Pom. 1.03 Sala porodowa – w pozycji CK1 Zamawiający wymaga : Szafka stojąca umywalkowa wymiary minimum szer.800 mm x gł. 600mm x wys.950mm z szufladami 3 szuflady, z uchwytyami metalowymi, na nóżkach metalowych



Szafka stojąca wymiary minimum szer.800 mm x gł. 600mm x wys.950mm, zamykana z uchwytnymi metalowymi, na nóżkach metalowych – 2 kpl czyli długość blatu powinna być 3,2 metra bieżącego. W pozycji natomiast DK1 – Zamawiający wymaga 1,6 m blatu. Proszę o zweryfikowania albo ilości szafek albo długości blatu.

Pom. 1.03 Sala porodowa – w pozycji Cw1 – szafek wiszących jest 2 kpl po 800 mm – proszę też o weryfikację ilości szafek w zależności od odpowiedzi na pytanie powyżej .

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie zał. nr 2 formularz asortymentowo-cenowy .W załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo - cenowy .

Pytanie nr 5

Pom. 1.03 Sala porodowa – prosimy o wskazanie jak czytać zapis – Błat typu trespa dł min. 1600 mm i oferent ma policzyć 1,6 kpl takiego blatu?

Dk1	Błat wykonany na wymiar, dostosowany do zabudowy meblowej stojącej– blat typu trespa, dł. min 1600mm gł 600mm, kolor do wyboru z Zamawiającym	1,6	kpl.
-----	---	-----	------

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie zał. nr 2 formularz asortymentowo-cenowy .W załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo - cenowy .

Pytanie nr 6

W których pomieszczeniach Zamawiający wymaga zabudów meblowych według technologii medycznej wskazanej w załączniku 2.12?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zabudowa meblowa według technologii medycznej wskazanej w załączniku 2.12 wykonać w pomieszczeniach: 1.33 Śluza Pacjenta, 1.32 Przygotowanie lekarzy, 1.27 śluza materiałowa, 1.35 Sala cięć cesarskich.

Pytanie nr 7

Pom. 1.06 – Zabudowa ladą proszę o wskazanie – czy Zamawiający wymaga napisu – naklejki umieszczonej na zabudowie frontowej lady i podświetlenia LED w ladzie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza naklejki umieszczonej na zabudowie frontowej lady i podświetlenia LED w ladzie.

Pytanie nr 8


Prosimy o potwierdzenie ilości blatu 4 metry bieżące? Ilość szafek wskazuje 3 metry – 4x600+ np. 1 x 800 mm zlewozmywakowa. Prosimy o potwierdzenie ilości blatu 4 kpl = 4 metry bieżące.

1.06a		DYŻURKA POŁOŻNYCH	
Ck1s, DK1	Szafka stojąca 60x60x85 zamykana na klucz	3	kpl.
Szafka stojąca z 3 szufladami 60x60x85		1	kpl.
Z3s	Szafka stojąca zlewozmywakowa	1	kpl.
Dk1s	Błat kuchenny wykonana na wymiar	4	kpl.
Cw1s	Szafka wisząca 60x60x35, zamykana na klucz	5	kpl



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie zał. nr 2 formularz asortymentowo-cenowy .W załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo - cenowy .

Pytanie nr 9

Dotyczy pomieszczenia 1.10 sala porodowa Zamawiający w wierszu 111 i 112 opisuje szafki stojące i wiszące jako 1 kpl a następnie w pozycjach kolejnych opisuje szafki wiszące – czy jest to celowe i zabudowa wisząca będzie dłuższa od stojącej?

Szafka stojąca wymiary minimum szer.500 mm x gł. 600mm x wys.950mm, zamykana z uchwytnymi metalowymi, na nóżkach metalowych oraz Szafka wisząca zamykana na klucz, wymiary minimum szer. 500mm x gł.350mm x wys.600mm z uchwytnymi metalowymi	1	kpl.
Szafka stojąca z 3 szufladami wymiary minimum szer.600 mm x gł. 600mm x wys.950mm, zamykana z uchwytnymi metalowymi, na nóżkach metalowych oraz Szafka wisząca zamykana na klucz, wymiary minimum szer. 600mm x gł.350mm x wys.600mm z uchwytnymi metalowymi	1	kpl.
Szafka wisząca zamykana na klucz wymiary minimum szer. 500mm x gł.350mm x wys.600mm z uchwytnymi metalowymi	1	kpl.
Szafka wisząca zamykana na klucz wymiary minimum szer. 600mm x gł.350mm x wys.600mm z uchwytnymi metalowymi	1	kpl.
Blat wykonany na wymiar, dostosowany do zabudowy meblowej stojącej– blat typu trepsa, dł. min 800mm gł 600mm, kolor do wyboru z Zamawiającym	1,1	kpl.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie zał. nr 2 formularz asortymentowo-cenowy .W załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo - cenowy .

Pytanie nr 10

Dotyczy pomieszczenia 1.11 sala porodowa – Zamawiający wskazuje zabudowę po zliczeniu szafek stojących o długości 2200 mm a blat skazuje 1,7 kpl – w opisie opisując go 1700 mm. Proszę o wskazanie jasne ilości blatu lub weryfikację ilości szafek.

Ck1	Szafka stojąca zamykana na kluczyk wymiary minimum szer.500 mm x gł. 600mm x wys.950mm, zamykana z uchwytnymi metalowymi, na nóżkach metalowych oraz Szafka wisząca zamykana wymiary minimum szer. 500mm x gł.350mm x wys.600mm z uchwytnymi metalowymi	2	kpl.
	Szafka stojąca 3 szufladowa wymiary minimum szer.600 mm x gł. 600mm x wys.950mm, zamykana z uchwytnymi metalowymi, na nóżkach metalowych oraz Szafka wisząca zamykana na kluczyk wymiary minimum szer. 600mm x gł.350mm x wys.600mm z uchwytnymi metalowymi	1	kpl
	Szafka stojąca umywalkowa, wymiary minimum szer.600 mm x gł. 600mm x wys.950mm, zamykana z uchwytnymi metalowymi, na nóżkach metalowych oraz Szafka wisząca zamykana wymiary minimum szer. 600mm x gł.350mm x wys.600mm z uchwytnymi metalowymi	1	kpl
Dk1	Blat wykonany na wymiar, dostosowany do zabudowy meblowej stojącej– blat typu trepsa, dł. min 1700mm gł 600mm, kolor do wyboru z	1,7	kpl.

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Zamawiającym		
--------------	--	--

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie zał. nr 2 formularz asortymentowo-cenowy .W załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo - cenowy .

Pytanie nr 11

Dotyczy pomieszczenia 1.15 sala porodowa – proszę o wskazanie długości blatu lub zweryfikowanie ilości szafek – 4 x 800 mm = 3200 mm długość blatów. Dwie pozycje dotyczące szafek 800 mm 3 szuflady mają taki sam opis – może szafki w ilości 2sztuk miały być 600 mm i wtedy blat 2,8 mb.

Ck1	Szafka stojąca umywalkowa wymiary minimum szer.800 mm x gł. 600mm x wys.950mm, zamykana z uchwytemi metalowymi, na nóżkach metalowych	1	szt.
	Szafka wisząca zamykana wymiary minimum szer. 600mm x gł.350mm x wys.600mm z uchwytemi metalowymi	2	szt.
Ck2	Szafka wisząca zamykana wymiary minimum szer. 800mm x gł.350mm x wys.600mm z uchwytemi metalowymi	2	szt.
Ck1	Szafka stojąca wymiary minimum szer.800 mm x gł. 600mm x wys.950mm, zamykana z uchwytemi metalowymi, na nóżkach metalowych z szufladami	1	szt.
	Szafka stojąca z 3 szufladami wymiary minimum szer.800 mm x gł. 600mm x wys.950mm, zamykana z uchwytemi metalowymi, na nóżkach metalowych z szufladami	2	szt.

Dk1	Blat wykonany na wymiar, dostosowany do zabudowy meblowej stojącej– blat typu Trepsa, dł. min 2800mm gł. 600mm, kolor do wyboru z Zamawiającym	2,8	mb
-----	--	-----	----

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie zał. nr 2 formularz asortymentowo-cenowy .W załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo - cenowy .

Pytanie nr 12

Pom 1.19 Pokój lekarzy – DK1s – blat HPL – ma być tak jak wskazana technologia w zał 2.13 blatem typu Trepsa? Wg naszej wiedzy i doświadczenia nie ma potrzeby stosowania tak wysokiej jakości blatów do tego rodzaju pomieszczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie blatu Postforming (plyta wiórowa laminowana), zmywalnego, odpornego na środki do dezynfekcji, o grubości min. 32mm, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie nr 13

Pom. 1.24 Pomieszczenie socjalne Blat DK1s – blat HPL ma być tak jak wskazana technologia w zał. 2.13 blatem typu Trepsa? Wg naszej wiedzy i doświadczenia nie ma potrzeby stosowania tak wysokiej jakości blatów do tego rodzaju pomieszczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie blatu Postforming (plyta wiórowa laminowana), zmywalnego, odpornego na środki do dezynfekcji, o grubości min. 32mm, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.


Dział Zamówień Publicznych

tel: 41/36-71-269

renata.lastowska@wszkielce.pl

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl

**Pytanie nr 14**

Pom. 1.33 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie ze szafa ma być wykonana w technologii opisanej w zał. 2.12

SO4	Szafa dwudrzwiowa przeszklona nierdzewna z 5 półkami na narzędzia 1200x400x1800	1	kpl.	zał. 2.12
-----	---	---	------	--------------

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, szafa ma być wykonana w technologii medycznej opisanej w zał. 2.12

Pytanie nr 15

Pom. 1.36 KIEROWNIK – czy Zamawiający może potwierdzić iż szafa w tym pomieszczeniu ma być wykonana w technologii 2.12? Czy szafa ma być w całości wykonana z stali kwasoodpornej?

Ce7	Szafa metalowa kwasoodporna szer.800mmxgł.450mmxwys.1800mm - 2 stronnie otwierana, zamykana, na leki, nie przeszklona	1	szt.	zał. 2.12
-----	---	---	------	--------------

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szafa ma być wykonana w technologii medycznej opisanej w zał. 2.12.

Pytanie nr 16

Pom. 1.36 KIEROWNIK- czy Zamawiający dopuści szafę z sejfem o poniższych parametrach:

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych
1	Szafa składająca się z trzech modułów : górny przeszklony, środkowy szuflady plus sejf, dolny zamykany na drzwi
2	Szafa metalowa wyposażona w otwory na tylnej i bocznej ścianie, które umożliwiają przymocowanie jej do ściany
3	Szafa wyposażona w oddzielne zamki do poszczególnych modułów (przeszklonej gabloty, szuflad i modułu dolnego)
4	Sejf posiadający podwójne zabezpieczenie wyposażony w zamek na szyfr
5	Szafa wykonana ze stali o grubości min. 0,6 mm malowana proszkowo
6	Wymiary szafy:900x400x1800
7	Wymiary szuflad:390x300x80
8	Wymiary sejfu:350x300x330

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafę z sejfem o poniższych parametrach:

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych
1.	Szafa składająca się z trzech modułów : górne drzwi pełne zamykane na klucz, środkowy szuflady plus sejf, dolny zamykany na klucz, drzwi pełne,
2.	Szafa metalowa wyposażona w otwory na tylnej i bocznej ścianie, które umożliwiają przymocowanie jej do ściany
3.	Szafa wyposażona w oddzielne zamki do poszczególnych modułów (modułu górnego, szuflad i modułu dolnego)



4.	Sejf posiadający podwójne zabezpieczenie wyposażony w zamek na szyfr
5.	Szafa wykonana ze stali o grubości min. 0,6 mm malowana proszkowo
6.	Wymiary szafy:900x400x1800
7.	Wymiary szuflad:390x300x80
8.	Wymiary sejfu:350x300x330

Pytanie nr 17

Dotyczy Pakietu nr 1 mebli medycznych wraz z montażem oraz drobnego wyposażenia medycznego

Pytania do zał. 2.2 Materac przy drabinkach

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści materac producenta nie posiadającego Certyfikatu producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 ?

Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.

Pytanie nr 18

Dotyczy Pakietu nr 1 mebli medycznych wraz z montażem oraz drobnego wyposażenia medycznego

Pytania do zał. 2.2 Materac przy drabinkach

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści materac producenta nie posiadającego Certyfikatu producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 ?

Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.

Pytanie nr 19

Dotyczy zał. 2.3 : Zestaw łazienkowy (kpl.): dozownik mydła + dozownik na płyn do dezynfekcji +podajnik ręczników papierowych + szczotka do wc +wieszak na papier toaletowy+ pojemnik na odpadki (wszystkie elementy zestawu winne pochodzić od jednego producenta).

Prosimy o doprecyzowanie Czy Zamawiający oczekuje pojemników na mydło w płynie oraz płynów dezynfekcyjnych uzupełnianych z kanistra czy jednorazowymi wkładami?



Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pojemników na mydło w płynie oraz płynów dezynfekcyjnych uzupełnianych jednorazowymi wkładami.

Pytanie nr 20

Dotyczy zał. 2.5 Fotel dwuosobowy rozkładany.

Czy Zamawiający dopuści fotel producenta nie posiadającego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485? Nadmieniamy, że fotel nie jest wyrobem medycznym, produkowanym przez firmy specjalizujące się w produkcji mebli tapicerowanych.

Odpowiedź: Zamawiający, dopuszcza fotel producenta nie posiadającego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485. Zamawiający wymaga zastosowania materiału zmywalnego, odpornego na środki do dezynfekcji.



Pytanie nr 21

Dotyczy zał. 2.5 Fotel dwuosobowy rozkładany.

Czy Zamawiający dopuści mobilny fotel jednoosobowy z funkcją spania, pojemnikiem na pościel, tapicerowany materiałem łatwozmywalnym o wymiarach całkowitych 1050x780x1030 cm oraz wymiarach powierzchni spania 580x1940mm?

Odpowiedź: Zamawiający, dopuszcza mobilny fotel jednoosobowy z funkcją spania, pojemnikiem na pościel, tapicerowany materiałem łatwozmywalnym o wymiarach całkowitych 1050x780x1030 cm oraz wymiarach powierzchni spania 580x1940mm

Pytanie nr 22

Dotyczy zał. 2.6 Sofa wypoczynkowa.

Czy Zamawiający dopuści sofę wypoczynkową z tolerancją wymiarów +/-100mm?

Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza sofy wypoczynkowej z tolerancją wymiarów +/-100mm

Pytanie nr 23

Dotyczy zał. 2.6 Sofa wypoczynkowa.

Czy Zamawiający dopuści kanapę rozkładaną o głębokości w pozycji złożonej ok.900mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kanapę rozkładaną o głębokości w pozycji złożonej ok.900mm.

Pytanie nr 24

Dotyczy zał. 2.8 Fotel do biurka

Czy Zamawiający dopuści fotel producenta nie posiadającego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485? Nadmieniamy, że fotel do biurka nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fotel producenta nie posiadającego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485. Zamawiający wymaga zastosowania materiału zmywalnego, odpornego na środki do dezynfekcji.

Pytanie nr 25

Dotyczy zał. 2.8 Fotel do biurka

Czy Zamawiający dopuści fotel producenta nie posiadającego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fotel producenta nie posiadającego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001

Pytanie nr 26


Dotyczy zał. 2.8 Fotel do biurka

Czy Zamawiający dopuści fotel o poniższych parametrach? Nadmieniamy, że jest to rozwiązanie nie gorsze od wymaganego.

Krzeseł na pięcioramiennej podstawie z kółkami nie brudzącymi podłogi o Ø 50 mm. Podstawa poliamidowa w kolorze czarnym.

Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem wodoodpornym, łatwo zmywalnym.

Krzeseł o czarnej podstawie, z czarnymi podłokietnikami.



Krzesło z mechanizmem CPT. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Możliwość regulacji głębokości siedziska oraz wysokości oparcia (mechanizm śrubowy)

Wysokość siedziska regulowana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 400-520 mm.

Podstawa o \varnothing : 645 mm

Wysokość podłokietników: 210mm

Regulacja wysokości: 970-1155mm

Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza. Zamawiającemu zależy na podstawie metalowej/chromowej.

Pytanie nr 27

Dotyczy zał. 2.9 Pojemnik na odpadki wykonany ze stali nierdzewnej

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpadki producenta nie posiadającego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485?

Odpowiedź: Zamawiający, dopuszcza pojemnik na odpadki producenta nie posiadającego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485

Pytanie nr 28

Dotyczy zał. 2.9 Pojemnik na odpadki wykonany ze stali nierdzewnej

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpadki producenta nie posiadającego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001?

Odpowiedź: Zamawiający, dopuszcza pojemnik na odpadki producenta nie posiadającego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001

Pytanie nr 29

Dotyczy zał. 2.9 Pojemnik na odpadki wykonany ze stali nierdzewnej

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpadki/ kosz po poniższych parametrach:?

Kosz ze stali nierdzewnej 430 szrotkowanej z wykończeniem matowym, pojemność 30 l, wewnątrz pojemnik z plastiku z uchwytem do przenoszenia, otwierany pedałow. Mechanizm otwierający wykonany stalowy z elementem z tworzywa. Wymiary: wysokość 590mm; średnica 275 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Dotyczy zał. 2.10 Krzeselko



Czy Zamawiający dopuści krzeselko producenta nie posiadającego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485? Nadmieniamy, że fotel do biurka nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, krzeselko producenta nie posiadającego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485. Zamawiający wymaga zastosowania materiału zmywalnego, odpornego na środki do dezynfekcji.

Pytanie nr 31

Dotyczy zał. 2.10 Krzeselko

Czy Zamawiający dopuści krzeselko producenta nie posiadającego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, krzeselko producenta nie posiadającego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001. Zamawiający wymaga zastosowania materiału zmywalnego, odpornego na środki do dezynfekcji.

Pytanie nr 32

Dotyczy zał. 2.10 Krzeselko

Czy Zamawiający dopuści krzesło na płozie o poniższych parametrach? Nadmieniamy że jest to rozwiązanie minimalnie różniące się od wymaganego:

Płozą chromowana ze zintegrowanymi podłokietnikami

Tapicerowane nakładki podłokietników

Kubetek tapicerowany w całości materiałem łatwo zmywalnym

Stopki do powierzchni miękkich lub twardych

Wymiary : 854x545x540 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

Dotyczy zał. 2.12 Meble medyczne

Czy Zamawiający dopuści meble z frontami wykonanymi ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo farbami o właściwościach antybakteryjnych? Nadmieniamy, że jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, meble z frontami wykonanymi ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo farbami o właściwościach antybakteryjnych.

Pytanie nr 34

Dotyczy zał. 2.12 Meble medyczne

Prosimy o doprecyzowanie, czy z uwagi na aspekt higieniczny Zamawiający oczekuje frontów o konstrukcji dwupanelowej gr. min. 22mm (panel zewnętrzny + wewnętrzny) z jednoczęściową silikonową uszczelką? Panel z wypełnieniem usztywniająco -wygłuszającym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fronty o konstrukcji dwupanelowej gr. min. 22mm (panel zewnętrzny + wewnętrzny) z jednoczęściową silikonową uszczelką.

Pytanie nr 35

Dotyczy zał. 2.12 Meble medyczne



Czy Zamawiający dopuści meble wyposażone w specjalne metalowe rastry (listwy) do których mocuje się wsporniki w kształcie litery L, z możliwością regulacji wysokości półki co 25 mm, wsporniki wyposażone w nakładki zabezpieczające przed wypadnięciem półki? Nadmieniamy, że jest to parametr zdecydowanie lepszy od wymaganego. Opisane rozwiązanie wymaga nawierceń, które niekorzystnie wpływa na aspekt higieniczny oraz trwałość bryły.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza meble wyposażone w specjalne metalowe rastry (listwy) do których mocuje się wsporniki w kształcie litery L, z możliwością regulacji wysokości półki co 25 mm, wsporniki wyposażone w nakładki zabezpieczające przed wypadnięciem półki.

Pytanie nr 36

Dotyczy zał. 2.12 Meble medyczne

Czy Zamawiający dopuści meble posadowione na czterostronnym, stalowym cokole nośnym o wys. 100 mm, cokole ocynkowanym lakierowanym farbami antybakteryjnymi? Nadmieniamy, że jest to



rozwiązanie lepsze od wymaganego. Nóżki nie dają możliwości umycia strefy pod szafkami jak również pomiędzy nóżkami zestawionych brył. Należy pamiętać że dostęp do tylnych nóżek (od ściany) jest bardzo trudny, właściwie strefa ta nigdy nie jest właściwie umyta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza meble posadowione na czterostronnym, stalowym cokole nośnym o wys. 100 mm, cokole ocynkowanym lakierowanym farbami antybakteryjnymi.

Pytanie nr 37

Dotyczy zał. 2.12 Meble medyczne

Czy z uwagi na przeznaczenie mebli co za tym idzie aspekt higieniczny mebli, Zamawiający oczekuje żeby szafy i szafki wiszące posiadały stalowy, ocynkowany lakierowany proszkowo górny cokół wykończeniowy o gr. 28 mm, wysunięty w stosunku do korpusu tak ażeby licował się z frontami mebli? Nadmieniamy, że jest to rozwiązanie zdecydowanie podnoszące aspekt higieniczny mebla.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Dotyczy zał. 2.12 Meble medyczne

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu atestów z punktów 16, 17 oraz 18 składając certyfikaty certyfikatu ISO 13485:2016 oraz ISO 9001? Nadmieniamy, że uzyskanie certyfikatu ISO 13485:2016 jest wysoce restrykcyjne i żeby go uzyskać dla mebli medycznych należy przedłożyć wszystkie możliwe atesty na elementy składowe, meble przed uzyskaniem ISO 13485:2016 są weryfikowane pod względem ergonomii, funkcjonalności, wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

Dotyczy zał. 2.12 Meble medyczne

Czy Zamawiający dopuści szafy o wysokości 2100 mm oraz szafki wiszące o wysokości / głębokości wynoszącej: 720x300mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

Dotyczy zał. 2.13 Meble płycinowe

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu atestów z punktów 20, 21 oraz 22 składając certyfikaty certyfikatu ISO 13485:2016 oraz ISO 9001 wymagane w pkt. 23 oraz 24 tabeli wymogów technicznych? Nadmieniamy, że uzyskanie certyfikatu ISO 13485:2016 jest wysoce restrykcyjne i żeby go uzyskać dla mebli medycznych należy przedłożyć wszystkie możliwe atesty na elementy składowe, meble przed uzyskaniem ISO 13485:2016 są weryfikowane pod względem ergonomii, funkcjonalności, wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Dotyczy zał. 2.13 Meble płycinowe

Czy Zamawiający dopuści meble na stalowych nóżkach 120mm (+/-20mm) z cokołem wykończeniowym?

Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.



Pytanie nr 42

Dotyczy zał. 2.13 Meble pływające

Czy Zamawiający dopuści szafy o wysokości 2100 mm oraz szafki wiszące o wysokości / głębokości wynoszącej: 720x300mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Dotyczy zał. 2.14 Regał magazynowy

Czy Zamawiający dopuści regał ze stali nierdzewnej z półkami pełnymi wykonanymi z blachy min. 1 mm, półki z wzmocnieniem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

Dotyczy zał. 2.14 Regał magazynowy

Czy Zamawiający dopuści regał producenta który posiada ISO 9001, ale nie posiada I PN-EN ISO 13485? Nadmieniamy, że regały magazynowe nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45

Dotyczy zał. 2.17 Zamrażarka skrzyniowa

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną z lampką sygnalizującą wzrost temperatury bez dodatkowej sygnalizacji dźwiękowej? Nadmieniamy, że opisany przez Zamawiającego produkt, zgodnie z informacją producenta nie posiada sygnalizacji dźwiękowej sygnalizującej wzrost temperatury.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46

Dotyczy zał. 2.17 Zamrażarka skrzyniowa

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną bez dodatkowej sygnalizacji dźwiękowej otwartych drzwi? Nadmieniamy, że opisany przez Zamawiającego produkt, zgodnie z informacją producenta nie posiada sygnalizacji dźwiękowej otwartych drzwi.



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47

Dotyczy zał. 2.19 Stolik zabiegowy

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści do zaoferowania zamiennie stolik zabiegowy o poniższych parametrach?

Stolik oddziałowy: 1xblat z szufladą (blat:705x415x20mm szuflada:655x385x155mm), 1xpółka 655x415x20mm WYPOSAŻENIE: 1x stelaż do worka na odpady z pokrywą uchyloną WYKONANIE: - stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, z uchwytem do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm stanowiącymi zintegrowany element konstrukcji- blat, półka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem-szuflada stalowa



lakierowana proszkowo na biało- stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym. Wymiary całkowite: 950x480x880 mm Wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm Wymiary półki: 655x415x20 mm Wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm Wymiary szuflady: 655x385x155 mm Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokość x głębokość x wysokość]


Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.

Pytanie nr 48

Dotyczy zał. 2.20 Wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej


Czy Zamawiający przychylił się do prośby i dopuścił do zaoferowania zamiennie wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej o poniższych parametrach?

Wózek regulowany na dwóch kolumnach hydraulicznych z osłoną aluminiową
Konstrukcja leża wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
Szerokość całkowita: 840mm
Długość całkowita: 2220 mm
Zdejmowany materac z poliuretanowej pianki w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, łatwy do mycia i dezynfekcji.
Leże wózka o wymiarach: 655x1950 mm
Materac o grubości 100mm
Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 600-860mm, regulacja odbywa się za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach, wzdłuż leża wózka.
Pozycja Trendelenburga / anty-Trendelenburga regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 120 regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych po obu stronach, wzdłuż leża wózka
Bezpieczne obciążenie robocze wózka 320kg
Leże czterosekcyjne przeziernie dla promieni RTG
Barierki boczne o długości $\frac{3}{4}$ leża, składane wzdłuż do poziomu ramy leża z mechanizmem zapobiegającym przytrzaśnięciu.
Każda z barierki z mocowaniem od spodniej strony ramy leża, w 6 punktach
Barierki boczne składane w kierunku wezglowia.
Barierki boczne składające się z 6 pionowych poprzeczek o średnicy 22mm oraz poziomej poprzeczki łączącej o średnicy 40mm odstęp między poprzeczkami 230mm
Uchwyty ze stali nierdzewnej do przetaczania wózka, składane w postaci rączek umieszczonych w parach na po obu stronach szczytów wózka
Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą dwóch sprężyn gazowych z blokadą w zakresie: 0-83° - regulacja płynna
Ruchomy segment nóg regulowany za pomocą rastomatu z blokadą w zakresie: 0-40° - regulacja



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



płynna
Cztery koła obrotowe o śr. 200 mm, dwa z nich z blokadą jazdy i obrotu
W celu zapewnienia płynnej jazdy wózek wyposażony w piąte koło o śr. 150 mm
Wózek wyposażony w 4 tworzywowe krążki odbojowe
Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa, łatwą do mycia i dezynfekcji.
Rozstaw pomiędzy kolumnami 1285 mm
Specjalnie wyprofilowana przestrzeń w obudowie podstawy wózka na butlę tlenową ze zintegrowanym z pasem zabezpieczającym
Wózek wyposażony w gniazda na statyw do kroplówek, w rogu, po obu stronach ramy leża
Wyposażenie wózka: Wieszak kroplówki z regulacją wysokości Pasy zabezpieczające pacjenta 4 szt.
Produkt jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, posiadający deklarację zgodności producenta i opatrzony znakiem CE

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49

Dotyczy zał. 2.24 Wózek siedzący do transportu pacjentki


Czy Zamawiający przychylił się do prośby i dopuścił do zaoferowania zamiennie wózek do transportu pacjenta w pozycji siedzącej o poniższych parametrach?

Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów o wadze 200 kg
Wózek umożliwiający transport pacjenta wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.
Konstrukcja fotela wykonana z zamkniętych okrągłych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo w kolorze białym.
Siedzisko i oparcie fotela tapicerowane wysokiej jakości tkanina łatwowymywalną, wodoodporną. Materiał łatwy do mycia i dezynfekcji, dostępny w 15 kolorach
Odpowiednio wyprofilowana rama wózka umożliwiająca najazd stelaża w stelaż kilku wózków w celu minimalizacji miejsca parkowania.
Wózek wyposażony w łatwo składane podłokietniki oraz podnózek.
Podłokietniki składane ruchem odwodzonym do góry, rozwiązanie umożliwiające pacjentowi łatwe zajęcie miejsca jak również lepszy dostęp do pacjenta.
Uchwyt do prowadzenia odpowiednio wyprofilowany, stanowiący jeden element z rama wózka, odwiedziony w kierunku osoby prowadzącej.
System łączenia/ parkowania wózków w centralnej części uchwyty do prowadzenia. System zmniejszający ryzyko kradzieży.

Dział Zamówień Publicznych

tel: 41/36-71-269

renata.lastowska@wszkielce.pl



<p>Wózek wyposażony w automatyczny system hamulcowy, realizowany przy użyciu rąk, za pomocą dźwigni blokady umieszczonej na wysokości uchwytu do prowadzenia wózka. Odpowiednio wyprofilowana dźwignia blokady kół, w kształcie litery M umożliwiającą blokadę przy użyciu jednej ręki, oznaczona kolorem zielonym.</p>
<p>Wózek wyposażony w pełne, zwrotne, ogumowane koła tylne o średnicy co najmniej 200mm oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 125 mm</p>
<p>Podnózek jednoczęściowy, umożliwiający wygodne podparcie nóg pacjenta, składany.</p>
<p>Dopuszczalne obciążenie 200 kg</p>
<p>Wymiary całkowite fotela (dł.szer.gł.): 810x690x1010mm</p>
<p>Wysokość siedziska: 500 mm</p>
<p>Uchwyt na dokumentację pacjenta zamontowany za oparciem fotela. Konstrukcja ułatwiająca czyszczenie uchwytu.</p>
<p>Lakierowany proszkowo kosz siatkowy dedykowany na podręczne rzeczy pacjenta, zamontowany pod siedziskiem. Kosz w kolorze ramy wózka.</p>
<p>Listwa z min. 3 haczykami do mocowania np. worków na mocz montowane pod siedziskiem</p>
<p>Wyposażenie dodatkowe: Chromowany, pionowy stojak na kroplówki z 4 haczykami o regulowanej wysokości. Możliwość zamocowania statywu z dwóch stron wózka. Min. 1 pas do mocowania pacjenta</p>

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50

Dotyczy zał. 2.28 Wieszak ścienny

Czy Zamawiający dopuści wieszak ścienny 4 haczykowy, ze stali nierdzewnej o wymiarach 270 mm x 30 mm x 40 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 51

Dotyczy zał. 2.31 Leżanka

Czy Zamawiający dopuści leżankę o poniższych parametrach? Nadmieniamy, że jest to rozwiązanie bardziej funkcjonalne od wymaganego .

Leżanka na podstawie czteronożnej, stabilnej, przylegającej do podłoża, podstawa wyposażona w nóżkę do wypoziomowania leża, Leże dwusegmentowe, tapicerowane, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie -60stopni/+45 stopni; długość zagłówek: 400mm; grubość leża 40-60mm; Wymiary całkowite: 1950x700x550 mm; nośność 200 kg

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 52

Dotyczy zał. 2.33 Stojak na czyste buty

Czy Zamawiający dopuści stojak o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych, wynoszących 530x600x1500mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53

Dotyczy zał. 2.33 Stojak na czyste buty

Czy Zamawiający dopuści stojak na kołach o średnicy 75 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54

Dotyczy zał. 2.33 Stojak na czyste buty

Czy Zamawiający dopuści stojak na kołach o średnicy 100 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55

Dotyczy zał. 2.33 Stojak na czyste buty

Czy Zamawiający dopuści stojak którego rama regału wykonana jest z profili 40x20x1,2mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56

Dotyczy zał. 2.36 Wózek do transportu materiału brudnego /czystego

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o wymiarach 1180x680x1240mm? Nadmieniamy, że jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57

Dotyczy zał. 2.36 Wózek do transportu materiału brudnego /czystego

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w 4 koła o średnicy 160mm lub 200mm, 2 z blokadą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58

Dotyczy zał. 2.36 Wózek do transportu materiału brudnego /czystego

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z dwoma wyjmowanymi, przestawnymi półkami? Rozwiązanie nie wpływa na aspekt użytkowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59

Dotyczy zał. 2.36 Wózek do transportu materiału brudnego /czystego

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w narożne odboje zabezpieczające wózek podczas transportu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 60

Dotyczy zał. 2.36 Wózek do transportu materiału brudnego /czystego

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w krążki odbojowe zabezpieczające wózek podczas transportu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61

Dotyczy zał. 2.36 Wózek do transportu materiału brudnego /czystego

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w jeden uchwyt do prowadzenia wózka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62

Dotyczy zał. 2.37 Stojak ze stali nierdzewnej z workiem na buty

Czy Zamawiający dopuści mobilny regał listwowy o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych, wynoszących 530x600x1500mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63

Dotyczy zał. 2.37 Stojak ze stali nierdzewnej z workiem na buty

Czy Zamawiający dopuści mobilny regał listwowy na kołach o średnicy 75 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64

Dotyczy zał. 2.37 Stojak ze stali nierdzewnej z workiem na buty

Czy Zamawiający dopuści mobilny regał listwowy na kołach o średnicy 100 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65

Dotyczy zał. 2.37 Stojak ze stali nierdzewnej z workiem na buty

Czy Zamawiający dopuści mobilny regał listwowy którego rama wykonana jest z profili 40x20x1,2mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), przesuwają termin składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą:


NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: 18.09.2024 r. godz. 09:00



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Termin otwarcia ofert: 18.09.2024 r. godz. 09:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 23 SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.10.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Wprowadzone modyfikacje i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Renata Lastowska
Inspektor
Lastowska

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski