

EZ/178/2024/UG

Kielce 16.09.2024 r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) na Sukcesywne dostawy testów combo dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, znak sprawy: EZ/178/2024/UG.*

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści:

**Pytanie 1**

Dotyczy pakietu nr 2. Czy Zamawiający dopuści Test COMBO 4 w 1 w kierunku RSV, grypy A, grypy B i COVID-19 o czułości wynoszącej 95.0% dla grypy A, 92.9% dla grypy B, 94.3% dla RSV i spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Dotyczy pakietu nr 3. Czy Zamawiający dopuści test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania swoistego antygenu SARS-CoV-2 o czułości 97.6% i swoistości 99.7%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Czy zamawiający zezwoli na zaoferowanie testu immunochromatograficznego wykrywającego obecność antygenu SARS-CoV-2/ o czułości klinicznej >96% ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 4**



-Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie testu immunochromatograficznego wykrywającego antygen SARS-CoV-2/grypa A/B /RSV o specyficzności klinicznej 100% dla wszystkich parametrów oraz czułości klinicznej dla poszczególnych antygenów:

Antygen Sars-Cov 2 czułość kliniczna 93%

Antygen Grypa A czułość kliniczna >92% , Grypa B czułość kliniczna >90%

Antygen RSV czułość kliniczna >95%

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



### Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie testu o poniższych parametrach: dla SARS-CoV-2: czułość: 96,4% , swoistość: 99,0% względem RT-PCR przewyższające SIWZ dla Grypy A: czułość: 95% , swoistość: 99,1% względem RT-PCR przewyższające SIWZ dla Grypy B: czułość: 92,9% , swoistość: 99,1% względem RT-PCR dla RSV: czułość: 94,3% , swoistość: 96,2% względem RT-PCR dla Adenowirusa: czułość: 96,9% , swoistość: 98,6% względem RT-PCR przewyższające SIWZ dla M. pneumoniae: czułość: 91,8% , swoistość: 98,0% względem RT-PCR przewyższające SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 2 testu o parametrach: dla SARS-CoV-2: czułość: 94,05%, swoistość: 100% - dla grypy A: czułość: 95,24%, swoistość: 100% - dla grypy B: czułość: 100%, swoistość: 100% - dla RSV: czułość: 100%, swoistość: 100% Wyznaczone względem metody RT-PCR

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 3 test o parametrach: - dokładność: 97,35% - swoistość: 95,07%?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość wynosi 98,3% a swoistość 99,3%?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Dział Zamówień Publicznych  
mgr Urszula Gierada  
SPECJALISTA

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski