

Kielce 14.09.2024 r.

znak sprawy EZ/179/2024/ES

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320) Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 dializatorów wysokoprzepływowych z błoną polinefronową i sterylizacją Gamma o pow. 1,5m² i klirensie dla mocznika wynoszącym 270ml/min, dla fosforanów 233ml/min, współczynnikiem ultrafiltracji 67 ml/hr/mmHg i poziomie wypełnienia 95 ml. oraz dializatorów wysokoprzepływowych z błoną polinefronową i sterylizacją Gamma o pow. 1,9m² i klirensie dla mocznika wynoszącym 280ml/min, dla fosforanów 251ml/min, współczynnikiem ultrafiltracji 76 ml/hr/mmHg i poziomie wypełnienia 115 ml. Dializatory takie są obecnie używane przez Państwa Klinikę Nefrologii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr 1 poz. 2


Proszę o dopuszczenie w poz. 2 dializatorów wysokoprzepływowych z błoną polinefronową i sterylizacją Gamma o pow. 2,1m² i klirensie dla mocznika wynoszącym 284ml/min, dla kreatyniny 269ml/min dla fosforanów 256ml/min., mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500. Dializatory takie są obecnie używane przez Państwa Klinikę Nefrologii

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 - Cewnik krótkoterminowy dwukanałowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu z ramionami prostymi lub zagiętymi o przekroju 11.5 lub 12 Fr.; długości: 15 cm, 20 cm, 24 cm (ramiona proste lub zagięte do wyboru przez zamawiającego). Charakterystyka zestawu: radio cieniujący szaf cewnika, końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu, przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów, obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry, zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed



wyślizgnięciem się, wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość, kompatybilny z MRI, odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością nitinolu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg, igła wprowadzająca 18G, 2 x rozszerzadło, nasadki iniekcyjne Luer Lock.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dializatory wysokoprzepływowe, sterylizowane parą wodną, z błoną heliksonową, o powierzchni 1,4m² i klirensie dla mocznika wynoszącym 266 ml/min, dla fosforanów 225ml/min, o współczynniku ultrafiltracji 38 (ml/godz x mmHg) i objętości wypełnienia 74 ml, mierzone przy przepływie krwi Q_b=300, dializatu Q_d=500; oraz dializatory o pow. 1,8m² i klirensie dla mocznika wynoszącym 279 ml/min, dla fosforanów 244ml/min, o współczynniku ultrafiltracji (ml/godz-mmHg) 53 i objętości wypełnienia 95 ml, mierzone przy przepływie krwi Q_b=300, dializatu Q_d=500; do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dot. Pakietu nr 1 poz. 2


Czy Zamawiający dopuści dializatory wysokoprzepływowe, sterylizowane parą wodną, z błoną heliksonową, bez wypełnienia płynem, o powierzchni 2,2m, o klirensie dla mocznika wynoszącym 280 ml/min, dla kreatyniny 264 ml/min, dla fosforanów 253 ml/min, mierzone przy przepływie krwi Q_b=300, dializatu Q_d=500 ?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści produkt konkurencyjny, cewnik czasowy do hemodializy dwuświatłowy 12F, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, przystosowany do kontroli podczas wprowadzania za pomocą RTG, USG, fluoroskopii w dostępnych długościach 15,20,24cm (ramiona proste lub zagięte do wyboru przez Zamawiającego), końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, przewodnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35'' x 70cm, igła wprowadzająca 18G x 7cm z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm, strzykawka 5ml, skalpel, czapki wtryskowe, Poziom objętości wypełnienia oznaczony na zaciskach.





Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dot. Pakietu nr 2

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 2 cewników czasowych silikonowych dwukanałowych o średnicy: 11,5 Fr i 13,5 Fr i długościach: 15 cm, 20cm i 24 cm w zestawach do implantacji ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dot. Pakietu nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 cewników do hemodializy wg opisu: Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle o możliwości zastosowania przepływu krwi do 370ml/min w obu światłach, 12Fr/12,12Ga/16cm wykonane z poliuretanu, prowadnica stalowa 0,035"/60 na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzało, igła punkcyjna 18G/6,35cm, rozszerzało, strzykawka LL 5ml, skrzydełka mocujące.

Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ, a jest wnioskiem o zmianę SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania i zapisy SWZ..

Pytanie 9

Dot. Pakietu nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 cewników do hemodializy wg opisu: Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle możliwości zastosowania przepływu krwi do 340 ml/min w obu światłach 12Fr/12,12Ga/20cm wykonane z poliuretanu , prowadnica stalowa 0,035"/68 na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzało, igła punkcyjna 18G/6,35cm, rozszerzało, strzykawka LL 5ml, skrzydełka mocujące.



Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ, a jest wnioskiem o zmianę SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania i zapisy SWZ..

Pytanie 10

Dot. Pakietu nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 cewników do hemodializy wg opisu: Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle możliwości zastosowania przepływu krwi do 300 ml/min w obu światłach 12Fr/12,12Ga/25cm wykonane z poliuretanu pokryte powłoką antybakteryjną (sulfiadazyne srebra+ chlorcheksydyna), prowadnica stalowa 0,035"/68cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzało, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzało, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące.

Odpowiedź: Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ, a jest wnioskiem o zmianę SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania i zapisy SWZ.



Pytanie 11

Dot. umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 10 (Kary umowne). ust 2:

- za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotu użyczenia – w wysokości 05 % wartości niedostarczonego przedmiotu dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,5 % przedmiotowego towaru, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcznym okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 0,5 % przedmiotowej dostawy za stwierdzone uchybienie;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Pytanie 12

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1 dopuści zaoferowanie dializatora wysokoprzepływowego z błoną polieterosulfonową wyłącznie o powierzchni 1,8m², klirensie dla mocznika 278ml/min, klirensie dla fosforanów 269ml/min, współczynnika ultrafiltracji (ml/godz/mmHg) 60 i poziomie wypełnienia 109ml, mierzone przy przepływie krwi Q_b=300, dializatu Q_d=500?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 2 dopuści zaoferowanie dializatora wysokoprzepływowego z syntetyczną błoną polieterosulfonową, sterylizowanego radiacyjnie, o powierzchni 2,2m², klirensie dla mocznika 289ml/min, klirensie dla kreatyniny 279 ml/min, klirensie dla fosforanów 288 ml/min mierzone przy przepływie krwi Q_b=300, dializatu Q_d=500?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Wprowadzone wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplowski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Stefańska
inspektor