




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel. 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce 27.09.2024r.

EZ/181/2024/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na „Zakup wraz z dostawą komory laminarnej dla potrzeb Pracowni Żywnienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 informuje, iż w drodze postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) została wyłoniona najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania przez firmę:

MEDCOMPLEX Sp. o.o.
ul. Mełgiewska 9F lok. 4
20-209 Lublin,
REGON 362607411
NIP 7123300938
KRS 0000577820

Wartość oferty brutto: 51 660,00 zł

Wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Zaproszeniu do składania ofert.

Streszczenie wyboru ofert

| Nr oferty | Nazwa i adres firmy | |
|-----------|--|--|
| 2 | Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk ul. Polna 21 87-100 Toruń Oddział Śląsk ul. Kasprowicza 9/2 43-300 Bielsko - Biała REGON: 017381150 NIP: 5272355435 | Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk, ul. Polna 21, 87-100 Toruń, Oddział Śląsk, ul. Kasprowicza 9/2, 43-300 Bielsko – Biała, REGON: 017381150, NIP: 5272355435, gdyż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał <u>klasy czystości powierza A wg. WU GMP</u> , natomiast Wykonawca zaproponował komorę laminarną z <u>klasą czystości A wg PN–EN ISO 14644–1:2005</u> . W związku z powyższym zaofferowany asortyment nie spełnia parametrów wymaganych przez Zamawiającego. |

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-516 fax. 41/366-00-14

e-mail: magdalena.kuszewska@wszkielce.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Bartosz Stemplewski