

Kielce 14.10.2024 r.

znak sprawy EZ/195/2024/ES

*Do wszystkich zainteresowanych*

*Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.*

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### Pytanie 23

#### Dot. Pakietu nr 8 poz. 1 i 2



Prosimy o dopuszczenie koców innych niż opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia dmuchawy na czas trwania umowy, o następujących parametrach:

- wykonane z włókniny polipropylenowej, hydrofobowej, niebrudzącej
- niezawierającej lateksu.
- materiał przezierny dla promieniowania RTG,
- kompatybilny z MRI,
- posiadają mikroskopijne perforacje, które zapewniają stały przepływ powietrza, a tym samym równomierne ogrzewanie pacjenta,
- posiadają troki do wiązania z urządzeniem.
- uniwersalne opaski portu wlotowego zapewniają bezpieczne połączenie przewodu z kocem
- wiązania i mocny materiał pozwalają na stosowanie tego samego koca u pojedynczego pacjenta od momentu wstępnego rozgrzania, poprzez zabieg chirurgiczny i transport pacjenta na salę pooperacyjną

W przypadku dopuszczenia prosimy o określenie liczby potrzebnych urządzeń.

Parametry dmuchawy:

- Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem.
- Panel sterujący z przyciskami membranowymi
- Zakresy temperatur:
  - temperatura otoczenia
  - 34°C
  - 40°C
  - 43°C
  - 46°C
- Diodowe wskaźniki wybranej temperatury, dwa poziomy natężenia przepływu
- Wykorzystuje silnik prądu stałego, cichszą i najnowocześniejszą dmuchawę
- Przycisk „stand by” na panelu sterującym
- Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta – uchwyty mocujące i zaczepy przy urządzeniu Zatwierdzenia FDA, CE, TGA, Japan Health



Zgodność z IEC 60601-1 3rd Edition, AM 1 przez UL, USA  
-Klasyfikacja urządzenia – typ BF, urządzenie medyczne – klasa IIb  
-Urządzenie wyposażone w uchwyt do przenoszenia  
-Niewielka waga urządzenia max 6 kg (bez podstawy jezdnej)  
-Wymiary urządzenia: 29 cm x 22cm x 40cm  
-Ustawienia temperatury mierzą średnią temperaturę powietrza na końcu przewodu doprowadzającego - Temperatura otoczenia 34°C, 37°C, 40°C, 43°C lub 46°C  
-Wbudowany system monitorowania bezpieczeństwa  
-Bakteriologiczny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 99,99% 0,2 micronów.  
-Dokładność temperatury dostarczanego powietrza, z wyjątkiem ustawienia temperatury otoczenia - +/- 2°C z osłoną przewodu doprowadzającego  
-Panel sterujący ze wskaźnikiem wymiany filtra HEPA  
Zasilanie sieciowe 220-240 Vac, 50/60 Hz.

W przypadku dopuszczenia prosimy o określenie liczby potrzebnych urządzeń.

**Odpowiedź:** Przedmiotowe pytanie nie stanowi pytania o wyjaśnienie wątpliwości SWZ, a jest wnioskiem o zmianę zapisów SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

#### Pytanie 24

##### Dot. Pakietu nr 8 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów koców: Koc grzewczy pediatryczno - dziecięcy 100 x 135 cm, op. 10 szt.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 25

##### Dot. Pakietu nr 8 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów koców: -Koc grzewczy na całe ciało 100 x 195 cm, op. 30 szt.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
mgr Edyta Kwaśniewska

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
mgr Edyta Stefańska  
inspektor