



Kielce, dnia 22.10.2024 r.

Znak sprawy: EZ/208/2024/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) pn. Zakup 2 szt. aparatów do koagulacji na potrzeby Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wielokolorowy wyświetlacz typu TFT 7" obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji między aparatem a użytkownikiem, ze zmianą nastaw i parametrów za pomocą przycisków funkcyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pozycja 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do 300 W przy 500Ω i 400W – system PPS?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Pozycja 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Możliwość jednego trybu cięcia bipolarnego z możliwością ustawienia 8 efektów (skutków) tkankowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pozycja 30 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gniazda, portu ECB do aktualizacji oprogramowania, która jest też interfejsem do serwisowania i konserwacji przez komputer PC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5


Pozycja 36 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie natężenie prądu zasilania max 8A/4A? Jednocześnie wskazujemy, że Zamawiający opisując Napięcie zasilające: maks. 6.3 A. użył niewłaściwej miary, gdyż napięcie zasilania jest mierzone w V.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Pozycja 37 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Pobór mocy w trybie gotowości 40 W a przy maksymalnej mocy wyjściowej 500W/920 VA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 7

Pozycja 40 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

Wymiary urządzenia:

- szerokość: 410 mm
- wysokość: 160 mm
- głębokość: 370 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Pozycja 41 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Odsysacz dymu z funkcją ssania do operacji laparoskopowych ze wskaźnikiem żywotności filtra, wtykiem do chirurgii otwartej i laparoskopii wraz z jednym wyświetlaczem na którym można wybrać rodzaj podłączenia (chirurgia otwarta lub laparoscopia) podłączeń. Zestaw zawierający wielorazowy filtr oraz przewód podłączeniowy do aparatu – 2 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Pozycja 44 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

Wymiary urządzenia:

- szerokość: 205 mm
- wysokość: 280 mm
- głębokość (z filtrem głównym): 404 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Pozycja 45 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Przepływu powietrza tj. mocy odsysania 730 l/min.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Aparaty do koagulacji w większości przypadkach będą wykorzystywane do zabiegów chirurgii otwartej na sali ortopedycznej (endoprotezoplastyki) Bloku Operacyjnego, gdzie używa się trybu koagulacji, ale więcej używa się trybu cięcia, które wytwarza dużo więcej szkodliwego, chorobotwórczego dymu.

Pytanie 11

Pozycja 47 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Włącznik nożny podwójny CIĘCIE-KOAGULACJA/ ReMode, kabel 5 m – 2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty poprzez odpowiednią adnotację w Załącznik nr 2 do SWZ - Zestawienie minimalnych parametrów i warunków technicznych. Pozostałe zapisy SWZ zostają bez zmian.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr *Edyta Słowińska*
SPECJALISTA

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr *Edyta Kwaśniewska*

Z-CIA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Krzysztof Bidas