



Kielce, 15.11.2024 r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

## **Znak sprawy EZ/225/2024/MW**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) na „**Zakup endoskopu z fiberoskopem 1 kpl. na potrzeby Kliniki Otorinolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści tożsamy wideoendoskop o długości całkowitej 500 mm?

Wymagany przez Zamawiającego wideoendoskop o długości całkowitej 510mm, posiada rękojeść prostą, natomiast zaoferowane rozwiązanie posiada rękojeść typu pistoletowego poprawiającą ergonomię pracy.

#### **Odpowiedz:**

***Zamawiający dopuszcza.***

### **ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Jednocześnie, Zamawiający w celu wykonania dyspozycji art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

#### ***Nowe terminy:***

- Termin składania ofert - **20.11.2024 r. godz. 9.00**
- Termin otwarcia ofert - **20.11.2024 r. godz.9.30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść **pkt 23 SWZ** – ***Termin związania ofertą*** nadając mu nowe brzmienie:

*„Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.12.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.*

**ZATWIERDZAM**

***Dyrektor Wojewódzkiego  
Szpitala Zespolonego w  
Kielcach  
Bartosz Stemplewski***