
**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl

Kielce 20.11, 2024r.

EZ/195/2024/ES

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) Przedmiotem zamówienia jest „**Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity :Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Pakiet nr 1 – Cewniki do terapii nerkozastępczej

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Cena oferty brutto	Ilość przyznanyc h punktów w kryterium - cena 60%	Ilość przyznanyc h punktów w kryterium - termin realizacji zamówieni a 20%	Ilość przyznanyc h punktów w kryterium - termin płatności faktury 20%	Suma uzyskanyc h punktów
4	Baxter Polska Sp. z o. o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, województwo mazowieckie REGON 730 920 652 NIP 827 181 88 28 KRS 0000191358	129 600,00zł	60	20	20	100
9	Optimed Pro-Office Anna Szewczyk ul. Forteczna 5, 32-086 Węgrzce województwo Małopolskie REGON 351020150 NIP 6761245221	Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) odrzuca ofertę firmy Optimed Pro-Office Anna Szewczyk, ul. Forteczna 5, 32-086 Węgrzce. Dokonując analizy merytorycznej oferty biorąc pod uwagę parametry produktu oczekiwanego oraz parametry wskazane celem wykonania równoważności ujawniono niżej wymienione rozbieżności: • Zamawiający wymagał cewnika: z powłoką bizmutową zmniejszającą kolonizację bakteryjną cewnika. Wykonawca				

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-516 fax. 41/366-00-14
e-mail. edyta.stefanska@wszkielce.pl




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



		<p>zaoferował termoreaktywny poliuretan, który nie spełnia zasad równoważności ponieważ wymagana powłoka bizmutowa nie kolonizuje bakterii co jest bardzo istotne dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bez otworów bocznych; Wykonawca zaoferował cewnik z otworami bocznymi co jest niezgodne z warunkami zamówienia i nie jest to produkt równoważny;• O średnicy 11,5F oraz 13F; Wykonawca zaoferował średnicę 12F oraz 14F co jest niezgodne z warunkami zamówienia i nie jest to cecha równoważna;• Cewnik trójświatłowy prosty 25cm; Wykonawca zaoferował długość 24cm, co jest niezgodne z warunkami zamówienia i nie jest to cecha równoważna; <p>Parametry sprzętu wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowią parametry minimalne, graniczne – wobec których należy przeprowadzić porównanie w przypadku oferowania produktu równoważnego. Oznacza to, że w przypadku gdy Wykonawca oferuje rozwiązanie równoważne – jest zobowiązany do odniesienia się do zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zasada równoważności znaczy zaoferowanie produktu innego lecz pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.</p>
--	--	--

W wyniku dokonania badania i oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy:

Baxter Polska Sp. z o. o. ul. Kruczkowskiego 8,

00-380 Warszawa

Za cenę brutto: 129 600,00zł

W związku z faktem, iż w ww. postępowaniu wybraliśmy ofertę Państwa firmy prosimy o przybycie do Działu Zamówień Publicznych celem podpisania przedmiotowej umowy w dniu 27.11.2024r. r. w godz. 7:00 do 13:00. W przypadku braku możliwości stawienia się Państwa w wyznaczonym terminie, Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy. W przypadku chęci skorzystania z korespondencyjnego zawarcia umowy prosimy o przesłanie stosownego wniosku oraz następujących informacji:

- dane osoby upoważnionej do zawarcia umowy wraz z pełnomocnictwem jeśli nie wynika ono z KRS.
- imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, odpowiedzialnej za kontakt w sprawie korespondencyjnego zawarcia umowy,
- adres na który ma być przesłana umowa.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Stefańska
inspektor

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-516 fax. 41/366-00-14
e-mail. edyta.stefanska@wszkielce.pl