

Kielce, dnia 02.12.2024 r.

Znak sprawy: EZ/217/2024/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) na Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej systemów naczyniowych angiografii zabiegowej będących na wyposażeniu Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, dot. pakiet nr 3

Dot. „Przeгляд, konserwacja i kontrola sprzętu medycznego polega w szczególności na”, lit n)

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca jako „protokół wykonania przeglądu/naprawy” może stosować swoje dokumenty serwisowe pod warunkiem, że znajdują się w nich przynajmniej te informacje, których wymaga Zamawiający, tj. potwierdzenie wykonania przeglądu/naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie wzorów dokumentów Wykonawcy, pod warunkiem, że będą zawierać opisy wszystkich czynności serwisowych i zaleceń zgodnie z wymogiem określonym w projektowanych postanowieniach umowy i OPZ.

Pytanie 2

Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pakiet nr 3

Dot. „Przeгляд, konserwacja i kontrola sprzętu medycznego polega w szczególności na”

Celem doprecyzowania, prosimy o wyrażenie zgody, aby przeglądy stacji zintegrowanych z systemem angiograficznym tj. Stacji AX Application Software sn. 25444 oraz Stacji hemodynamiki SENSIS VIBE HEMO sn. 100335 odbywały się zgodnie z zaleceniami producenta tj. 1 raz w roku (co 12 mcy).

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (zakres czynności serwisowych) poprzez dodanie w części **Przeгляд, konserwacja i kontrola sprzętu medycznego** zapisu o następującej treści: „W przypadku Stacji AX Application Software sn. 25444 oraz Stacji hemodynamiki SENSIS VIBE HEMO sn. 100335 częstotliwość wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta 1 raz w ciągu 12 miesięcy.”


Pytanie 3

Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pakiet nr 3

Dot. „Przeгляд, konserwacja i kontrola sprzętu medycznego polega w szczególności na”

Prosimy o dopuszczenie do prowadzenia dokumentacji w siedzibie Zamawiającego również przez kontakt telefoniczny/mailowy oraz za pomocą nieodpłatnej dedykowanej platformy serwisowej 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

Odpowiedź:



Zamawiający dopuszcza prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem dedykowanej platformy serwisowej z dostępem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i z wykorzystaniem kontaktów telefonicznych i mailowych celem uruchomienia zgłoszeń o awariach i spostrzeżeniach dotyczących pracy systemu.

Pytanie 4

**Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pakiet nr 3
Dot. „Zdalna diagnostyka”**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści system zdalnej diagnostyki spełniający aktualną normę nr ISO/IEC 27001:2022.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie zdalnej diagnostyki spełniającej normę ISO/IEC 27001:2022.

Pytanie 5

**Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pakiet nr 3
Dot. „Dodatkowe warunki świadczenia usług”, lit. l)**

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy umowy/ dokumentu przenoszącego odpowiedzialność za używanie kodów na Wykonawcę, w związku z ich używaniem?

Pragniemy zwrócić Państwu uwagę na fakt, że podmiot podejmujący się czynności serwisowych powinien w swoim zakresie zadbać o dostęp oraz kody serwisowe i ponosić odpowiedzialność związaną z ich użyciem. Uprzejmie informujemy, że kody serwisowe są powszechnie oferowane i dostarczane po cenach rynkowych na każde żądanie podmiotu wnioskującego o dostęp do nich.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nabył z legalnego źródła wszystkie kody dostępu niezbędne do wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji usługi.

Pytanie 6

**Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pakiet nr 3
Dot. „Dodatkowe warunki świadczenia usług”, lit. l)**

Czy Zamawiający zastrzega sobie w razie wątpliwości prawo do weryfikacji posiadanych dokumentów potwierdzających legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania na każdym etapie postępowania i realizacji umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, poprzez zmianę treści **ust. 12 lit b) w § 3** i nadaje mu następujące brzmienie: *„b) zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie zajmującego się świadczeniem przedmiotowych usług oraz zgodnie z zaleceniami producenta, instrukcjami obsługi i dokumentacją techniczną dla sprzętu objętego umową, oraz posiadać dokumenty potwierdzające legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania,”*

Pytanie 7

Pytanie dot. SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 11, ppkt 2, lit. b), pakiet nr 3


Czy Zamawiający zastrzega sobie w razie wątpliwości prawo do weryfikacji wymaganych dokumentów na każdym etapie postępowania i realizacji umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ oraz § 3 ust. 12 lit a) i c) wzoru umowy.

Pytanie 8

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy § 3, ust. 8, pkt 8, pakiet nr 3



Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca może stosować swoje dokumenty serwisowe pod warunkiem, że znajdują się w nich przynajmniej te informacje, których wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pytanie 9

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy § 4, ust. 4 oraz § 8, ust. 2, pakiet nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca może stosować swoje dokumenty serwisowe pod warunkiem, że znajdują się w nich przynajmniej te informacje, których wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pytanie 10

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający **modyfikują treść Załącznika nr 3 do SWZ** – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, poprzez dodanie w § 4 pkt 6) o następującym brzmieniu: *„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”*

Pytanie 11


Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający **modyfikuje Załącznik nr 3 do SWZ**- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego poprzez dodanie w § 4 pkt 7) w brzmieniu: *„Zamawiający zobowiązuje się do utylizacji odpadów medycznych zakaźnych oraz odpadów medycznych niebezpiecznych innych niż zakaźne wytworzonych podczas realizacji usługi w siedzibie Zamawiającego o kodach: 18 01 01; 18 01 02; 18 01 03; 18 01 06; 18 01 07; 18 01 08; 18 01 09; 18 01 82.”*



Pytanie 12

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, iż w sytuacji zmiany danych adresowych Stron umowy nie będzie konieczności zawierania dodatkowego aneksu, a zmiana danych adresowych nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia Strony umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami § 12 wzoru umowy.

Pytanie 13

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy

W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania (*dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności*) przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza umożliwienie łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania (*dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności*) przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download).

Pytanie 14

Pyt. dot. załącznika nr 2 do SWZ, pakiet 1

Zamawiający w załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) pisze, że serwisem ma być objęty system angiograficzny ALLURA XPER FD10 o nr seryjnym 390 wraz z systemem FlexCardio będący na wyposażeniu Pracowni Hemodynamiki. Wykonawca informuje, że system hemodynamiczny Flex Cardio nr ser. 870, osiągnął termin końca życia serwisowego i Wykonawca nie może już świadczyć na ten system żadnych usług serwisowych, w związku z tym, nie może przystąpić do postępowania na podanych warunkach. Dlatego wnosimy, aby Zamawiający, usunął to urządzenie z listy urządzeń objętych serwisem lub alternatywnie, potwierdził, że nie wymaga serwisu dla tego urządzenia i jego ewentualna awaria nie będzie rodzić, żadnych roszczeń w kierunku Wykonawcy.


Odpowiedź:

Zamawiający **modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ** – Opis przedmiotu zamówienia (zakres czynności serwisowych) poprzez wykreślenie ww. urządzenia z treści zapisu „system angiograficzny ALLURA XPER FD10 o nr seryjnym 390 ~~wraz z systemem FlexCardio~~ będący na wyposażeniu Pracowni Hemodynamiki”.

Pytanie 15

Pyt. dot SWZ, pakiet 1

Wykonawca, informuje Zamawiającego, iż system ALLURA XPER FD10 o nr seryjnym 390 już jest w okresie niepełnego wsparcia serwisowego tj. może zdarzyć się, iż nie będzie dostępna jakaś część zamienna dla tego urządzenia, a z dniem 31.12.2025 roku wchodzi w okres całkowitego braku wsparcia serwisowego przez producenta – producent w ogóle nie wspiera, nie dostarcza usług, części i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo działania systemu. W związku z powyższym, wnosimy o potwierdzenie



przez Zamawiającego, iż Zamawiający nie będzie wnosić roszczeń w kierunku Wykonawcy po tej dacie, jeśli Wykonawca nie będzie w stanie świadczyć jakichkolwiek usług dla tego systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający **modyfikuje treść SWZ w pkt 6 oraz treść § 2 ust. 1 wzoru umowy** w odniesieniu do okresu obowiązywania umowy dla Pakietu nr 1 i nadaje im następujące brzmienie:

SWZ pkt 6 –

„Pakiet nr 1:

1) system angiograficzny ALLURA XPER FD10 o nr seryjnym 1171 - termin realizacji usługi 11 miesięcy **od dnia 02.02.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**, a w przypadku nie zawarcia umowy w ww. terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2025 r.

2) system angiograficzny ALLURA XPER FD10 o nr seryjnym 390 - termin realizacji usługi 11 miesięcy od dnia **02.02.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**, a w przypadku nie zawarcia umowy w ww. terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2025 r.”

§ 2 ust. 1 – wzór umowy - „ 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi będące przedmiotem umowy w okresie 11 miesięcy od dnia 02.02.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. - Pakiet nr 1”

Pytanie 16

Dot. SWZ oraz wzoru umowy, pakiet 1

Wykonawca, informuje Zamawiającego, iż system **ALLURA XPER FD10 o nr seryjnym 390** oraz **ALLURA XPER FD10 o nr seryjnym 1171** już jest w okresie niepełnego wsparcia serwisowego tj. może zdarzyć się, iż nie będzie dostępna jakaś część zamienna dla tego urządzenia, a z dniem 31.12.2025 roku system **ALLURA XPER FD10 o nr seryjnym 390** wchodzi w okres całkowitego braku wsparcia serwisowego przez producenta – producent w ogóle nie wspiera, nie dostarcza usług, części i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo działania systemu. W związku z powyższym, wnosimy, aby Zamawiający uzupełnił wzór umowy (lub zmodyfikował zapisy **§ 12 ust 6** wzoru umowy) następującym zapisem: „*Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku, braku możliwości serwisowania ze względu na koniec życia serwisowego i/lub brak części zamiennych oraz w przypadku montażu nowego urządzenia w miejsce urządzenia objętego serwisem*”.

Odpowiedź:

Zamawiający **modyfikuje zapis § 12 ust 6 wzoru umowy** i nadaje mu następujące brzmienie: „*Zamawiający zastrzega prawo do rozwiązania umowy z 7 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy serwisowane urządzenie ulegnie wyłączeniu z użytkowania ze względu na montaż nowego urządzenia lub w przypadku braku dostępności części zamiennych u producenta systemu.*”

Pytanie 17

Dot. SWZ, pakiet 2

Wykonawca, informuje Zamawiającego, iż system hemodynamiki **Philips Hemo nr seryjny: 539** pracujący z urządzeniem **AZURION 7 o nr seryjnym 1166** będzie od początku roku 2025 w okresie niepełnego wsparcia serwisowego tj. może zdarzyć się, iż nie będzie dostępna jakaś część zamienna dla tego urządzenia. W związku z powyższym, wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż Zamawiający nie będzie wnosić roszczeń w kierunku Wykonawcy po tej dacie, jeśli Wykonawca nie będzie w stanie usunąć usterki, gdyż producent nie będzie mógł dostarczyć części zamiennej dla tego systemu.


Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w związku z zakończeniem wsparcia dla tej części systemu nie będzie wymagał serwisu tego urządzenia i jego ewentualna awaria nie będzie skutkować roszczeniami w kierunku Wykonawcy.

Pytanie 18

Dot. SWZ, warunki udziału w postępowaniu, pakiet 1 i 2

W celu ochrony interesów Zamawiającego, przede wszystkim mając w najwyższym priorytecie bezpieczeństwo użytkownika i pacjentów, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do Wykonania usług



serwisowych skierowane były minimum 2 osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, co jest potwierdzone odpowiednim imiennym certyfikatem imiennym wydanym przez Producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela? Jeśli tak wnosimy o modyfikację zapisów §3 ust. 12a wzoru umowy oraz załącznik nr 2a do SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

Dot. wzoru umowy, pakiet 1 i 2

Wnosimy o modyfikację zapisów §3 ust. 12d wzoru umowy jak następuje: Zamawiający ma prawo zweryfikować prawidłowość i należyte wykonanie usług poprzez zwrócenie się do producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, celem wydania orzeczenia technicznego. Jeśli orzeczenie techniczne potwierdzi wykonanie usług niezgodnie z wymaganiami producenta, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wartości umowy wraz z jednoczesną możliwością rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Powyższe nie zwalnia Zamawiającego z ubiegania się dodatkowego odszkodowania w celu zadośćuczynienia poniesionej szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20

Dot. SWZ, pakiet 1 i 2

W celu ochrony interesów Zamawiającego i należytego wykonania umowy, czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który nie będzie autoryzowanym Wykonawcą, posiadania umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i/lub kodami serwisowymi w zakresie umożliwiającym pełną realizację przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nabył z legalnego źródła wszystkie kody dostępu niezbędne do wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji usługi.

Pytanie 21

Dot. SWZ, pakiet 1 i 2

Czy inżynierowie Wykonawcy w ramach wykonywania usług i w celu jasnej komunikacji z użytkownikiem mają posługiwać się językiem polskim?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 22


Dot. wzoru umowy, pakiet 1 i 2

Wnosimy o zmniejszenie kar umownych do wartości 500 zł w §9 ust.1.1b wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy dotyczące kar umownych.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.



MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając w oparciu o art. 137 ust 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w **Formularzu ofertowym** stanowiącym *Załącznik nr 1 do SWZ* oraz **Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego** stanowiących *Załącznik nr 3 do SWZ*, jak poniżej:

- Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy** - zmiana polegała na modyfikacji zapisu w odniesieniu do łącznej ceny brutto w tytule kolumny drugiej dla Pakietu nr 1 oraz w odniesieniu do ceny brutto w tytule kolumny trzeciej dla Pakietów nr 1, 2, i 3:

BYŁO:


<u>Pakiet nr 1:</u>	Łączna cena brutto za pogwarancyjną obsługę serwisową w okresie 18 miesięcy	Cena brutto w ujęciu kwartalnym (za 3 miesiące) pogwarancyjnej obsługi serwisowej	Stawka VAT %
1) system angiograficzny ALLURA XPER FD10 o nr seryjnym 1171			
2) system angiograficzny ALLURA XPER FD10 o nr seryjnym 390			
RAZEM:			

<u>Pakiet nr 2</u>	Łączna cena brutto za pogwarancyjną obsługę serwisową w okresie 31 miesięcy	Cena brutto w ujęciu kwartalnym (za 3 miesiące) pogwarancyjnej obsługi serwisowej	Stawka VAT %
system angiograficzny AZURION 7 o nr seryjnym 1166			

<u>Pakiet nr 3</u>	Łączna cena brutto za pogwarancyjną obsługę serwisową w okresie 36 miesięcy	Cena brutto w ujęciu kwartalnym (za 3 miesiące) pogwarancyjnej obsługi serwisowej	Stawka VAT %
system angiograficzny ARTIS ZEE CEILING o nr seryjnym 148372			

WINNO BYĆ:

<u>Pakiet nr 1:</u>	Łączna cena brutto za pogwarancyjną obsługę serwisową w okresie 11 miesięcy	Cena brutto w ujęciu miesięcznym (za 1 miesiąc) pogwarancyjnej obsługi serwisowej	Stawka VAT %
----------------------------	--	--	---------------------



1) system angiograficzny ALLURA XPER FD10 o nr seryjnym 1171			
2) system angiograficzny ALLURA XPER FD10 o nr seryjnym 390			
RAZEM:			

<u>Pakiet nr 2</u>	Łączna cena brutto za pogwarancyjną obsługę serwisową w okresie 31 miesięcy	Cena brutto w ujęciu miesięcznym (za 1 miesiąc) pogwarancyjnej obsługi serwisowej	Stawka VAT %
system angiograficzny AZURION 7 o nr seryjnym 1166			

<u>Pakiet nr 3</u>	Łączna cena brutto za pogwarancyjną obsługę serwisową w okresie 36 miesięcy	Cena brutto w ujęciu miesięcznym (za 1 miesiąc) pogwarancyjnej obsługi serwisowej	Stawka VAT %
system angiograficzny ARTIS ZEE CEILING o nr seryjnym 148372			


2. Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zmiana polegała na modyfikacji zapisu ust. 1 § 6 Wynagrodzenie, płatności:

BYŁO:

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości kwoty **brutto**zł (słownie:) **płatne w systemie kwartalnym** zgodnie z treścią złożonej oferty. (treść § zostanie dostosowana do ilości pakietów na które zostanie zawarta umowa)
- a) ryczałtowa cena brutto za 3 miesiące świadczenia usługi serwisowej systemów naczyniowych angiografii zabiegowej w budynku WSZZ w Kielcach zł brutto w tym podatek VAT ...%
 - b)
 - c)

WINNO BYĆ:

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości kwoty **brutto**zł (słownie:) **płatne w systemie miesięcznym** zgodnie z treścią złożonej oferty. (treść § zostanie dostosowana do ilości pakietów na które zostanie zawarta umowa)
- a) ryczałtowa cena brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi serwisowej systemów naczyniowych angiografii zabiegowej w budynku WSZZ w Kielcach zł brutto w tym podatek VAT ...%
 - b)
 - c)



W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania oraz wprowadzonymi zmianami w SWZ, Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza:

- zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy pod nazwą **ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SWZ**,
- zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (zakres czynności serwisowych) pod nazwą **ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SWZ**,
- zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą **ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 3 do SWZ**.

Wprowadzone powyżej modyfikacje SWZ są wiążące i należy uwzględnić je przy składaniu oferty.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert: **12.12.2024 r. do godz. 10.00**

Termin otwarcia ofert: **12.12.2024 r. o godz. 10:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść **pkt 25 SWZ** – **Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie: „*Termin związania ofertą wynosi 90 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.03.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert*”.

Jednocześnie Zamawiający, działając w oparciu o art. 137 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ poprzez przekazanie w dniu 29.11.2024 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „ogłoszenie o zmianie” oraz zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Pzp udostępnił zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania wraz z ogłoszeniem o zmianie:

Numer publikacji ogłoszenia: 733235-2024

Numer wydania Dz.U. S: 234/2024

Data publikacji: 02/12/2024

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIELCZANIN
Dział Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA

