



Kielce,¹⁸12.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Znak sprawy EZ/243/2024/MW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) na „*Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Położnictwa i Ginekologii WSzZ w Kielcach*”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 8

Czy zamawiający dopuści

Pkt 1 czy dopuszczają Państwo siatkę o opisie:

Jednorazowy system leczenia wypadania macicy, stosowany w zabiegach naprawy przedniego i szczytowego wypadnięcia, przeciwbrotwy, pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo kolcowym, posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniałna – gramatura 21g/m2., porowatość 93%, wielkość porów >1,9mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 8

Pkt 2 czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowy system do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. System składa się z: taśma monofilamentowa, 100 % polipropylenowa, niewchłaniałna taśma o szerokości 1,1 cm i gramaturze 95g/m2 - brzegi taśmy wygładzone termicznie. Taśma w osłonce ułatwiającej implantację. Taśma przystosowana do użycia z przewodnikami wielorazowymi TOA / TVA z dostępu przezzasłonowego jak i metodą zasłonową, out-in oraz in-out. Wypożyczenie wielorazowych przewodnic.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 8

Pkt 3 czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowy system wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. System składa się:

- 3 nici koloru zielonego definiujące granice docinania implantu
- wypożyczenie wielorazowego narzędzia do fiksacji szwów – do więzadeł kolcowo- krzyżowych
- implant wzmacniający tkankę w miejscu zawieszenia

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5** dopuści pessary kostkowe z drenażem w kolorze „cielistym” wykonane z silikonu medycznego, dostępne w rozmiarach: 25,30,35,38,41,44,51,56 mm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6** dopuści pessary pierścieniowe wykonane z silikonu medycznego, dostępne w rozmiarach: 51, 57, 64, 70, 76, 83, 89, 95 mm?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu zbiorczym 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w tabeli ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.


DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


mgr Magdalena Wójcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl