



Kielce, *24* 12.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Znak sprawy EZ/243/2024/MW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) na „*Sukcesywnie dostawy zużywalnych materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Położnictwa i Ginekologii WSzZ w Kielcach*”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1 do pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o parametrach:

Sterylny, jednorazowy, regulowany system stosowany w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy.

Zestaw składa się z :

siatki sześcioramiennej o anatomicznym kształcie wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: grubość: 0,4mm, porowatość: 55%, rozmiar porów > 0,75 mm, gramatura: 40 g/m²

2 kotwic (100% biokompatybilne, wykonane z tworzywa PEEK) do mocowania siatki w więzadła krzyżowo-kolcowym

Igły wykonanej ze stali nierdzewnej

Możliwość regulacji położenia siatki po zamocowaniu jej w obu więzadłach krzyżowo-kolcowych. Siatka uniwersalna- może być używana do wypadania przedniego, tylnego oraz wypadania sklepienia pochwy.

System działa z prowadnicą jednorazowego lub wielorazowego użytku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 do pakietu nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści produkt o parametrach:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zasłonową.

Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m²



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia helikalne (prawe + lewe) jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 do pakietu nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści produkt o parametrach:

Sterylny, całkowicie jednorazowy system stosowany w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, złożony z:

- siatki polipropylenowej monofilamentowej o parametrach: gramatura: 40 g/m², porowatość: 55%, grubość: 0,40mm, średnica pojedynczego włókna: 0,12 mm, wymiary: 25 x 150 mm, - kotwiczek (100% biokompatybilne, wykonane z tworzywa PEEK) wraz ze szwami do mocowania siatki w więzadle krzyżowo-kolcowym oraz 2 igieł francuskich

- prowadnicy jednorazowego użytku

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający w celu wykonania dyspozycji art. 284 ust. 2 na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) przesuwając termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy:

- Termin składania ofert – 07.01.....2025 r. godz. 9.00
- Termin otwarcia ofert – 07.01.....2025 r. godz. 9.30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ –

Termin związania ofertą nadając mu nowe brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 05.02.....2025 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wójcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojick@wszkielce.pl