



Znak sprawy: EZ/246/2024/MZ

Kielce, dn. 09. 01.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) „Zakup i dostawa osłon radiologicznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45 informuje, iż w drodze postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), została wyłoniona najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania przez firmę:

MEDEVICE Medical
Devices Distribution-Services-Consulting
Jerzy G. Pawliszewski
ul. Roentgena 20/8; 02-786 Warszawa
REGON 141456593

Wartość oferty brutto: 85 369,38 zł

Lp.	Nazwa firmy	Wartość brutto
1	MEDEVICE Medical Devices Distribution-Services-Consulting Jerzy G. Pawliszewski ul. Roentgena 20/8; 02-786 Warszawa REGON 141456593 NIP 951-103-44-01	85 369,38 zł
2	Model Medical S. A ul. Zabłocie 27/42; 30-701 Kraków REGON 121550132 NIP.679-306-64-50	Oferta odrzucona, niezgodna z warunkami Zaproszenia
3	Rex Med. Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/18/133; 02-672 Warszawa REGON 387686026 NIP 521-391-46-20	Oferta odrzucona, niezgodna z warunkami Zaproszenia

Wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45 informuje, iż w drodze postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), odrzuca ofertę firmy: **Model Medical S. A, ul. Zabłocie 27/42; 30-701 Kraków, REGON 121550132**, gdyż Wykonawca nie przedstawił prawidłowych, wymaganych rozmiarów asortymentu (poz. 1 i poz. 2 w Załączniku nr 2 do Zaproszenia)

Zamawiający pismem z dn. 19.12.2024 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających zaferowane rozmiary kompletów osłon radiologicznych, gdyż oferta nie zawierała opisu rozmiarów w cm, tylko dostępne rozmiary: XS-XXL. Pismem z dn. 23.12.2024 r. Wykonawca przedłożył tabelę rozmiarów, która jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego i Zamawiający nadal nie był w stanie zweryfikować jakie rozmiary zaferował Wykonawca. Pismem z dn. 03.01.2025 r. Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę do dokładnego określenia i zaznaczenia rozmiarów zaproponowanego asortymentu, zgodnie z przedłożonymi wcześniej wyjaśnieniami. Wykonawca przedłożył inne wymiary niż pierwotnie zaferował.

Wykonawca dokonał zmian w tabeli rozmiarów producenta, tj.:

	Dane podane przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie z dn. 19.12.2024 r.	Dane podane przez Wykonawcę w odpowiedzi na ponowne wezwanie z dn. 03.01.2025 r.
Rozmiar	Obwód talii	Obwód talii
XS	70-80	74-79
S	81-90	80-85
M	91-100	86-91
L	101-110	92-99
XL	111-115	100-107
XXL	116-120	108-115

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45 informuje, iż w drodze postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), odrzuca ofertę firmy: **Rex Med. Sp. z o.o., ul. Domaniewska 17/18/133; 02-672 Warszawa, REGON 387686026**, gdyż proponowany przez Wykonawcę asortyment nie spełnia wymaganych parametrów technicznych, tj.: nie chroni przed szkodliwym promieniowaniem **przy napięciu od 50 do 150 kV**. Wykonawca dołączył katalog, według którego proponowany asortyment chroni przed szkodliwym promieniowaniem **przy napięciu od 60 do 110 kV**.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marta Zębala
mgr Marta Zębala
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski