

Kielce 09.01.2025r.

Znak: EZ/241/2024/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ust. z dnia 11 września 2019 ustawy Pzp (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na „Sukcesywne dostawy pieluchomajtek, jednorazowych zestawów operacyjnych oraz narzędzi, ubrań chirurgicznych jednorazowego użytku itp. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r poz. 1320) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1- dotyczy pakietu 2, poz. 2

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty: Sterylny zestaw do zabezpieczenia Ramienia umożliwiający pracę podczas zabiegów na stole wyciągowym. Skład: - 1 x osłona wzmacniacza wykonana z mocnej bezbarwnej folii PE, o wym. 76x91 cm, wyposażona w naklejkę z rozmiarem, krawędź obszyta elastyczną gumką - 1 x osłona lampy wykonana z mocnej bezbarwnej folii PE, o wym.76x91cm, wyposażona w naklejkę z rozmiarem, krawędź obszyta elastyczną gumką - 1 x osłona ramienia C wykonana z mocnej bezbarwnej folii PE o wymiarach 41 x 216 cm, wyposażona w pięć zintegrowanych plastikowych U kształtnych klamr, pozwalających na zabezpieczenie ramienia C zgodnie z zasadami aseptyki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 2- dotyczy pakietu 3

Czy można zaoferować ubrania wykonane z włókniny, której odporność na rozciąganie na sucho wynosi 65,3/40,8N (oba kierunki), odporność na wypychanie 103/89,7 kPa, natomiast odporność na przenikanie drobnoustrojów wynosi 73 CFU. Pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Podkreślamy, iż wszystkie parametry oferowanych ubrań spełniają wymogi obowiązującej normy EN-13795-2(2019).


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3- dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie projektowanych kar umownych poprzez przyjęcie następującego brzmienia § 10 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ - projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem przypadków określonych w § 11 - w wysokości 5 % z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,



2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 200 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, nie więcej jednak niż 2 % wartości niedostarczonego w terminie zamówienia,
- za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 100,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, nie więcej jednak niż 2 % wartości zareklamowanego towaru.
- w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 100 zł za stwierdzone uchybienie, nie więcej jednak niż 2% wartości towaru objętego daną dostawą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 4- dotyczy wzoru umowy

Zamawiający wskazuje, że wymaga:

2. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony towar będzie miał co najmniej 12 miesięczny okres przydatności do użycia, jak również, że dostawy będą realizowane w sposób zapewniający trwałość cech właściwych dla danego towaru (odpowiednie opakowanie, transport w temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), pod rygorem wymiany asortymentu na koszt i ryzyko dostawcy na towar pełnowartościowy w rozumieniu niniejszego ustępu

Czy Zamawiający potwierdza, że to po stronie Wykonawcy leży odpowiedzialność za warunki i sposób transportu wyrobów medycznych. ? Zapisy dot. rejestru i wydruku temperatur mają zastosowanie przy transporcie wyrobów farmaceutycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od dystrybutora transportu produktów objętych umową zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

Pytanie 5- dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 9, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w bariery wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6- dotyczy pakietu 9


Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o zakresie obwodu 73 - 130cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 120cm)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7- dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 9, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 160cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 140cm)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 8- dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o zakresie obwodu 120 - 170cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 160cm)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9- dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M, L pakowane a' 30 szt. w op.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10- dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL pakowane a' 28 szt. w op.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11- dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 12- dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek w rozmiarze M o chłonności najmniej 2417g? Przy obecnym zapisie dopuszczone są produkty o najniższych poziomach chłonności, które są tylko z nazwy rekomendowane dla osób ze średnim NTM, a w praktyce są to odpowiedniki, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu pacjenta. Brak odpowiedniego poziomu chłonności powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13- dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 9, pozycja 1) pieluchomajtek w rozmiarze L o chłonności najmniej 2772g? Przy obecnym zapisie dopuszczone są produkty o najniższych poziomach chłonności, które są tylko z nazwy rekomendowane dla osób ze średnim NTM, a w praktyce są to odpowiedniki, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu pacjenta. Brak odpowiedniego poziomu chłonności powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14- dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek w rozmiarze XL o chłonności najmniej 2772g? Przy obecnym zapisie dopuszczone są produkty o najniższych poziomach chłonności,



które są tylko z nazwy rekomendowane dla osób ze średnim NTM, a w praktyce są to odpowiedniki, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu pacjenta. Brak odpowiedniego poziomu chłonności powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15- dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL pakowane a' 20 szt. w op.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16- dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek w rozmiarze M o chłonności najmniej 2160g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 17- dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 9, pozycja 1) pieluchomajtek w rozmiarze L o chłonności najmniej 2435g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 18- dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek w rozmiarze XL o chłonności najmniej 2580g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19- dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o zakresie obwodu 80-130cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 20- dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o zakresie obwodu 105-150cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 21- dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o zakresie obwodu 110-160cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 22- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej gramaturze 25g/m², przeznaczony do ochrony zarówno użytkownika, jak i środowisko pracy pozwala na zachowanie wymaganych warunków sanitarnych, wiązany na troki, rękawy wykończone gumką, zielony, rozmiar uniwersalny?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem dostępności rozmiarów jak w opisie przedmiotu.

Pytanie 23- dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań chirurgicznych spełniających wymagania SWZ, jednakże o odporności na rozciąganie na sucho >30 N, odporności na przenikanie bakterii < 1,0 log 10 (CFU) oraz czystości mikrobiologicznej <2 log10 (CFU/dm²)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24- dotyczy pakietu 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej o wymiarze 1,25 x 81 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25- dotyczy pakietu 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy typu rzep w rozmiarze 2,5 x 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26- dotyczy pakietu 8, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania mikronożyczek zagiętych, ostro-ostrych o długości 11,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27- dotyczy pakietu 8, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków prostych do materiałów opatrunkowych (korncang) o długości 16 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28- dotyczy pakietu 8, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków chirurgicznych, prostych typu Kocher, metalowych, o długości 14 cm? Pozostałe parametry bez zmian.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29- dotyczy wzoru umowy § 10, ust. 1-2

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §10 ust. 1 pkt. 1a do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,
- §10 ust. 1 pkt. 2a do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,
- §10 ust. 1 pkt. 2b do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
- §10 ust. 1 pkt. 2c do kwoty 0,2% wartości wadliwej partii zamówienia za każdy dzień zwłoki

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w



związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 30- dotyczy pakietu 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów z włókniny polipropylenowej o gramaturze 22 g/m² w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego:

Rozmiary	Długość	Szerokość
M	120 cm	140 cm
L	124 cm	146 cm
XL	128 cm	150 cm

Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31- dotyczy pakietu 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompletów z włókniny typu SMMS o wysokiej odporności na rozciąganie mediana min. 44,8N na sucho oraz na mokro. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze min. 25 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a' 10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 35- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wiązanego na troki w talii i na szyi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 36- dotyczy pakietu 1

W związku pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 37- dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ubrania chirurgicznego zgodnego z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych tj. o parametrach: przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPa zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38- dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ubrania chirurgicznego wyposażonego w lamówkę w kolorze ubrania pod szyją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39- dotyczy pakietu 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbki w wersji niesterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40- dotyczy pakietu 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą (pozycja 10 zestawu) włókninową 80 x 160cm, zamiast 100 x 160cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 41- dotyczy pakietu 7, poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbki w wersji niesterylnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42- dotyczy pakietu 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą 50 x 75cm laminowaną o gramaturze 60g/m²? (w miejsce serwety 42g/m², roz. 75x45cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 43- dotyczy pakietu 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą 50 x 75cm z otworem przylepnym 7 cm, gramatura 60g/m²? (w miejsce serwety 56g/m², roz. 50x60cm z przylepnym otworem 10cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 44- dotyczy pakietu 7, poz. 1



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ze strzykawką 2 ml, zamiast 3ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 45- dotyczy pakietu 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z igłą 0,5 x 25mm (zamiast 0,5x20mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 46- dotyczy pakietu 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w opakowanie typu rękaw papierowo foliowy z dodatkowo dołączonymi do zestawu miską nerkowatą i miską 120ml, mogącymi być użyte do zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 47- dotyczy pakietu 7, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

5 x Kompres z gazy 17N 12W 7,5cm x 7,5cm

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową

1 x Miska nerkowata PVC, rozmiar 12cm x 18cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 48- dotyczy pakietu 7, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z peanem 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 49- dotyczy pakietu 7, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą foliowaną 50 x 70cm, gramatura 54g/m²? (w miejsce serwety 42g/m²,roz.50x60cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 50- dotyczy pakietu 7, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą foliowaną 50 x 75cm z otworem o 7cm, gramatura 60g/m²? (w miejsce serwety 42g/m²,roz.50x60cm z otworem 5cm i rozcięciem)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 51- dotyczy pakietu 7, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pakowanego w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 52- dotyczy pakietu 7, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pakowanego w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem plastikowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 53- dotyczy pakietu 7, poz. 4



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 54- dotyczy pakietu 7, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety sterylizowanej tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 55- dotyczy pakietu 7, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pokrowca na nogi sterylizowanego radiacyjnie, w rozmiarze 30 x 80 cm, z włókniny foliowanej 56g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 56- dotyczy pakietu 10, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie folii chirurgicznej z folii poliuretanowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym 2% roztwór jodiny, co zapewnia szerokie spectrum działania antybakteryjnego podczas procedury operacyjnej. Opakowanie indywidualne papier- folia z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar, nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy oraz dodatkowe wewnętrzne zabezpieczenie folii w papier silikonowany. Sterylizowana tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 57- dotyczy pakietu 10, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie folii o wymiarach 80x60 cm, część lepna 80x54cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 58- dotyczy pakietu 10, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie folii o wymiarach 42x42 cm, część lepna 42x36cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 59- dotyczy pakietu 10, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie folii o wymiarach 70x80cm, część lepna 70x74cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 60- dotyczy pakietu 10, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie folii o wymiarach 60x52cm, część lepna 60x46cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 61- dotyczy pakietu 11, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbki w wersji niesterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62- dotyczy pakietu 11, poz. 1


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z fartuchem chirurgicznym wzmocnionym SMS 128cm (dot. rozmiaru L)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



**Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie 63- dotyczy pakietu 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami chirurgicznymi wzmocnionymi SMS 138cm (dot. rozmiaru XL)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64- dotyczy pakietu 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami chirurgicznymi wzmocnionymi SMS 157cm, rozmiar XXL (zamiast rozmiaru XL)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 65- dotyczy pakietu 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną na kamerę 14 x 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66- dotyczy pakietu 11, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kieszeniami 2-komorowymi na narzędzia 40 x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 67- dotyczy pakietu 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z przedłużeniem do ssaka ch24, 300cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 68- dotyczy pakietu 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości narzędzia do mycia pola +/-1cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69- dotyczy pakietu 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami z elementem kontrastującym, 17-nitkowy, wykrój gazy 30x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 70- dotyczy pakietu 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 75x90 cm (zamiast 75x100cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 71- dotyczy pakietu 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą brzuszno-krocową 180/280 x 220 cm, zintegrowaną z osłonami na kończyny, otwór w okolicy jamy brzusznej 30 x 20 x 20cm oraz otwór krocowy 10 x 15cm. Odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O. Obłożenie bez wzmocnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 72- dotyczy pakietu 11, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z fartuchami z mankietem 7cm. Oznakowanie rozmiaru poprzez pieczętkę i kolorową lamówkę, pozwalającą na identyfikację fartucha przed



rozłożeniem. Bez taśmy poliestrowej wewnątrz rękawa. Wytrzymałość na sucho/mokro w obszarze wzmocnienia 107,74/110,8 kPa? Reszta parametrów zgodnie z wymaganiami zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 73- dotyczy pakietu 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchem chirurgicznym wzmocnionym SMS 128cm (dot. rozmiaru L)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 74- dotyczy pakietu 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami chirurgicznymi wzmocnionymi SMS 138cm (dot. rozmiaru XL)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75- dotyczy pakietu 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami chirurgicznymi wzmocnionymi SMS 157cm, rozmiar XXL (zamiast rozmiaru XL)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 76- dotyczy pakietu 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z uchwytem do mocowania przewodów i drenów w postaci rzepa przylepnego 2 x 22cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 77- dotyczy pakietu 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z zaciskiem tuppera o dł. 23 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 78- dotyczy pakietu 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupperami o wykroju gazy 30 x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 79- dotyczy pakietu 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 75 x 90 cm, o dł. paska lepnego 90 x 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 80- dotyczy pakietu 11, poz. 2


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 175 x 180 cm, o dł. paska lepnego 85 x 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 81- dotyczy pakietu 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 150x240 cm, z niedzielonym paskiem lepny o dł. 85 x 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.



Pytanie 82- dotyczy pakietu 1

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym:

- o wymiarach:
 - Mankiet 5 cm
 - Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
 - Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
 - Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 83- dotyczy pakietu 1

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 84- dotyczy pakietu 1

Czy zamawiający wymaga produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 85- dotyczy pakietu 1

Czy zamawiający dopuszcza i wymaga wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań.

Pytanie 86- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 87- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rękawami zakończonymi gumką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 88- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w dwóch rozmiarach – 115x140 cm i 120x150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.


Pytanie 89- dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę sposobu naliczania kar umownych na procentowe zamiast kwotowe:

b) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,5%, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

c) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 1% za stwierdzone uchybienie.
termin

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



Pytanie 90- dotyczy zapisów SWZ- wadium

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 91- dotyczy pakietu 10, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna, ultracienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µm; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x80cm (całkowita 70x80cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 91- dotyczy pakietu 10, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna, ultracienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µm; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 91- dotyczy pakietu 10, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna, ultracienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µm; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x60cm (całkowita 70x60cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91- dotyczy pakietu 10, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna, ultracienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µm; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



MODYFIACJA SWZ

Na podstawie art. 137 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r poz. 1320) Zamawiający modyfikuje treść SWZ załącznik nr 2 do SWZ (*formularz asortymentowo cenowy*) Pakiet nr 9- Pieluchomajtki, polegającej na zmianie jednostki miary z opakowań na sztuki.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r poz. 1320) modyfikuje treść SWZ załącznik nr 2 do SWZ (*formularz asortymentowo cenowy*) Pakiet nr 10- Folie chirurgiczne bakteriobójcze poprzez wprowadzenie poprawnej numeracji pakietu.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający, działając w oparciu o art.137 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r poz. 1320), przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy otwarcia i składania ofert:

Termin składania ofert: 21.01.2025r godz 10.00

Termin otwarcia ofert: 21.01.2025r godz. 10.30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść **pkt. 25 SWZ- Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie:

*„Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **20.04.2025 r.***

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust.4 ustawy Pzp informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ poprzez przekazanie w dniu 08.01.2025r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „ogłoszenia o zmianie”.

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust.5 ustawy Pzp udostępnia zmianę treści SWZ na stronie prowadzonego postępowania wraz z ogłoszeniem o zmianie: **Dz.U.S: 6/2025 - 11256-2025**

Wprowadzone modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski