

Znak sprawy: EZ/249/2024/RŁ

Kielce, 15.01.2025

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) na „**usługę wykonania testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i monitorów medycznych w miejscu ich zainstalowania w siedzibie Zamawiającego - Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o podanie terminów wykonania testów specjalistycznych monitorów opisowych (46 sztuk)?

Odpowiedź: Zamawiający określił terminy wykonania testów specjalistycznych monitorów opisowych w załączniku nr 3 do Zaproszenia w arkuszu nr 2 „**Monitory opisowe**” natomiast arkusz nr 1 zawiera harmonogram testów – „**Urządzenia**”.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy urządzenie RTG Italray PIXEL HF TS to aparat ogólnodiagnostyczny czy telekomando ?

Odpowiedź: Urządzenie RTG Italray Pixel HF TS jest aparatem ogólnodiagnostycznym.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy urządzenie RTG Control X Medical Perform X Radiographic System (Model MS-650 HF 200) to aparat ogólnodiagnostyczny czy telekomando ?

Odpowiedź: Urządzenie RTG Control X Medical Perform X Radiographic System (Model MS-650 HF 200) jest aparatem ogólnodiagnostycznym.

Pytanie nr 4



Prosimy o informację czy urządzenie RTG Italray PIXEL HF TS, Ozn. katalogowe: GEN+IR282/E-C to aparat ogólnodiagnostyczny czy telekomando ?

Odpowiedź: Urządzenie RTG Italray Pixel HF TS, ozn. Katalogowe GEN-IR282/E-C jest aparatem ogólnodiagnostycznym.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację czy urządzenie RTG Control X Medical Perform X Radiographic System (Model MS-650 HF 200) to aparat ogólnodiagnostyczny czy telekomando ?

Odpowiedź: Urządzenie RTG Control X Medical Perform X Radiographic System (Model MS-650 HF 200) jest aparatem ogólnodiagnostycznym.



Pytanie nr 6

Prosimy o informację czy w aparatach ogólnodiagnostycznych/telekomando są stosowane płyty CR czy detektory DR, jeśli płyty CR prosimy o podanie ilości i producenta.

Odpowiedź: W aparatach ogólnodiagnostycznych stosowane są płyty CR w ilości 23 sztuk. Ilość ta może ulec zmianie w czasie objętym umową, zarówno zmniejszyć się jak i wzrosnąć ze względu na zużycie płyt oraz ewentualny zakup nowych. Ponadto 3 aparaty RTG ogólnodiagnostyczne wyposażone są w system DR, w tym jeden z nich (Siemens Ysio X.Pree) posiada 2 detektory DR. Również dwa aparaty przyłóżkowe są wyposażone w detektory DR.

Pytanie nr 7

Prosimy o zmianę zapisu punktu 8 § 3 umowy na:

„W przypadku, gdy któryś z wykonywanych testów nie zostanie spełniony, użytkownik zostanie o tym poinformowany do 2 dni roboczych od dnia wykonania testów w formie pisemnego sprawozdania z badań z wyszczególnieniem rodzajów testów, które nie zostały spełnione. Brak takiego sprawozdania z badań będzie traktowany jako naruszenie umowy uprawniające Zamawiającego do nałożenia kary na Wykonawcę”.

Zmiana zapisu jest konieczna ze względu na brak możliwości oceny wszystkich parametrów fizycznych na miejscu, w czasie rzeczywistym. Dokumentem opatrzonym znaczkami akredytacji, zawierającym rezultaty stwierdzenia zgodności i wyniki z pomiarów jest wydawane przez laboratorium sprawozdanie z badań.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 8 we wzorze umowy i nadaje mu następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy któryś z wykonywanych testów nie zostanie spełniony, użytkownik zostanie o tym poinformowany najszybciej jak to możliwe w formie pisemnego sprawozdania z badań z wyszczególnieniem rodzajów testów, które nie zostały spełnione. Protokół będzie podpisany przez osobę wykonującą testy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego”.

W załączeniu Zmodyfikowany załącznik nr 4 – projektowe postanowienia umowy.

Pytanie nr 8

W odniesieniu do pkt III pkt 1 ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT informujemy, że nasze laboratorium posiada aktualną akredytację na wykonywania testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji, które prowadzi działalność akredytacyjną na mocy ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2022 poz. 1854). Czy akceptujecie Państwo powyższą wiadomość, jako warunek udziału w postępowaniu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający akceptuje aktualną akredytację na wykonywania testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji, które prowadzi działalność akredytacyjną na mocy ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2022 poz. 1854).

Pytanie nr 9


Prosimy o usunięcie treści § 3 ust 8 wzoru umowy dotyczący obowiązku natychmiastowego poinformowania użytkownika „w formie pisemnego protokołu z wyszczególnieniem z rodzajów testów, które nie zostały spełnione” gdyż może to mieć wpływ na miarodajność i rzetelność wyników oraz godzić w bezstronność i niezależność Laboratorium.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie nr 10



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Prosimy o podanie terminu wykonania testów dla 46 sztuk monitorów, znajdujących się w załączniku 2 tj. formularzu asortymentowo-cenowym a nieuwzględnionych w załączniku 3 tj. harmonogramie testów.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Renata Łastowska
Inspektor
Łastowska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski