



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Znak sprawy: EZ/9/2025/MZ

Kielce, dn. 20...01.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) na „zakup i sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku: osłon sterylnych na mikroskop neurochirurgiczny, osłon na sondę endoskopową oraz elektrod EKG dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1,

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie jakie wymiary powinna mieć osłona.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, iż osłona opisana w pakiecie nr 2, poz. 1 winna mieć wymiary: 11/30/1000 mm

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marta Zebala
mgr Marta Zebala
INSPEKTOR

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stompkowski

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kłosiewicz