



Kielce 05.02.2025 r.

znak sprawy EZ/16/2025/SL

Dotyczy Zaproszenia do składania ofert na Narzędzia do zabiegów laryngologicznych oraz chirurgicznych dla potrzeb Sali Operacyjnej Kliniki Otorynolaryngologii oraz Bloku Operacyjnego Ogólnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1


Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności, nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Lp	Przedmiot zamówienia
1.	Nożyczki do mikrolaryngoskopii proste, ostro-ostre, jedna bransza ruchoma, śr. trzonu 2mm, dł. 25cm , nieobrotowe, aktywacja ostrza palcem wskazującym.
2.	Nożyczki do mikrolaryngoskopii ostro-ostre, jedna bransza ruchoma, zagięta w prawo, śr. trzonu 2 mm, dł. 25 cm , nieobrotowe, aktywacja ostrza palcem wskazującym.
3.	Nożyczki do mikrolaryngoskopii ostro-ostre, jedna bransza ruchoma, zagięta w lewo, śr. trzonu 2 mm, dł. 25 cm , nieobrotowe, aktywacja ostrza palcem wskazującym.
4.	Końcówka narzędzia do mikrolaryngologii w kształcie owalnej , ostrej łopatki, dł. 23 cm , kompatybilna do rączki do narzędzi mikrolaryngologicznych z rączką
5.	Końcówka narzędzia do mikrolaryngologii w kształcie noża zagiętego, sierpowatego, dł. 23 cm , kompatybilna do rączki do narzędzi mikrolaryngologicznych z rączką
6.	Rączka (uchwyt) do narzędzi mikrolaryngologicznych - dołączona do narzędzi powyżej
7.	Imadło do szycia laparoskopowego, nierozbieralne, rękojeść w osi narzędzia z wielostopniowym mechanizmem blokującym i możliwością zmiennej siły nacisku, część robocza prosta z rączką prostą, śr. 5 mm, dł. 230 mm
8.	Imadło do szycia laparoskopowego, nierozbieralne, rękojeść w osi narzędzia z wielostopniowym mechanizmem blokującym i możliwością zmiennej siły nacisku, część robocza prosta z rączką prostą, śr. 5 mm, dł. 230 mm
9.	Kleszczyki preparacyjne Schmidt , mocno zakrzywione, dł. 19 cm
10.	Kleszczyki preparacyjne Schmidt , zakrzywione, dł. 19 cm
11.	Nożyczki preparacyjne MASTERCUT METZENBAUM zakrzywione, tępo-tępe, dolna bransza specjalnie zwężana , górna bransza z mikroząbkami posiada wygrawerowany standard wykonania narzędzia, CZARNA powłoka ceramiczna dł 18 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza parametry w pozycjach 1,2,3,9,10 natomiast w pozycjach nr 4,5,6,7,8,11 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



W punkcie 11 zaproponowano powłokę ceramiczną w kolorze czarnym. Zamawiający nie dopuszcza zmiany koloru ze względu na to, iż kolor zielony wiąże się z lepszą jakością i ostrością widzenia. Kolor zielony nie męczy oka lekarza i podnosi wrażliwość na nawet niewielkie zmiany w odcieniach koloru czerwonego (krew), zwiększając jego uważność podczas zabiegów co w połączeniu z mikro ząbkowaniem branszy wpływa na minimalizację traumatyzacji tkanek podczas szczególnie trudnych sytuacji operacyjnych.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 przedłuża termin składania ofert:

Nowy termin składania ofert:

Termin składania ofert: 07.02.2025 r. do godz. 10.00

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sylvia Lasa
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska