



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, 19.02.2025 r.

EZ/27/2025/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o delegację wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) pn. „Zakup i dostawa stabilizatorów serca tkankowych dla potrzeb Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

W celu przedłożenia oferty najwyższej jakości, od znanego producenta z Japonii (firmy TERUMO), na asortyment użytkowany obecnie w ponad połowie Klinik Kardiologicznych w Polsce, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie RÓWNIEŻ stabilizatorów nisko-profilowych o opisie poniżej, dla których ramię wykonane jest z tytanowych pierścieni i jest dostarczone w sposób nieodpłatny do siedziby Zamawiającego w ilości zabezpieczającej bieżące potrzeby Zamawiającego, zatem bez potrzeby zakupu dodatkowych akcesoriów. Potwierdzamy jednocześnie, że kluczowe parametry techniczne są przez nas spełnione. Jednocześnie podkreślamy, że zgoda na niniejsze rozwiązanie pozwoli na złożenie bardzo konkurencyjnej oferty nie tylko pod względem jakości stabilizacji, lecz pozwalającego także na oszczędności w budżecie Szpitala Publicznego.



Stabilizator tkankowy przeznaczony do stabilizacji serca w operacjach kardiologicznych oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego
Część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna, wykonana z lekkich tworzyw sztucznych
Możliwość regulacji ustawienia stopki w trzech płaszczyznach w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych
Możliwość umieszczenia stopki stabilizatora pod kątem prostym do ramienia
Stopka stabilizatora w kształcie drutu, zapewniająca lepszą widoczność i większy zasięg ramienia. Możliwość wyginania w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych
Ruch ramienia płynny, umożliwiający stabilizację w dowolnym punkcie i kształcie, rotacja ramienia oraz końcówki stabilizatora o 360 stopni
Część ssąca stabilizatora atraumatyczna, podzielona na cztery komory, możliwość regulacji siły ssania
System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów łączący stabilizator z pompą ssącą
Stabilizator jednorazowego użytku z tytanowym ramieniem dostarczonym na czas trwania kontraktu – ilość według potrzeb oddziału
Pojedyncze, sterylne opakowanie oraz karton zewnętrzny zabezpieczający opakowanie papier – folia na każdy stabilizator jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza gdyż wymaga aby system/zestaw był sterylny w całości.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska
Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517
wioleta.strozyk@wszkielce.pl

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski