



Kielce **25.03** 2025 r.

EZ/50/2025/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na „**Sukcesywne dostawy zużywalnych elementów do zestawów automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w Postępowaniu.

Pytanie nr 1

Dot. Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

Zamawiający w pozycji nr 2 w pakiecie nr 1 wymaga drenu o długości min. 150 cm z jedną zastawką wstrzymującą, czy w związku z tym Zamawiający dopuści:

- dreny kompatybilne z wkładem do strzykawki automatycznej typu Optistar Elite, jednorazowego użytku, sterylne, doprowadzające kontrast o długości min. 150 cm z trójnikiem Y z dwoma zastawkami wstrzymującymi

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

lub alternatywnie

dreny kompatybilne z wkładem do strzykawki automatycznej typu Optistar Elite, jednorazowego użytku, sterylne, doprowadzające kontrast o długości min. 150 cm bez zastawki wstrzymującej?

W obu wyżej wymienionych przypadkach Zamawiający otrzyma sprzęt kompatybilny z wstrzykiwaczem, który będzie umożliwiał prawidłowe wykonanie badania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 5:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 1 dopuści w 100% kompatybilny zestaw do systemu Medrad Stellant o składzie: 2 x wkład o poj. 200 ml, 2 x złącze szybkiego napełnienia typu J, łącznik niskociśnieniowy o długości 150 cm z trójnikiem Y, 2 x ostrze spike?

W zestawach do wstrzykiwaczy dwutłokowych producenci zazwyczaj umieszczają złącza z trójnikiem Y, które umożliwiają jednoczesne połączenie dwóch wkładów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Dot. Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 5:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 2 dopuści niskociśnieniowe złącze o długości 250 cm z trójnikiem Y i wytrzymałości min. 350PSI?

Trójnik Y pełni dokładnie taką samą funkcję jak trójnik T.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie nr 1 poz. 1


zestawu do systemu Optistar Elite zawierający:

- wkład jednorazowy o pojemności 60 ml (2 szt),

- 2 x kołec do napełniania (spike),

- złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o długości 250 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie nr 5 poz. 1 zestawu pakowanego w jednym opakowaniu do sytemu Medrad Stellant CT Dual do dwutłowego wstrzykiwacza kontrastu zawierający:

- wkład jednorazowy o poj. 200 ml - 2 szt.,
- łącznik niskociśnieniowy o długości min. 150 cm z trójnikiem T
- napełniacz typu J
- kolec do napełniania (spike)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie nr 5 poz. 1 zestawu pakowanego w jednym opakowaniu do sytemu Medrad Stellant CT Dual do dwutłowego wstrzykiwacza kontrastu zawierający:

- wkład jednorazowy o poj. 200 ml - 2 szt.,
- łącznik niskociśnieniowy o długości 150 cm z trójnikiem Y
- 2xnapełniacz typu J
- 2xkolec do napełniania (spike).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie nr 5 poz. 2 drenu o długości 250cm z trójnikiem Y.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wioleta.strozyk@wszckielce.pl

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

mgr inż. Stefan Bąk

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski