

Kielce 25.03.2025 r.

EZ/41/2025/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na „**Zakup i dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w Postępowaniu.

Pytanie nr 1

Dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie dot. pakietu nr 2 Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. „W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania”, Zamawiający będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy lub porty (LAN lub RS232 lub USB), licencje, umożliwiając eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 2

Dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2:

KARDIOMONITOR KOMPAKTOWY

Punkt 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor o przekątnej minimum 12” oraz wysokiej rozdzielczości minimum 1280x720 dpi?.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2:

Punkt 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor o konstrukcji modułowej? Jest to bardziej praktyczne rozwiązanie

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2:

Punkt 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 5

Dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2:

Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z prezentacją minimum 7 przebiegów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 6

Dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2:

Punkt 24

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w pomiar SpO2 w technologii natywnej producenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2:

Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z regulacją wyciszenia alarmów w zakresie minimum 60-180 sekund?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2:

Punkt 24

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z możliwością pomiaru SpO2 w technologii natywnej producenta typu Nellcor? Wymóg pomiaru SpO2 w technologii FAST pozwala na złożenie tylko jednej oferty przez firmę Viridian Polska Sp. z o.o. i zaoferowania kardiomonitora Philips Efficia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający dopuścił dwie technologie w tym Masimo, która jest wykorzystywana u co najmniej 5 różnych producentów kardiomonitorów.

Pytanie nr 9

Dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z możliwością stosowania czujników Nellcor?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2:

Punkt 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z funkcją pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres pomiaru min. 30-270 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-240 bpm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2:

Punkt 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w uchwyt ścienny z dedykowanym koszykiem na akcesoria?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2:

Centrala monitorująca do 8 stanowisk:

Punkt 33

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania komputera typu all-in-one?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



Pytanie nr 13

Dot. zapisów SWZ przedmiotowe środki dowodowe:

Ze względu na fakt, że nie wszystkie parametry techniczne wyspecyfikowane przez Zamawiającego w załączniku nr 2.2 do SWZ są umieszczone w materiałach informacyjnych producenta czy Zamawiający dopuści przedstawienie potwierdzenia parametrów w formie oświadczenia producenta, dystrybutora lub przedstawiciela producenta na terenie RP.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2:

Pkt 33. Czy Zamawiający dopuści nowszy Windows 10, który jest wspierany przez producenta w obecnych generacjach centrali monitorującej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2:

Pkt 38. Czy Zamawiający dopuści centralę prezentującą dane w tożsamym układzie dla każdego sektora wg priorytetów parametrów ustalanych przez producenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz.2 Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania następujących preparatów przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania:

- płynów pozajelitowych (takich jak roztwory, roztwory koloidalne, żywienie pozajelitowe (brak możliwości podaży żywienia dojelitowego)),
- leków (takich jak leki rozcieńczone, chemioterapia czy leki znieczulające),
- krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz.3 Czy zamawiający dopuści pompę strzykawkową z wbudowanym zasilaczem z zasilaniem 100–240 V ~ / 50/60Hz z uziemieniem funkcjonalnym z poborem prądu 10-15 VA lub możliwością zasilania za pośrednictwem stacji dokującej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz.4 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z dokładnością dozowania +/- 3% ?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz.7 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową skalibrowaną do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml? Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawki 2/ml ze względu na fakt, że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml, co spowoduje, że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 ml do infuzji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Możliwość korzystania ze strzykawek 2/3 ml pozwala na zastosowanie pomp u noworodków gdzie wymagana jest wysoka precyzja.



Pytanie nr 20

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz.8 Czy Zamawiający dopuści masę pompy gotowej do użycia ~ 2,1kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz.9 Czy Zamawiający dopuści pompę o wymiarach (S x W x G): 345 x 135 x 170 mm nie przekraczającej powierzchni ~ 6000 cm³

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Z uwagi na ograniczenia powierzchni w obrębie stanowiska intensywnej terapii zaproponowana pompa jest za duża.

Pytanie nr 22

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz.10 - Czy Zamawiający dopuści pompę z uchwytem do mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny oraz rączka do przenoszenia na stałe wbudowane w pompę, co ułatwia montaż urządzenia na stojaku i kolumnie. a także minimalizuje ryzyko przypadkowego odłączenia się uchwytu lub zagubienia

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 23

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz. 11. Czy Zamawiający dopuści pompę z wbudowanym uchwytem do przenoszenia pomp i zasilania za pomocą dodatkowego łącznika 2 pomp ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz. 13. Czy Zamawiający dopuści pompę z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego wynoszącą 17 h przy przepływie 5 ml/h ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści zakres programowania prędkości infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1–9,99 ml/h., co 0,1 w zakresie 10-99,9 ml/h, co 1 w zakresie 100-1200ml/h:

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 26

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści zakres programowania prędkości podaży bolusa co 0,01 w zakresie min. 0,1–9,99 ml/h., co 0,1 w zakresie 10-99,9 ml/h, co 1 w zakresie 100-1200ml/h:

- 1) dla strzykawk 5 ml: do 250 ml/h;
 - 2) dla strzykawk 10 ml: do 350 ml/h;
 - 3) dla strzykawk 20 ml: do 600 ml/h;
 - 4) dla strzykawk 30 ml: do 600 ml/h;
- dla strzykawk 50 ml: do 1200 ml/h ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 27

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz. 17. Czy Zamawiający dopuści pompę nie posiadającą funkcjonalności żywienia dojelitowego ale posiadającą w swojej ofercie odrębne pompy dedykowane do żywienia dojelitowego ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz. 18. Czy Zamawiający dopuści pompę z trybami infuzji:

- prędkość zwykła
- objętość/czas, dawka/czas
- limit objętości ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 29

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz. 19 Czy Zamawiający dopuści pompę bez podanej funkcjonalności? Producent posiada w ofercie pompy TIVA oraz PCA i w celu uniknięcia pomyłki są one specjalnie oznakowane, które mogą działać w trybie infuzji TCI/PCA lub jako standardowa pompa strzykawkowa.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz. 20 Czy Zamawiający dopuści pompę bez podanej funkcjonalności? Producent posiada w ofercie pompy TIVA oraz PCA i w celu uniknięcia pomyłki są one specjalnie oznakowane, które mogą działać w trybie infuzji TCI/PCA lub jako standardowa pompa strzykawkowa.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz. 21 - Czy Zamawiający dopuści pompę bez podanej funkcjonalności? Producent posiada w ofercie pompy TIVA oraz PCA i w celu uniknięcia pomyłki są one specjalnie oznakowane, które mogą działać w trybie infuzji TCI/PCA lub jako standardowa pompa strzykawkowa.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz.23 Czy Zamawiający dopuści pompe z regulacją progów ciśnienia w zakresie 50–900 mmHg. (co 25 mmHg w przedziale 50–250 mmHg / co 50 mmHg w przedziale 250–900 mmHg). A dodatkowo pompa wyposażona w dynamiczny system pomiaru ciśnienia, który ostrzega o zmianach ciśnienia i można w ten sposób przewidzieć ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu do wlewu.

Poz. 24. Czy Zamawiający dopuści pompę z dokładnością ciśnienia $\leq 500 \text{ mmHg} : \pm 75 \text{ mmHg}$
 $> 500 \text{ mmHg} : \pm 15\%$?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz. 25. Czy Zamawiający dopuści, aby objętość do podania da/ wka wlewu były w zakresie:

Objętość: 0,1–999 ml / Dawka: 0,1–9999 jednostek? Wstępnie wybierana objętość:

0,1 – 99,9 ml programowana co 0,1 ml,



100,0 – 999,0 ml programowana co 1 ml; Utrudnieniem jest programowanie objętości powyżej 10ml, a tym bardziej powyżej 100 ml co 0,01 ml, ponieważ przy tak dużych objętościach nie ma potrzeby aż tak precyzyjnych ustawień jak 0,01 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz. 26 Czy Zamawiający dopuści pompę z funkcją programowania czasu w zakresie 00h01min - 96h?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 35

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz. 28. Czy Zamawiający dopuści pompę umieszczoną w stacji dokującej wyposażonej w złącza: RJ45, USB PC, szeregowego złącza komunikacyjnego RS232 ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 36

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz. 29. Czy Zamawiający dopuści pompę wyposażoną w rozbudowany system alarmów ostrzegający przed niepoprawnym działaniem urządzenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Poz. 32 Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z poborem prądu 10-15 VA?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 10 sztuk

Zważywszy na fakt, iż materiały informacyjne / karty katalogowe są przygotowane przez producenta zgodnie z obowiązującymi regulacjami i mają charakter uniwersalny, mogą nie zawierać wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Z uwagi na to zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie, złożenia oświadczenia przez producenta dot. spełnienia wymagań nie zawartych w uniwersalnych materiałach informacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wioleta.strozyk@wszkielce.pl

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kubaśniewska

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
mgr inż. Stefan Bąk