



Kielce, dnia 26.03.2025 r.

Znak sprawy: EZ/49/2025/MZ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o delegację wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) pn EZ/49/2025/MZ na „Zakup mebli medycznych do gabinetu zabiegowego oraz łóżek dla potrzeb Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot. Pakiet nr 1 – Łóżka szpitalne z wyposażeniem – 4 kpl.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów dotyczących antybakteryjności, która to technologia krytykowana jest przez wiele osób i może mieć bardzo negatywne skutki dla zdrowia pacjenta (<http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm>)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z wymogami zawartymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z klasą ochrony I typ B?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 29 cm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 3 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 4

Czy w związku z pkt. 17 i 18 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-32°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy w związku z pkt. 19 i 20 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej wynoszącą 4 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy okolicach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno się stosować



pozycji łamanych wysokich leża. Podnoszenie się segmentu uda spowoduje ucisk na część lędźwiową co doprowadzi do powstania odleżyn. Zapis wymagań Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia naukowego jak również przeczy zasadom fizyki – w związku z tym prosimy o uzasadnienie powyższego zapisu. Pacjent z odleżynami powinien leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwym miejscu złamań leża.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z wymogami zawartymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością uzyskania funkcji Fowlera za pośrednictwem więcej niż jednego przycisku (zamawiający przyzna za to punkty)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z wymogami zawartymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7

Czy w związku z pkt. 23 i 36 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z możliwością uzyskania pozycji mobilizacyjnej za pośrednictwem więcej niż jednego przycisku (Zamawiający przyzna za to punkty)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z wymogami zawartymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8

Czy w związku z pkt. 26 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z selektywną blokadą funkcji elektrycznych, bez jednego przycisku blokującego wszystkie funkcji?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z wymogami zawartymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9

Czy w związku z pkt. 33 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z możliwością blokady/odblokowania funkcji elektrycznych za pośrednictwem panelu centralnego (brak przycisku aktywacji ma sterownikach w barierkach bocznych)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Czy w związku z pkt. 35 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu akustycznego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z wymogami zawartymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 11

Czy w związku z pkt. 39 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko tylko z segmentem oparcia pleców wypełnionym płytą tworzywową HPL, przezierną dla promieni RTG?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z wymogami zawartymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl



Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 250 kg, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marta Zebala
mgr Marta Zebala
INSPEKTOR

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

mgr inż. Stefan Bąk

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska