

Kielce 01.04.2025 r.

znak sprawy EZ/45/2025/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320). Przedmiotem zamówienia jest „**Zakup wraz z dostawą aparatu USG dla Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach zadania pn „Inwestycje w ochronie zdrowia”.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1- dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3e

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez dokument Zamawiający rozumie dostarczenie np. paszportu technicznego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2- dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 5

W najnowocześniejszych aparatach ultrasonograficznych nie funkcjonują kody serwisowe stałe, jedynie kody dynamiczne/zmienne, do których dostęp w momencie serwisowania posiadają jedynie autoryzowani przedstawiciele producenta za pomocą specjalistycznej aplikacji. W związku z tym nie ma możliwości dostępu do platformy serwisowej przy pomocy kodów stałych. Proponujemy zmianę zapisu na: „Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń, które zostaną przekazane Zamawiającemu po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego na każde wezwanie Zamawiającego.”

Utrzymanie zapisu skutecznie wykluczy z udziału w postępowaniu wszelkie podmioty oferujące najbardziej nowoczesne aparaty ultrasonograficzne.

Odpowiedź: W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r poz. 1320) modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SWZ (wzór umowy) w zakresie § 3 ust. 5

Było:

5. Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń, które zostaną przekazane Zamawiającemu po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego.

Jest:

5. Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń,

które zostaną przekazane Zamawiającemu po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego na każde wezwanie Zamawiającego.

Pytanie 3- dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Okres gwarancji każdorazowo zostaje przedłużony o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia naprawy.” na „Okres gwarancji każdorazowo zostaje przedłużony o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia naprawy, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat zastępczy.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 4- dotyczy wzoru umowy § 7 ust.4

Czy Zamawiający zmieni zapis z: „W przypadku gdy wady sprzętu nie da się usunąć lub pomimo dokonania trzykrotnej naprawy gwarancyjnej urządzenie/podzespół dalej wykazuje błędy w prawidłowym funkcjonowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia/podzespołu na nowe wolne od wad.” na zapis: „W przypadku gdy wady elementu/podzespołu nie da się usunąć lub pomimo dokonania trzykrotnej naprawy gwarancyjnej elementu/podzespół dalej wykazuje błędy w prawidłowym funkcjonowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany elementu/podzespołu na nowe wolne od wad.” W przypadku „dużych urządzeń medycznych” które są serwisowane zazwyczaj w miejscu instalacji, przy kilkuletnich okresach gwarancyjnych, wymiana urządzenia po trzech naprawach nie jest praktykowana ze względów ekonomicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 5- dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 9

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat” na: „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 8 lat.”

Wielu producentów sprzętu medycznego gwarantuje dostępność części zamiennych na okres min. 8 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 6- dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 20 %, gdyż kara umowna w wysokości 30% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystająca do wysokości obowiązujących kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) przesunął termin składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą:

NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: 08.04.2025 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 08.04.2025 r. godz. 09:30

Termin związania ofertą: 07.05.2025 r.

Wprowadzone modyfikacje i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i należy je uwzględnić w treści
składanej oferty.


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach


mgr inż. Stefan Bąk

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych


mgr Sebastian Szaniawski

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


mgr Edyta Kwaśniewska

