



Kielce 06.05.2025 r.

EZ/71/2025/AŁD

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert w oparciu o delegację wskazaną w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1320 ze zm.) pn. „**Sukcesywne dostawy akcesoriów elektrochirurgicznych kompatybilnych z aparatami ERBE i EMED ES350 i ES300 dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Akcesoria elektrochirurgiczne kompatybilne z aparatami ERBE i EMED ES350 i ES300 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5 m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kabel o długości 5 m, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 2

Akcesoria elektrochirurgiczne kompatybilne z aparatami ERBE i EMED ES350 i ES300 poz. 6
Prosimy o dopuszczenie długości 260 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru 260 mm, zaproponowana długość dla szczypców bipolarnych jest za krótka.

Pytanie nr 3

Akcesoria elektrochirurgiczne kompatybilne z aparatami ERBE i EMED ES350 i ES300 poz. 8
Prosimy o dopuszczenie długości 225mm.


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kabel o długości 225 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 4

Dotyczy pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści kabel do szczypiec bipolarnych, wtyk 2-bolcowy 28,6 mm, pasujący do aparatów elektrochirurgicznych różnych producentów np. diatermii EMED, Valleylab, o długości 5m, wielorazowy, zgodnie z załączonym zdjęciem?



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rozmiar 28,6 mm.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45


25-736 Kielce

tel. 41/36-71-301

fax. 41/34-50-623

szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Pytanie nr 5

Dotyczy pozycji 2

Czy Zamawiający dopuści kabel do szczypiec bipolarnych do aparatu ERBE, o długości 5 m, ze złączem prostym, wielorazowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

mgr inż. Stefan Bąk

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert są wiążące i stanowią jej integralną część.
Należy je uwzględnić w treści składanych ofert z odpowiednią adnotacją w formularzu asortymentowo - cenowym.
Pozostałe warunki Zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

Dział Zamówień Publicznych
Anna Łęcka-Dobrowolska
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517
anna.dobrowolska@wszkielce.pl