




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



EZ/78/2025/RŁ

Kielce dn. 23.05.2025 r

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320). Przedmiotem zamówienia jest **zakup lasera z wyposażeniem na potrzeby Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA+PRZESUNIĘCIE TERMINÓW

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udostępnia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści laser YAG/SLT o nieznacznie zmienionych parametrach:

Parametry techniczne

Zastosowanie: Irydotomia, Kapsulotomia, Selektowna Trabekuloplastyka (SLT),

Moduł YAG

Typ głowicy: Q-switch, Nd:YAG ze zintegrowanym modulem SLT

Długość fali: 1064nm

Średnica plamki: 8 µm

Przesunięcie wiązki terapeutycznej względem celowniczej (OFFSET) Regulowane w zakresie +/- 500 µm (przód/tył) z przedziałkami 0 +/- 150, 250, 500

Impulsy: Tryb pojedynczy, podwójny, potrójny

Energia wiązki Regulowana w zakresie 0.2 – 15.0 mJ w pulsie pojedynczym, 10-25mJ podwójny puls, 20-45mJ potrójny puls, max. 45mJ

Czas trwania impulsu: 4ns

częstość powtórzeń do 3 Hz

kąt stożka 16 stopni

chłodzenie powietrzem

Funkcje:

Wiązka celująca, Funkcja stabilizacji mocy

podwójna czerwona dioda o dł. fali: 635nm, regulowana płynnie

Moduł SLT

Typ głowicy: Q-switch Nd:YAG o podwojonej częstotliwości


Długość fali: 532 nm

Impulsy: pojedynczy impuls

Dział Zamówień Publicznych

tel: 41/36-71-269

renata.lastowska@wszkielce.pl



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Długość impulsu: 3 ns

Energia wiązki Płynna regulacja w zakresie 0.2 – 2.6 mJ , krok 0.1 mJ

Max wielkość repetycji do 3 Hz

Średnica plamki: 400 µm

kąt stożka: < 3o

Promień celujący: dioda laserowa o długości fali z zakresu 635 nm

Typ Diodowy, 2 punkty celownicze w YAG, dla SLT – czerwona dioda pokrywająca się z ogniskiem, płynna regulacja natężenia światła, chłodzenie powietrzem

Przyciski funkcyjne na korpusie lasera

Laser Yag zintegrowany z SLT i lampą szczelinową, możliwość szybkiej zmiany energii poprzez pokrętkę znajdującą się na korpusie lampy

Zintegrowana lampa szczelinowa typ Zeiss

Z 5 powiększeniami: 5x, 8x, 14x, 25x, 38x

Oświetlenie LED

Wymiary lasera: 72 cm (L) x 54 cm (W) x 54 cm (H), waga: 32kg

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego urządzenia ze względu na brak rozszerzonego offsetu, systemu składanego lustra oraz współosiowej optyki terapeutycznej, co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo i precyzję wykonywanych zabiegów.

Jednocześnie na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

NOWE TERMINY:

- termin składania ofert: 30.05.2025 r. – godz. 9.00

- termin otwarcia ofert: 30.05.2025 r. – godz. 9.30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 23 SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28.06.2025r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Renata Lastowska
Inspektor
Lastowska

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

P.O. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
mgr inż. Józef Bąk

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

Dział Zamówień Publicznych

tel: 41/36-71-269

renata.lastowska@wszkielce.pl