




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce ^{26.05} 2025 r.

znak sprawy EZ/74/2025/ES

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych bronchoskopów dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1, 2, 3 i 4

Czy Zamawiający oczekuje, aby bronchoskopy z poz. 1, 2, 3 i 4 były kompatybilne z jedną platformą medyczną, co znacząco usprawni organizację pracy i obsługę sprzętu na oddziale?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ w załączniku nr 2.

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr 1


W związku z opisem Przedmiotu Zamówienia wskazującym bezpośrednio na tylko jednego oferenta oraz w celu zapewnienia uczciwej konkurencji, zgodnej z ustawą PZP, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 4, 5, 6 i 7 z pakietu numer 1, oraz o dopuszczenie zaoferowania w pozycjach 1 – 3 produktów równoważnych, zgodnych z poniższymi opisami:

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pozycje 4, 5, 6 i 7 poprzez modyfikację formularza asortymentowo-cenowego załącznika nr 2 do SWZ.

Pozycja 1

Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny (1 szt.)

- Pole widzenia powyżej 85°
- Głębina ostrości 5-50 mm
- Długość części roboczej 605 mm
- Zakres regulacji do góry 220°, do dołu 220°
- Kanał roboczy o minimalnej średnicy dla rozmiaru Agile: 1.4 mm, wejście do kanału roboczego umieszczone poniżej rękojeści bronchoskopu
- Średnica zewnętrzna części roboczej dla rozmiaru Agile 3,9 mm
- W komplecie zatyczka portu narzędziowego z silikonu pełniąca rolę przewodnika
- Rękojeść endoskopu wykonana z ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
- W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: Agile - szary



- Pakowany pojedynczo, opakowanie PET i Tyvek
- Endoskopy kompatybilne z uniwersalnymi pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 2 & 3

Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny (1 szt.)

- Pole widzenia powyżej 85°
- Głębina ostrości 5-50 mm
- Długość części roboczej 605 mm
- Zakres regulacji do góry 200°, do dołu 200°
- Kanał roboczy o minimalnej średnicy dla rozmiaru Vortex: 2.8 mm, wejście do kanału roboczego umieszczone poniżej rękojeści bronchoskopu
- Średnica zewnętrzna części roboczej dla rozmiaru Agile 5,6 mm
- W komplecie zatyczka portu narzędziowego z silikonu pełniąca rolę przewodnika
- Rękojeść endoskopu wykonana z ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
- W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: Vortex - pomarańczowy
- Pakowany pojedynczo, opakowanie PET i Tyvek
- Endoskopy kompatybilne z uniwersalnymi pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym.

Nadmieniamy jednocześnie, iż zaaferowanie jednego produktu w pozycji 2 i 3 wynika bezpośrednio z parametrów technicznych oferowanego produktu, tj. średnica zewnętrzna umożliwiająca kompatybilność z rurką intubacyjną 6.0 – jak opisany w pozycji 2 bronchoskop w rozmiarze Regular, jednocześnie kanał roboczy przewyższający opisany w pozycji 3 rozmiar Large – 2.8 mm dla opisanego w pytaniu Vortex vs. min. 2.6 mm dla pierwotnie opisanego rozmiaru Large. Tym samym opisany pytaniem dopuszczającym bronchoskop Vortex pozwala pokryć zastosowanie bronchoskopów w rozmiarach Regular i Large opisanych w SWZ.

Zwracamy również uwagę, że bronchoskopy w dwóch, zamiast trzech rozmiarów są do Zamawiającego dostarczane i pozwalają z powodzeniem na pełne pokrycie potrzeb Zamawiającego w ramach bronchoskopów jednorazowych.

Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu kompatybilnych z oferowanymi bronchoskopami monitorów w ilości 6 sztuk (w tym 5 sztuk posiadanych już przez Zamawiającego w użyczeniu) na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ



Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) modyfikuje treść SWZ w punkcie 35.

Kryteria oceny ofert:

Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium - 60%

Podstawą oceny jest wartość zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.



Kryterium ceny - (Kc).

$$Kc = \frac{\text{Najniższa cena danej części zamówienia brutto spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena brutto danej części zamówienia w badanej nieodrzuconej ofercie}} \times 100 \times 60\%$$

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 60 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium – 20%

Zamawiający wymaga aby sukcesywne dostawy były realizowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od wezwania. Wykonawca w **formularzu ofertowym** może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin realizacji wynosi 20 pkt.

Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

- 5 dni roboczych - 0 punktów
- 4 dni robocze - 10 punktów
- 3 dni robocze - 20 punktów

Dostawy realizowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku (w godz. od 8:00 do 14:00), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2025r., poz. 296)

Brak wskazania/ wpisania w **formularzu ofertowym** terminu realizacji zamówienia, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, iż Wykonawca oferuje najdłuższy niepunktowany termin realizacji zamówienia.

Termin płatności faktury – wartość kryterium - 15%

Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:


- płatność faktury 30 dni – 0 punktów
- płatność faktury 45 dni – 5 punktów
- płatność faktury 60 dni – 15 punktów

Brak wskazania/ wpisania w **formularzu ofertowym** terminu płatności faktury, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, iż Wykonawca oferuje minimalny niepunktowany termin płatności.

Ocena techniczna (jakość) – wartość kryterium - 5 %


Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za

- połączenie do kanału ssącego umiejscowione z boku rękojeści bronchoskopu trzymanego w pionie podczas wykonywania procedury



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

- Wykonawca posiada ww rozwiązanie – **TAK – 5 pkt**
- Wykonawca nie posiada ww rozwiązania – **NIE – 0 pkt**

Brak wskazania/potwierdzenia w formularzu asortymentowo – cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ) spełnienia parametru w ocenie technicznej, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie oferuje danego parametru i przyzna 0 punktów.

Oferta najkorzystniejsza:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena + termin realizacji + płatność faktury + jakość).

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W celu wypełnienia dyspozycji z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowe terminy otwarcia i składania ofert:

Termin składania ofert: 30.05.2025r. do godz. 09.00
Termin otwarcia ofert: 30.05.2025r. godz. 09:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ Termin związania ofertą, nadając mu nowe brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28.06.2025r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Zmodyfikowany załącznik Zamawiający załącza pod nazwą „**ZMODYFIKOWANY załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy**”.

Wprowadzone wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

p.o. **DYREKTOR**
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

mgr inż. Stefan Bąk

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Stefańska
inspektor

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-516 fax. 41/366-00-14
e-mail: edyta.stefanska@wszkielce.pl

ZAKUPY ELEKTRONICZNE FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 1 - Bronchoskopy jednorazowe

Lp.	Producent / Nazwa Handlowa / Nr katalogowy	Opis	Ilość	J.m.	stawka % Vat	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), posiadającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystającą z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych („MDR”) lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodności EC(WE) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*	Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) posiadającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmieniany dyrektywą 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchwały dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG („MDR”) PODAC Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścią art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*	10
1		Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny (1 szt.) • Pole widzenia 85° • Głębina ostrości 6-50 mm • Długość części roboczej 600 mm • Zakres regulacji do góry 180°, do dołu min. 180° • Kanał roboczy o średniej średnicy dla rozmiaru Slim: 1,2 mm, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękownicy bronchoskopu • Średnica zewnętrzna części roboczej dla rozmiaru Slim: min. 3,8 mm, maks. 4,3 mm, • W komplecie przewodnik wykonany z poliwęglanu • Rękawicę wykonaną z bioplastiku • W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: Slim - szary • Pakowany pojedynczo, opakowanie: karton i tyvek • Kompatybilny z zestawem pojemnik do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym, z obopiecznym próżniowym, w celu wyeliminowania przedłużania drenu ssącego	100	Szt				TAK / NIE	TAK / NIE	

2	Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny (1 szt.) • Pole widzenia 85° • Głębina ostrości 6-50 mm • Długość części roboczej 600 mm • Zakres regulacji do góry 180°, do dołu min. 180° • Kanał roboczy o średniej średnicy dla rozmiaru Regular: 2,2 mm (min. 2,0 mm), wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojści bronchoskopu • Średnica zewnętrzna części roboczej dla rozmiaru Regular: min. 5,0 mm, maks. 5,5 mm • W komplecie prowadnik wykonany z poliwęglanu • Rękojeść wykonana z bioplastiku • W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: Regular - zielony • Pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek • Kompatybilny z zestawem pojemnik do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym, z obiektem próżniowym, w celu wyeliminowania przelączania drewnu ssącego	300	szt				TAK / NIE	TAK / NIE
3	Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny (1 szt.) • Pole widzenia 85° • Głębina ostrości 6-50 mm • Długość części roboczej 600 mm • Zakres regulacji do góry 180°, do dołu min. 160° • Kanał roboczy o średniej średnicy dla rozmiaru Large: 2,8 mm (min. 2,6 mm), wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojści bronchoskopu • Średnica zewnętrzna części roboczej dla rozmiaru Large: min. 5,8 mm, maks. 6,3 mm • W komplecie prowadnik wykonany z poliwęglanu • Rękojeść wykonana z bioplastiku • W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: Large - pomarańczowy • Pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek • Kompatybilny z zestawem pojemnik do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym, z obiektem próżniowym, w celu wyeliminowania przelączania drewnu ssącego	150	szt				TAK / NIE	TAK / NIE

4	Brachioskop telefonu jest nowy (zestaw do wykonywania i przesyłania zdjęć) - Brachioskop telefonu nowy dla pacjenta - sterowany - Technologia wideo HD - Proba widzenia 120° - Kierunek widzenia 0° (widzenie do przodu) - Głębokości 3-100 mm - Oświetlenie LED - dwie diody - Długość części roboczej 600 mm - Wytyępuje w 4 rozmiarach: 5,6/2,8-5,0/2,2-4,2/2,2-2,7/1,2 - Możliwość manipulacji w dwóch płaszczyznach: góra/dół oraz lewo/prawo - Zakreślenie: - Rozmiar 5,6/2,8-5,0/2,2-4,2-5,0-195° do dołu 195° - Rozmiar 4,2/2,2-2,7/1,2-110° do góry 110° do dołu 110° - Kanal roboczy o średnicy 1,2 mm 2,2 mm- min. 2,05 mm 2,8 mm- min. 2,65 mm- w zależności od wersji- wejście do kanału roboczego umieszczone od przodu- odległość zawieszki biopsyjnej - Średnica części roboczej: 2,7 mm- maks. 3,2 mm 4,2 mm- maks. 4,8 mm 5,0 mm- maks. 5,7 mm 5,6 mm- maks. 6,3 mm- w zależności od rozmiaru - Znacznik głębokości na części roboczej co 5 cm - Możliwość obrótu części roboczej o 120 stopni- w lewo oraz prawo za pomocą pierścienia rotacyjnego - Możliwość odizolowania- wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy - W komplecie prowadnik wykonany z poliwęglanu - Kontrolna dysjalna miseczka kamery- średła światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego - W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury brachioskop posiadałłą oznaczenie rozmiaru kanału roboczego na rękojeści - Rękojeść wykonana z biopsyjki- przytępowana do użytkowania przez osoby zarówno praworęczne jak i leworęczne- koloru białego łatwo widzialnego zabrudzenia - Rękojeść wyposażona w dwa programowalne przyciski umożliwiające bezpośrednią aktywację na uchwycie czterech różnych funkcji- tj. przechwytywanie obrazu- filmowanie- obrazowanie ABC oraz zoom - Produkt nie zawiera lateksu i ftalanów - Produkt sterowany tlenkiem etylenu - Jednorazowe brachioskopy kompatybilne z pojemnikami do pobierania wydzieliny w systemie zamkniętym - Brachioskop kompatybilny z urządzeniami- wysokiej częstotliwości do endoterapii- sondami- do argonowej koagulacji plazmowej- sondami- do krioterapii- sondami- laseru Nd:YAG - Brachioskop nie posiada limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora- wyłączonego przez timer/ciep lub oprogramowane kompatybilnego monitora - Kleszczyki do usuwania ciał obcych- spirala metalowa pokryta teflonem- chwytak- typu aligator- 180 cm długości- 2,3 mm średnicy- do kanału roboczego min. 2,5 mm- (1 szt.)	30	52t					TAK / NIE	TAK / NIE
5		530	52t				TAK / NIE	TAK / NIE	
6		100	52t				TAK / NIE	TAK / NIE	
7		100	52t				TAK / NIE	TAK / NIE	

razem wartość brutto		0,00 zł		
Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu platform medycznych kompatybilnych z zaoferowanymi bronchoskopami w ilości 6szt				
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań				
KRYTERIUM OCENA TECHNICZNA (JAKOŚCIOWA)				
Lp.	Parametry oceniane	Punktacja : TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt	Potwierdzenie spełnienia parametru ze wskazaniem - opis/ katalog/specyfikacja techniczna **	
1	Połączenie do kanału ssącego umiejscowione z boku rękojeści bronchoskopu trzymanego w pionie podczas wykonywania procedury	TAK /NIE*		
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym				
**Potwierdzenie spełnienia parametru ze wskazaniem nr strony - opis/ katalog/specyfikacja techniczna				
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:				
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t.j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 18 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR				
lub				
deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz				
- w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub				
- w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego				