

Kielce 24.06.2025 r.

Znak sprawy EZ/98/2025/ES

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) Przedmiotem zamówienia jest „„Sukcesywne dostawy pasków testowych do glukometrów dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuszcza glukometr, który do wykonania pomiaru wymaga próbki krwi o objętości 0,6 µl? Nakłucie palca uzyskane za pomocą nakłuwacza jednorazowego umożliwia uzyskanie próbki krwi o co najmniej jeden rząd wielkości większej niż objętość wskazana w SWZ. W związku z tym, procedura pobrania próbki jest identyczna zarówno w przypadku 0,5 µl, jak i 0,6 µl.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 2

Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści płyny kontrolne ważne 3 miesiące po otwarciu? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2023 r., personel Zamawiającego jest zobowiązany do częstszych kontroli działania glukometrów za pomocą płynów kontrolnych – kontrola każdego glukometru musi być przeprowadzana co najmniej raz dziennie. Pojedyncze opakowanie płynu kontrolnego wystarcza na około 80 pomiarów kontrolnych, co oznacza, że w przypadku stosowania go do kontroli chociażby jednego glukometru, płyn zostanie całkowicie zużyty przed upływem 3 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.


Pytanie 3

Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometru bez podświetlanej szczeliny testowej, mając na uwadze, że tego typu funkcjonalność nie wpływa na dokładność pomiaru, a w praktyce klinicznej jest rzadko wykorzystywana? W większości przypadków pomiar glukozy wykonywany jest w dobrze oświetlonych pomieszczeniach, a sama szczelina



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



testowa została zaprojektowana tak, by umożliwić intuicyjne i łatwe umieszczenie paska testowego bez potrzeby dodatkowego oświetlenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 pasków testowych przeznaczonych do wykonywania pomiarów glikemii we krwi kapilarnej, żylniej oraz krwi noworodkowej. Pomiary glikemii we krwi tętniczej za pomocą glukometru nie są w praktyce wykonywane ze względu na trudność w bezpośrednim przeniesieniu takiej krwi na pasek testowy. Stany, w których rzeczywiście wymagane jest pobieranie krwi tętniczej pacjentów (np. wstrząs lub stan krytyczny), są jednocześnie takimi stanami, w których występują przeciwwskazania do wykonywania pomiarów za pomocą glukometru, niezależnie od rodzaju użytej próbki krwi, a wyniki takich pomiarów mogą być obarczone bardzo dużym błędem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECIALISTA

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
mgr inż. Stefan Bąk

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Zwańniewska

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-516 fax. 41/366-00-14
e-mail: edyta.stefanska@wszkielce.pl