



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785  
e-mail: [szpital@wszckielce.pl](mailto:szpital@wszckielce.pl)  
[www.wszckielce.pl](http://www.wszckielce.pl)



Znak sprawy: EZ/99/2025/MZ

Kielce, dn. **30.06** 2025 r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na: **Zakup sprzętu medycznego na potrzeby tworzonego Zespołu Wczesnego Reagowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn: "Inwestycje w ochronie zdrowia:.**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA + PRZESUNIĘCIU TERMINÓW

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, udostępnia odpowiedzi na zadane pytania:

**Pakiet nr 9 Aparat EKG + stolik – 1 szt.**

#### **PYTANIE NR 1** **dot. pkt 10**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby aparat posiadał – Automatyczną interpretację zapisu EKG opartą na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, oraz możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

#### **PYTANIE NR 2** **dot. pkt 8**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby aparat posiadał kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie papieru perforowanego składanego o wymiarach:

Długość 280 mm  $\pm 0.2$  mm;

Szerokość 210 mm  $\pm 0.5$  mm

oraz

Długość 280 mm  $\pm 0.2$  mm;

Szerokość 214,5 mm  $\pm 0.5$  mm


Wykrywanie znacznika perforacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

#### **PYTANIE NR 3** **dot. pkt 11**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany aparat EKG posiadał możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych czy też ma być wyposażony w czytnik kodów kreskowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał możliwość współpracy z czytnikiem kodów.



#### PYTANIE NR 4

##### dot. pkt 9

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany aparat EKG był wyposażony we wbudowany akumulator/bateria który umożliwi wydruki min. 400 raportów na zasilaniu akumulatorowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

#### PYTANIE NR 5

##### dot. pkt 13

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, aby w zestawie z aparatem znajdowały się dwa oddzielne kable pacjenta – kabel 4 odprowadzeniowy (tzw. Przewody kończynowe) i 6 odprowadzeniowy (tzw. Przewody przedsercowe), które wpinane są do modułu zdalnego sterowania o wymiarach (88 x 78 x 22) mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

### MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), wprowadza modyfikację zapisów SWZ w Załączniku nr 2.9 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 9  
W załączeniu Zmodyfikowany Załącznik nr 2.9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 9

### PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT WRAZ Z TERMINEM ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), przesuwa termin składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą.

#### NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: **07.07.2025 r. godz. 09:00**

Termin otwarcia ofert: **07.07.2025 r. godz. 09:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający **zmienia treść pkt. 23 SWZ**  
**Termin związania ofertą**, nadając mu nowe brzmienie: „*Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj.*



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785  
e-mail: [szpital@wszzkielce.pl](mailto:szpital@wszzkielce.pl)  
[www.wszzkielce.pl](http://www.wszzkielce.pl)



Wykonawca jest związany ofertą do dnia 05.08.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Wprowadzone modyfikacje i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

**DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

*Marta Zębala*  
mgr Marta Zębala  
INSPEKTOR

p.o. DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach

*mgr inż. Stefan Bąk*

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*mgr Edyta Kwaśniewska*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sebastian Szaniawski

Z-CA DYREKTORA  
ds. Operacyjnych  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*