

Kielce 01.08. 2025 r.

EZ/116/2025/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na „**Zakup sprzętu i aparatury w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2024 r.**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w Postępowaniu.

Pytanie nr 1 do Pakietu nr 1 Monitor do nieinwazyjnych pomiarów hemodynamicznych metodą Dopplera - 1 sztuka

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia demo, wyprodukowanego w 2022 roku, wyposażonego w najnowszą dostępną wersję oprogramowania, objętego pełną gwarancją, zgodnie z wymogami opisanymi w SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 do Pakietu nr 3 Zestaw do trudnej intubacji – 1sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany w Pakiecie nr 3 sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy z rokiem produkcji 2024/2025? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3, tj.: akumulator Li-Ion, ładowarka sieciowa, które nie podlegają Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 ani ustawie o wyrobach medycznych, a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

(Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ Formularz ofertowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla Pakietu nr 3 w tabeli w pozycję 2 Dostawa, zainstalowanie sprzętu, serwis zakupionego sprzętu, szkolenie personelu w zakresie obsługi pozostawić niewypełnioną w przypadku, gdy koszty te są w kalkulowane w przedmiot zamówienia w pozycji 1 Zestaw do trudnej intubacji?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej do kosztów zakupu sprzętu nie wlicza się kosztów zorganizowania przetargu (jeżeli dotyczy), dostawy, zainstalowania, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu. W związku z powyższym koszty te należy wskazać w pozycji nr 2 formularza ofertowego.



Pytanie nr 5

(Dotyczy §3 ust. 3. e) wzoru umowy) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uznanie w ramach dokumentu wymienionego w pkt. e) w §3 ust. 3. dostarczenie wraz ze sprzętem/urządzeniem dokumentacji, m.in. paszportu technicznego, zawierającej informacje dotyczące wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, wynikających z instrukcji używania wyrobu oraz daty wykonania tych czynności, imię i nazwisko (nazwę firmy) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki, uwagi dotyczące wyrobu (oraz kwalifikacje osób wykonujących wymienione czynności jeżeli są wymagane).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką formę udokumentowania.

Pytanie nr 6

(Dotyczy §7 ust. 2. a) wzoru umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenia czasu usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru do max. 10 dni roboczych w przypadkach nie wymagających sprowadzenia części zamiennych, zaś w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy do 20 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

(Dotyczy §7 ust. 9. wzoru umowy) Z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych do 5 lat od daty dostawy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że udzielana gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 9

Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych za zwłokę w usunięciu wad/awarii?

Odpowiedź: Powyższe wynika z § 7 ust. 5 wzoru umowy, zgodnie z którym „W przypadku gdy naprawa przekroczy termin, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego postanowień par. 8 ust. 1 pkt 2c nie stosuje się”.

Pytanie nr 10


(Dotyczy §8 ust. 1. Pkt. 2) ppkt. b) wzoru umowy) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową do 100,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

(Dotyczy §8 ust. 1. Pkt. 2) ppkt. c) wzoru umowy) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi do 70,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 12

(Dotyczy §8 ust. 2. wzoru umowy) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży łączną maksymalną wysokość kar umownych do 20% wartości umowy? W naszej ocenie obecna wysokość kar umownych jest zbyt wygórowana, przeczy zasadzie równoważności stron umowy i odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

(Dotyczy §9 ust. 1. ppkt. d) wzoru umowy) Zwracamy się z prośbą o usunięcie w/w podpunktu ze wzoru umowy. Przepisy PZP nie zawierają zakazu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. gdy zamawiający nie ma zagwarantowanych w pełni środków na realizację zamówienia. O ile bowiem możliwe jest wszczęcie przetargu, o tyle już zaciągnięcie zobowiązania (zawarcie umowy) poza zakres posiadanych środków finansowych może prowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z PZP Zamawiający ma prawo przerwać postępowanie na każdym jego etapie (również po wyłonieniu Wykonawcy ale przed podpisaniem umowy). Podpisanie umowy jest deklaracją stron do wywiązania się z jej zapisów, dlatego daje Wykonawcy pewnego rodzaju zabezpieczenie, iż po wywiązaniu się z obowiązku dostawy urządzenia otrzyma on umowne wynagrodzenie. Sytuacja, w której Zamawiający podpisuje umowę nie posiadając zabezpieczenia na jej sfinansowanie jest niezgodne z prawem i nieetyczne oraz naraża Wykonawcę na poniesienie kosztów oraz utratę statusu nowego urządzenia w przypadku dostarczenia aparatu do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Czy ze względu na znaczną liczbę parametrów do potwierdzenia w pakiecie 2 Zamawiający zaakceptuje potwierdzenie parametrów jako wskazanie strony do danego punktu/pozycji w tabeli w instrukcji obsługi, folderze, broszurze, bez zaznaczania konkretnego parametru/punktu w materiałach informacyjnych typu instrukcje, foldery?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15


PAKIET NR 3 Zestaw do trudnej intubacji – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do w/w pakietu wideolaryngoskop o poniższych parametrach: wideolaryngoskop Optima View firmy Timesco z łyżkami wielorazowymi krystalicznie czyste, poprawne odwzorowanie kolorów dzięki kamerze o wysokiej rozdzielczości, światłowodzie LED o przekątnej 5000 tys. pikseli i wysokiej jakości ekranowi LCD o przekątnej 3,75 cala.

- Wygodny akumulator umożliwiający ciągłe użytkowanie, wystarczający na ponad 2 godziny
- Złącze HDMI z zewnętrznym monitorem lub ekranem telewizora
- Wskaźnik % naładowania baterii
- Szybki transfer danych przez USB
- Ekran obraca się o 180° od lewej do prawej i przechyla się o 110° w górę i w dół. Ma również kąt widzenia 160°, dzięki czemu jest wygodny do nauczania z wieloma widzami
- łyżki dostępne w rozmiarach Mac 1 – Mac 5, w tym kanałowe(do trudnej intubacji) Mac 3 – Mac 5.
- Aparat o rozdzielczości 2,0 megapiksela i wysokiej rozdzielczości ma kąt obiektywu 50°-60°
- Krystalicznie czyste, poprawne kolory i jakość obrazu dzięki 3,75-calowemu ekranowi LCD o wysokiej rozdzielczości. Współczynnik rozdzielczości: 800 x 480RGB
- 24-godzinny wyświetlacz czasu i daty
- Wbudowana pamięć o pojemności 7,5 GB, która może pomieścić ok. 10 godzin filmów lub 70k+ zdjęć
- Przycisk jednym kliknięciem odpowiednio umieszczony na ergonomicznym uchwycie do fotografowania i nagrywania filmów
- Przeciwmgiełny obiektyw kamery
- Sterylne, jednorazowe ostrze można po prostu wsunąć i przypiąć do systemu Optima View



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



• Światło LED 5000K

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że spełni on wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego, a w szczególności będzie on kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami C-MAC 8404ZX firmy Karl Storz, oraz zestaw będzie zawierał wymaganą łopatkę do wideolaryngoskopu o kształcie D-Blade z prowadnicą rurki intubacyjnej, ze stali nierdzewnej z atraumatyczną końcówką.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wioleta.strozyk@wszkielce.pl

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
2025-07-31
mgr Sebastian Szaniawski

2025-07-01
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Marcin Martyniak

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Bartosz Stemplewski

mgr Jolanta Włodarczyk-Więcek
KL-1220